

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ๗ ละ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การดูแลปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลทั้งในพื้นที่ตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง

๒. วัตถุประสงค์

จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับการที่มีมาตรฐานอย่างทันทั่วทั้ง
๓. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
๔. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ ลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่าย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๖. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๙. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในรับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช.กำหนด
๑๑. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๔.คุณลักษณะ

(นายวิชาญ บุญเรือง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

จ.อ. 
(พรชัย ดลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นภรณ์ พงษ์ทอง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๔. คุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถกระบะตอนเดียวช่วงยาว เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการตัวรถและเครื่องยนต์ อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้มาตรฐานรองรับการซ่อมบำรุง และเปลี่ยนวัสดุอะไหล่ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตรถยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๒ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑.๓ ระบบกันสะเทือนล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริง ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑.๔ ระบบกันสะเทือนล้อหลังแบบข้อนและมีโช๊คอัพ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกส่วนต่อเติมห้องพยาบาลและบุคลากร ได้เป็นอย่างดี

๑.๕ ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวามีระบบช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑.๖ ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อและมีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑.๗ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ และขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ A พร้อมทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง, ไฟสัญญาณตามกฎหมายกำหนด

๑.๘ ความยาวช่วงล้อหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑.๙ ในห้องคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุ AM/FM/MP๓ พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑.๑๐ ห้องคนขับมีประตูเปิด - ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๑.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับ และนาฬิกาบอกเวลาดิจิตอล

๑.๑๒ ในห้องคนขับติดตั้งกระจกไฟฟ้าแบบขึ้น - ลง (กระจกประตูข้างซ้าย - ขวา)

๑.๑๓ รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ระบุให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ประจำรถ

๑.๑๔ มีล้อ-ยางอะไหล่พร้อมมุกยูแจล้อยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๕ แม่แรงยกพร้อมค้ำตามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๖ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ อัน

๑.๑๗ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๘ หนังสือคู่มือประจำรถยนต์ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผนการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการโดยไม่คิดมูลค่า ฟรีค่าแรง โดยมีเอกสารรับรองในวันเสนอราคา

๑.๑๙ มีกล่องบันทึกด้านหน้ารถและหลังรถ(กล่องถอยหลัง) จำนวน ๑ ชุด

๑.๒๐ มีกล่องบันทึกด้านในห้องพยาบาล สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆภายในห้องพยาบาลได้ชัดเจน ระยะเวลาการบันทึก(หน่วยความจำ) ดูภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๔ วัน พร้อมมีจอภาพ จำนวน ๑ ชุด รายการตามข้อ๑.๒๐ เป็นอุปกรณ์แยกชิ้น หรือรวมอยู่ในชิ้นเดียวได้ตามความเหมาะสม

๒. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาล

๒.๑ ท้ายกระบะครอบทับด้วยหลังคาและไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุประเภท Sandwich Pane PU Foam PU(Polyurethane) ขึ้นรูปเป็นวัสดุที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับประกอบผลิตเป็นโครงสร้างติดตั้งบนตัวรถมีความแข็งแรง คงทน และมีน้ำหนักเบาเสียดียวกับตัวรถ ความสูงจากพื้นรถถึงหลังคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร โดยมีแบบ Drawing ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

นายวิชาญ บุญเรือง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

จ.อ. (พรชัย ดลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/๒.๒มีกระจกบานเลื่อน
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

- ๒.๒ มีกระจกบานเลื่อนระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาลกันแบ่ง
- ๒.๓ ห้องพยาบาลด้านซ้ายมีประตูทางขึ้นลง เปิด - ปิด และด้านหลังท้ายมีประตู เปิด - ปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า - ออก โดยด้านหลังท้ายประตูกระเบแบบชนิด ๒ บาน เปิดออกด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมชุดล็อกมีกระจกเป็นแบบบานตาย แบบใสทั้งสองข้างของประตูและไม่มีฝ้าท้ายกระเบ
- ๒.๔ สีสั้วรถยนต์และเครื่องหมายรถพยาบาลตามแบบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด
- ๒.๕ มีตราสัญลักษณ์-อักษร-ตัวเลข ของหน่วยงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒.๖ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันและฟิล์มกระจกบานหน้าสามารถป้องกันแสงยูวีได้เปอร์เซ็นต์ของฟิล์มตามที่กฎหมายกำหนด
- ๒.๗ กระจกมองหลัง ด้านข้างซ้าย-ขวา มีขาและตัวกระจกขนาดใหญ่กว่าปกติสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะด้านหลังและด้านข้างบน-ล่าง ของส่วนต่อเติมห้องพยาบาลกระเบท้าย และสามารถปรับมุมมองได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๓. คุณสมบัติทั่วไปของห้องพยาบาล(ห้องปฏิบัติการ)

- ๓.๑ ภายในห้องพยาบาลปูด้วยแผ่นรอง Safety กันสั่นความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันการสั่น ตามมาตรฐาน EN๑๓๘๔๕ และป้องกันการไฟไหม้ตามมาตรฐาน EN๑๓๕๐๑ โดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๓.๒ ด้านซ้ายมือติดตั้งเบาะนั่งยาวอเนกประสงค์พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- ๓.๓ มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน จำนวน ๑ ชุด สามารถบรรจุท่อก๊าซได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ มีประตูด้านข้างนอกตัวรถสามารถเปิดยกท่อก๊าซออกได้
- ๓.๔ มีที่จัดเก็บอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ผลิตจากไฟเบอร์กลาสหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุที่มีความแข็งแรง เป็นแบบล็อกได้มีฝาปิดที่แน่นหนา
- ๓.๕ ตอนหน้าห้องคนขับมีเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ในห้องพยาบาลติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์เย็น สามารถแยกควบคุมเครื่องปรับอากาศได้โดยเครื่องปรับอากาศมีสวิทช์ควบคุมเปิดปิดที่ห้องคนขับและห้องพยาบาล
- ๓.๖ เครื่องปรับอากาศภายในห้องพยาบาลมีระบบฆ่าเชื้อโรค และมีแผ่นกรองสามารถฝุ่นละอองได้เป็นอุปกรณ์แยกชิ้นหรือร่วมกับเครื่องปรับอากาศ ตามความเหมาะสม
- ๓.๗ มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยบนพาดาน อย่างน้อย ๑ จุด
- ๓.๘ มีนาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอลสามารถบอกรายละเอียด วัน เดือน ปี และเวลาในห้องพยาบาล
- ๓.๙ ที่พัดลมดูดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีสวิทช์ปิด - เปิด อยู่ในห้องพยาบาล รอยต่อพัดลมกับหลังคาจะต้องกันน้ำได้อย่างดี
- ๓.๑๐ บนพาดานห้องพยาบาลมีราวจับสำหรับแพทย์หรือญาติติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

๔. คุณสมบัติทั่วไปสัญญาณไฟฉุกเฉิน/สัญญาณเสียงไซเรน/วิทยุสื่อสาร

- ๔.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ชนิดไฟกระพริบติดตั้งบนหลังคารถด้านเหนือคนขับสีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีรายละเอียดดังนี้
- ๔.๑.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นสีตามที่กฎหมายกำหนดแบบแถวยาวชนิดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๒ โมดูล แต่ละโมดูลมีหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๔ หลอด พร้อมเลนส์สะท้อนแสง

/๔.๑.๒ ฝาครอบ

นายวิชาญ บุญเรือง
นายช่างเครื่องกลฯ

จ.อ. 
(พรชัย ชลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ.อ. 
(สมกรณ์ ทัพบุญ)
นายช่างเครื่องกลฯ

๔.๑.๒ ฝาครอบสัญญาณไฟทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร

๔.๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ NFPA และ SAE โดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๑.๔ การติดตั้งไฟสัญญาณวิ่งวับ แสงแดง-น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวิ่งวับแสงแดงจะต้องอยู่ฝั่งขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับขี่

๔.๒ สัญญาณไฟกระพริบรอบคัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ จุด

๔.๒.๑ โคมฝาครอบแบบโคมใส แสงสีตามที่กฎหมายกำหนดเป็นแบบ LED ติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ

๔.๒.๒ สัญญาณไฟ สามารถกันน้ำและฝุ่นได้ดี ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP ๖๗ โดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓ อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระพริบ ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ

๔.๓.๑ ไมโครโฟนมีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push To Talk) เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติพร้อมที่ยึดไมโครโฟน

๔.๓.๒ สามารถเลือกเสียงไซเรนได้ไม่น้อยกว่า ๓ เสียง

๔.๓.๓ มีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉิน สามารถเลือกเสียงไซเรนและเสียงประกาศได้ทันทีที่ต้องการ

๔.๓.๔ เครื่องเสียงลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โดยติดตั้งบริเวณภายในกระงังหน้ารถพยาบาล

๔.๓.๕ ผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE โดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔ ไฟส่องสว่างภายในห้องพยาบาล

๔.๔.๑ ภายในห้องพยาบาล ด้านบนติดตั้งโคมไฟเป็นหลอดชนิด LED ให้ความสว่างภายในห้องพยาบาลมีสวิทช์เปิด-ปิด ที่ห้องพยาบาลและมีสวิทช์เปิด - ปิด แยกแต่ละชุดจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๔.๔.๒ ภายในห้องพยาบาลส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับความสว่างของแสงได้ มีสวิทช์ควบคุม ๒ ด้าน สามารถควบคุมการเปิดปิดได้จากห้องคนขับและห้องพยาบาล

๔.๔.๓ มีชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง(cut out) ของห้องพยาบาลอยู่ในห้องคนขับ

๔.๕ ไฟส่องสว่างรอบคัน(สปอร์ตไลท์) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๔.๕.๑ ฐานไฟมีความแข็งแรง ทำด้วยอลูมิเนียม

๔.๕.๒ แต่ละโคมเป็นหลอดชนิด LED กันน้ำและฝุ่นได้ดี ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP ๖๗ โดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๖ วิทยุสื่อสาร

๔.๖.๑ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๖.๒ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดติดตั้งในรถยนต์

/๔.๖.๓ อุปกรณ์ประกอบด้วย


(นายวิชาญ บุญเรือง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

จ.อ. 
(พรชัย ดลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อ. 
(อานนท์ ทิพย์)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๔.๖.๓ อุปกรณ์ ประกอบด้วย

- ตัวเครื่องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด
- สายอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
- หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ทันที
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าในกรณีที่ชำรุด เกิดจากการใช้งานตามปกติ

อย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี

- ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จนสามารถใช้งานได้

- ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตให้ค้า - ขาย เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมโดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา

- ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ขออนุญาตให้มีการใช้วิทยุสื่อสารในรถพยาบาลตามระเบียบของทางราชการกำหนด

๕. คุณสมบัติของครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๕.๑ เตียงนอนเคลื่อนย้ายสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นปรับเป็นรถเข็นนอนและนั่งได้ จำนวน ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอดสนิมมีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ มีราวป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้ง ๒ ข้าง สามารถพับเก็บได้

๕.๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากวัสดุอย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑.๓ พนักพิงเป็นระบบใช้คหรือระบบ Manual ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น - ลง

๕.๑.๔ สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่าย มีด้ามจับดันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง และเมื่อเตียงลงจากรถล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังจะกางเองโดยอัตโนมัติ

๕.๑.๕ มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถพับได้สะดวกตามลักษณะของเตียงและถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายพร้อมสายผู้ป่วย จำนวน ๓ เส้น

๕.๑.๖ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๕.๑.๗ ด้านล่างมีช่องสำหรับเก็บชุดกระดานเข็นรองนอน

๕.๑.๘ มีช่องเสียบเสาน้ำเกลือด้านซ้าย หรือขวา พร้อมเสาน้ำเกลือจำนวน ๑ เสอ สามารถปรับความสูงได้และยึดกับเตียงได้อย่างมั่นคง

๕.๑.๙ มีฐานเตียงสำหรับติดตั้งบนรถพยาบาลฉุกเฉิน มีความมั่นคงแข็งแรง

๕.๒ ชุดกระดานเข็นรองนอน (Long Spinal Board) พร้อมสายรัดมีรายละเอียดดังนี้

๕.๒.๑ ทำด้วยวัสดุมีความแข็งแรงทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้

๕.๒.๒ สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะได้

๕.๒.๓ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลกรัม

/๕.๒.๔ ไม่มีผลต่อเครื่อง

(นายวิชาญ บุญเรือง)
นายช่างเครื่องกลฮาวโต

จ.อ. 
(พรชัย คลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ.อ. 
(สมกรณ์ ทิพย์)
นายช่างเครื่องกลฮาวโต

๕.๒.๔ ไม่มีผลต่อเครื่อง x-Ray/CT สามารถผ่านได้และสามารถรับน้ำหนัก CPR ขณะทำผู้ป่วยได้ มีสายรัดผู้ป่วยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้ จำนวน ๓ เส้น

๕.๓ ชุดล็อกศีรษะพร้อมสายรัด

๕.๓.๑ สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้ป่วยบาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง

๕.๓.๒ ตัวก้นโหมทำจากโหมหรือฟองน้ำภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทนทั้งชิ้นผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยปะรอยต่อที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายใน โดยด้านล่างของก้นโหมมีแผ่นหนามเตยปะติดสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง

๕.๓.๓ มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้ป่วยเจ็บ

๕.๓.๔ ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

๕.๓.๕ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ

๕.๓.๖ มีกล่อง หรือถุงเก็บอุปกรณ์ อย่างดี

๕.๔ เครื่องส่องกล้องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

๕.๔.๑ ด้ามถือพร้อมแผ่นส่องตรวจเป็นโลหะปลอดสนิม

๕.๔.๒ แผ่นส่องตรวจ (Blade) เป็นโลหะปลอดสนิมแบบหุ้มท่อไฟเบอร์ออฟติกไว้ภายใน โดยใช้ไฟเบอร์ออฟติกเป็นตัวนำแสง

๕.๔.๓ มีกล่องเก็บอย่างดี มีช่องแยกเป็นสัดส่วนแต่ละชิ้น

๕.๕ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ ประกอบด้วย

๕.๕.๑ มีอุปกรณ์สำหรับเด็ก จำนวน ๑ ชุด

๕.๕.๒ มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

๕.๕.๓ มีกล่อง หรือถุงเก็บอุปกรณ์ อย่างดี

๕.๖ เครื่องดูดของเหลว (Suction) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๕.๖.๑ สามารถใช้ปฏิบัติงานในห้องพยาบาลได้

๕.๖.๒ สามารถปรับแรงดูดได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ มิลลิบาร์และอัตราการไหลของอากาศสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร/นาที

๕.๖.๓ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาณไม่ต่ำกว่า ๙๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ใบ

๕.๖.๔ มีสายดูดยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๕.๗ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๕.๗.๑ ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาลเป็นแบบ Wall Aneroid

๕.๗.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๕.๗.๓ มีผ้าพันแขนเป็นชนิดปะติด

๕.๗.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ ฟุต

๕.๘ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน ชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๑ ชิ้น

๕.๘.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก

๕.๘.๒ ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบแปะติด (Velcro)

๕.๘.๓ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม

/๕.๘.๔ มีกล่อง

(นายวิชาญ บุญเรือง)
นายช่างเครื่องกลยาสูบ

จ.อ. 
(พรชัย ชลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ.อ. 
(สมกรณ์ พินุลย์)
นายช่างเครื่องกลยาสูบ

๕.๘.๔ มีกล่อง หรือถุงเก็บอุปกรณ์ อย่างดี

๕.๙ ชุดฝีกอกลม (Vacuum Splints Set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๕.๙.๑ เป็นฝีกอกลมแบบใช้ระบบสุญญากาศโครงสร้างทำจาก Vinyl หรือ Polyester ภายในบรรจุเม็ดโฟม ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออกมาและไม่บีบรัดร่างกาย

๕.๙.๒ มีปุ่มปิดเปิดลมชนิดหมุนปิด - มันคงแข็งแรง

๕.๙.๓ มีสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener) สำหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย

๕.๙.๔ แสงของเครื่องเอกซเรย์สามารถผ่านได้

๕.๙.๕ มีที่สุบลมสามารถทำการสุบลมออกด้วยมือตั้งและเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวฝีกอกลม

๕.๙.๖ มีถุงผ้ากันน้ำ จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

๕.๙.๗ ฝีกอกลม ๑ ชุด ประกอบด้วยฝีกอกลม ๓ ขนาด

๕.๙.๑๐ มีกล่อง หรือถุงเก็บอุปกรณ์ อย่างดี

๕.๑๐ ถังอุปกรณ์ออกซิเจนทำด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๒ ถัง พร้อมชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งต่อก๊าซ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๑ มีแหล่งกำเนิดออกซิเจนพร้อมระบบจ่ายก๊าซ ชุด Regulator (ชุดลดแรงดัน)

๕.๑๐.๒ มีกลไกในการปรับอัตราการไหลของออกซิเจนสามารถปรับอัตราการไหล ๐ - ๑๕ ลิตร/นาที่ หรือมีกลไกที่สามารถให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยได้เพียงพอกับความต้องการ

๕.๑๐.๓ มีแหล่งกำเนิดออกซิเจนแบบพกพาน้ำหนักรวมไม่เกิน ๕ กิโลกรัม พร้อมกระเป๋าทิ้งพร้อมชุดยึดบนห้องพยาบาลได้มาตรฐาน EN ๑๓๘๙ หรือ NFPA พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

๕.๑๑ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrecation Device) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑๑.๑ โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความเสถียรสบายในการใช้งาน

๕.๑๑.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกันและมีสายรัดได้ขา ๒ เส้น และสายรัดหน้าผากและคางอีก ๒ เส้น

๕.๑๑.๓ บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับตัวฝีกอกลมได้

๕.๑๑.๔ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะ (Adjustable neck pad) ในกรณีเหลือช่องว่าง

๕.๑๑.๕ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้

๕.๑๑.๖ มีกล่อง หรือถุงเก็บอุปกรณ์ อย่างดี

๕.๑๒ กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะพร้อมอุปกรณ์บรรจุในกระเป๋า ดังต่อไปนี้

๕.๑๒.๑ เป็นกระเป๋าสะพายและมีหูหิ้ว


๕.๑๒.๒ ตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

๕.๑๒.๓ อุปกรณ์พยาบาลภายในประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------|
| - หูฟังทางการแพทย์ | จำนวน ๑ ชุด |
| - พรอทวัดไข้แบบดิจิตอล (Digital Thermometer) | จำนวน ๑ อัน |
| - ลูกสูบบางแดง | จำนวน ๑ อัน |
| - แอลกอฮอล์ | จำนวน ๑ ขวด |

/-ยาใส่แผลเบตาดีน

(นายวิชาญ บุญเรือง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

จ.อ. 
(พรชัย ชลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.อ. 
(สมกรณ์ พิบูลย์)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

- ยาใส่แผลเบตาดีน	จำนวน ๑ ขวด
- น้ำเกลือล้างแผล	จำนวน ๑ ขวด
- แอมโมเนีย	จำนวน ๑ ขวด
- สำลีก้อน	จำนวน ๑ ห่อ
- ไฟฉายส่องรูمانةตา	จำนวน ๑ อัน
- ไม้พันสำลี	จำนวน ๑ ห่อ
- ผ้าก๊อชปิดแผล (ชนิดบาง - หนา) ขนาด ๖ นิ้ว	จำนวน ๑ กล่อง
- ถุงมือยางทางการแพทย์	จำนวน ๑ กล่อง
- หน้ากากอนามัย (Mask)	จำนวน ๓ กล่อง
- เทปการติดผ้าก๊อชชนิดใส (TRANSPORE)	จำนวน ๑ กล่อง
- ผ้าพันแผลยืดหยุ่น ๖ นิ้ว	จำนวน ๑ กล่อง
- อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ วัดออกซิเจนปลายนิ้ว	
- อุปกรณ์ล้างตาพร้อมน้ำยา	
- กรรไกร	
- ชุดสำหรับหนีบสายสะดือ	

๕.๑๓ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้มีล้อ (Stair Chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑๓.๑ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่จำกัด สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

๕.๑๓.๒ โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมหรือทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์

๕.๑๓.๓ พนักพิงและที่นั่งทำจากผ้าใบอย่างดี สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

๕.๑๓.๔ มีมือจับสำหรับยกเก้าอี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

๕.๑๓.๕ มีสายรัดผู้ป่วย จำนวน ๒ เส้น

๕.๑๓.๖ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๕.๑๔ ชุดเฝือกตามแขน ขา จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๕ เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน ๑ ชุด

๖. อุปกรณ์อื่น ๆ

๖.๑ เครื่องตัดเหวนระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า สามารถตัดเหวนโลหะได้ทุกชนิด เช่น เหล็ก เงิน สแตนเลส อลูมิเนียม ไทเทเนียมและโลหะชนิดอื่นๆ ตามมาตรฐาน EN๕๕๐๑๔ โดยโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO๑๓๔๘๕ และISO๙๐๐๑ โดยมีหนังสือรับรองยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๒ ถังดับเพลิงแบบยกหัว CLASS ABC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ ติดตั้งภายในรพพยาบาล จำนวน ๑ ถัง

๖.๓ ชุดแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง ๑๒ โวลต์ เป็นไปกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งในห้องปฏิบัติการ

๖.๔ มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์

๖.๕ อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประกอบด้วย

๖.๕.๑ กรวยยาง จำนวน ๔ อัน

๖.๕.๒ ไฟฉายส่องสว่าง จำนวน ๒ อัน

๖.๕.๓ เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๒ ตัว

/๖.๕.๔ กระบองไฟกระพริบ

(นายวิชาญ บุญเรือง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

จ.อ. 
(พรชัย ดolkha)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ.อ. 
(สมกรณ์ พิบูลย์)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๖.๕.๔ กระบองไฟกระบิ	จำนวน ๒ อัน
๖.๕.๕ เทปจรรยา	จำนวน ๑ ม้วน
๖.๕.๖ นกหวีดพร้อมสายคล้องคอ	จำนวน ๒ อัน
๖.๕.๗ ถุงขยี้ดตี	จำนวน ๑ แพ้ด
๖.๕.๘ รองเท้าบูต	จำนวน ๒ คู่

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

๗.๑ มีแผนผังการเดินสายไฟฟ้าและท่อออกซิเจนทั้งหมดในห้องพยาบาล โดยแนบมากับเอกสารในวันส่งมอบรพพยาบาล จำนวน ๑ เล่ม

๗.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพรพพยาบาลทั้งคัน ตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือระยะเวลา ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๗.๓ ผู้ขายต้องจัดให้มีบริการหลังการขาย โดยจัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษารพพยาบาล ตามระยะกิโลเมตรของผู้ผลิตรายใดตามข้อ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ค่าแรง/ค่าอะไหล่/สารหล่อลื่นต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีหนังสือรับรองระบุไว้ในวันส่งมอบรพพยาบาลฉุกเฉิน

๗.๔ รพพยาบาลฉุกเฉินต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ในวันส่งมอบ

๗.๕ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรพพยาบาลฉุกเฉินให้เรียบร้อยตามกฎหมายกรมขนส่งทางบกกำหนด ผู้ถือกรรมสิทธิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยก่อนการจดทะเบียนต้องนำรพพยาบาลฉุกเฉินมาให้คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะข้ออื่นๆ ก่อน

๗.๖ ครุภัณฑ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน

๗.๗ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก แบบรูปตัวรพพยาบาลแสดง ยี่ห้อ รุ่นรถยนต์ เครื่องยนต์ตามข้อ๑.๒ ให้ชัดเจน โดยมีหนังสือรับรองยืนยันขณะเข้าเสนอราคา

๗.๘ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก แบบรูปครุภัณฑ์การแพทย์ตามข้อ ๕ ให้ชัดเจน โดยมีหนังสือรับรองยืนยันขณะเข้าเสนอราคา

๗.๙ หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลาประกันและทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้ โดยมีเอกสารรับรองใช้ไว้ในวันตรวจรับรพพยาบาล

๗.๑๐ จัดฝึกอบรมบุคลากรหรือหน่วยงานที่ใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ส่งมอบ โดยไม่คิดมูลค่า

๗.๑๑ มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พรบ.รถยนต์) กำหนด ๑ ปี

๘. การส่งมอบ

๘.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๓๐ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ ส่งมอบรพพยาบาลฉุกเฉิน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


๘.๓ ในวันส่งมอบรพพยาบาลฉุกเฉินต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และระดับน้ำมันและสารหล่อลื่นต่าง ๆ ตามระดับมาตรฐานผู้ผลิตรายใด

๙. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๙.๑ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

(นายวิชาญ บุญเรือง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

จ.อ. 
(พรชัย ดลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/๑๐.งบประมาณ
๑๐ 
(สมรณ์ ทัพย์)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๑๐. งบประมาณ

๑๐.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๑. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑๒. อัตราค่าปรับ

๑๒.๑ เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบของไม่ถูกต้องหรือไม่ครบกำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๖. ราคาากลางและแหล่งที่มาของราคาากลาง ในการกำหนดราคาากลางหรือการสืบราคาในครั้งนี้

๑๖.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕
ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

๑๖.๒ ราคาากลางในครั้งนี้ ราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

๑๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

- สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- โทรศัพท์ ๐-๓๖๕๒-๐๐๓๐ (สำนักปลัด/งานพัสดุ)

ทั้งนี้ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ้าง หากไม่ได้รับงบประมาณ หรือมีเหตุอื่นใด อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดจ้างได้ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

(นายวิชาญ บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

จ.อ. 
(พรชัย ดลไพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ.อ. 
(สมกรณ์ พินุลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี