

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Vacuum Blood Collection Tube, Gel Tube Puls Clot

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหลอดเก็บเลือดที่มี gel อยู่ก้นหลอด ขนาด 13x100 มม. สามารถเก็บเลือดได้ไม่ต่ำกว่า 5 มล.

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นหลอดพลาสติกใส ปราศจากเชื้อ

2.2 หลอดมีขนาด 13x100 มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 5 มล.

2.3 ผลิตจากพลาสติกแข็ง ทนต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นเพื่อแยกตัวอย่าง

2.4 จุกปิดมี 2 ชั้นมีส่วนที่เป็นสีเหลืองตามสัญลักษณ์สากล ชั้นในเป็นจุกยางที่สามารถใช้เข็มเจาะเลือดเจาะทะลุได้

2.5 ภายในหลอดมี clotting activator เคลือบอยู่ และก้นหลอดมี gel บรรจุอยู่

2.6 มีสลากระบุ Lot No. และวันหมดอายุ ติดข้างหลอด

3. เงื่อนไขเฉพาะ

3.1 หลอดเก็บเลือดต้องได้รับการประเมินคุณภาพของหลอดเก็บเลือดจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

3.2 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485

3.3 ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน CE หรือ FDA




.....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ คารอริย์รัช)



.....กรรมการ

(นางสาวขวัญตา จอนกระโทก)



.....กรรมการ

(นางสาวนภารัตน์ พัททวี)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการVacuum Blood Collection Tube,Gel Tube Puls Clot  
จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ หลอด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๒๔,๐๐๐:๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๘๙๖,๐๐๐:๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย : ราคาหลอดละ ๓.๒๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท เจ.เอ็น.เมคเทค จำกัด
  - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เมคกรุ๊ป
  - ๕.๓ บริษัท เค.อินฟินีเมคคอล จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ นายศักรินทร์ คารอริย์ชัย	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวขวัญตา จอนกระโทก	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวนภารัตน์ พัทธทวี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ