รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ซื้อ) ชุดผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดตา และชุดผ้าคลุมผ่าตัด
สำหรับการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง จำนวน ๒ กลุ่ม

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี จำเป็นต้องซื้อชุดผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดตาและชุดผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง จำนวน ๒ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ชุดผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดตา (Eye Drape Set II) จำนวน ๔,๐๐๐ Packs

กลุ่มที่ ๒ ชุดผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง (C-SECTION SET) จำนวน ๒,๕๐๐ Packs

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับในการทำผ่าตัดตา และผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคลุมผ่าตัด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคขณะผ่าตัดรวมถึงป้องกันเลือดและของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยรวมทั้งสารคัดหลั่งลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในบริเวณที่ทำผ่าตัด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไปทุกกลุ่ม

๔.๑.๑ ชุด Drape ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (Non-woven material) ใช้ปกคลุมบริเวณที่ทำผ่าตัดและใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณสะอาด ทำให้เป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้อ และลดการปนเปื้อนเชื้อโรคบริเวณที่ทำผ่าตัด

๔.๑.๒ มีแถบกาวช่วยให้เกิดการยึดติดที่ผิวหนังผู้ป่วย เพื่อไม่ให้ Drape หลุด หรือเคลื่อนจากบริเวณที่ทำผ่าตัด

๔.๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use only)

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ (กลุ่มที่ ๑)

๔.๒.๑ ชุดผ้าผ่าตัดตาผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ (Non-woven material) โดยมีลักษณะอย่างน้อย ๒ ชั้น มีชั้นฟิล์มป้องกันของเหลวและเลือดไม่ให้ทะลุสู่ผิวหนังโดยวัสดุมีคุณสมบัติสามารถดูดซับของเหลวและเลือดได้ดีโดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTMF ๑๖๗๐ (AAMI Level ๔)

๔.๒.๒ มีฝุ่นผงน้อย (Low Linting) เพื่อลดสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ตกลงบริเวณที่ทำการผ่าตัด โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN ๑๓๗๙๕-๑ หรือ EN ISO ๙๐๗๓-๑๐

๔.๒.๓ มีคุณสมบัติไม่เหนี่ยวนำให้ลุกติดไฟ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานขณะผ่าตัด โดยผ่านการทดสอบมาตราฐาน Flammability : Class ๑ Normal Flammability (๑๖ CFR ๑๖๑๐)

๔.๒.๔ Drape มีความแข็งแรงทนต่อแรงถ่วงของน้ำหนักจากเครื่องมือทั้งในสภาวะแห้งและเปียกโดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN ๑๓๗๙๕-๑ (EN ๒๙๐๗๓-๓ Tensile Strength-Dey & Wet)

๔.๒.๕ Drape มีความแข็งแรงทนต่อแรงดันจากของเหลว โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN ๑๓๗๙๕-๑ (EN ISO ๘๑๑ Liquid Penetration-Water Resistance) หรือ Hydro Head AATCC๑๒๗ หรือ Impact Penetration AATCC๔๒

๔.๒.๖ ผ้าคลุมผ่าตัดตามีถุงรองน้ำรอบดวงตาทั้ง ๔ ด้าน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานผ่าตัด

๔.๒.๗ ภายในห่อบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย

๔.๒.๗.๑ ผ้าคลุมผ่าตัดตาแบบมีถุงรองรับน้ำในตัว (Ophthalmic Drape) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๗.๒ ผ้าปูโต๊ะเครื่องมือ (Back Table Cover) ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๗.๓ กระดาษซับน้ำยา ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๘ Drape ผ่าตัดตามีแถบกาวยึดติดบริเวณรอบดวงตา โดยมีขนาดช่อง (Aperture Incise Area) ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

๔.๒.๙ Drape ผ่าตัดตามีแถบออกแบบโครงลวดสำหรับระบายอากาศได้ดี (Breathable) เหมาะในหัตถการที่ผู้ป่วยไม่ได้ดมยาสลบ ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก

๔.๓ คุณลักษณะเฉพาะ (กลุ่มที่ ๒)

๔.๓.๑ Drape ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ (Non-Woven Material) โดยมีลักษณะอย่างน้อย ๒ ชั้นโดยวัสดุมีคุณสมบัติสามารถดูดซับของเหลวและเลือดได้ดีเยี่ยม

๔.๓.๒ มีการเคลือบฟิล์มด้านหลังของ Drape เพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการซึมผ่านของของเหลวและเลือดได้ ๑๐๐ % ตลอดระยะการผ่าตัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากการสัมผัสของเลือดและสารคัดหลั่งสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในสภาวะปกติและภายใต้สภาวะที่มีแรงกดจากเครื่องมือผ่าตัด และช่วยลดอัตราเสี่ยงจาก

เชื้อโรคบริเวณใต้ผิวหนังปนเปื้อนจากเลือดขึ้นมาสู่พื้นผิวของ Drape บริเวณที่ทำการผ่าตัด โดยผ่านมาตรฐานสากล ASTM F๑๖๗๐ (AAMI Level ๔) หรือ EN๑๓๗๙๕ (High Performance หรือเทียบเท่า)

๔.๓.๓ มีฝุ่นผงน้อย (Low Linting) เพื่อลดสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ตกลงบริเวณที่ทำการผ่าตัด โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN ISO ๙๐๗๓-๑๐

๔.๓.๔ มีคุณสมบัติไม่เหนี่ยวนำให้ลุกติดไฟ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานขณะผ่าตัด โดยผ่านการทดสอบ Flammability : Class ๑ Normal Flammability (๑๖ CFR ๑๖๑๐.๔)

๔.๓.๕ Drape มีความแข็งแรงทนต่อแรงถ่วงของน้ำหนักจากเครื่องมือทั้งในสภาวะแห้งและเปียก โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN๒๙๐๗๓-๓ (Tensile Strength)

๔.๓.๖ Drape มีความแข็งแรงทนต่อแรงดันจากของเหลว (Burst Strength) โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN ISO ๑๓๙๓๘-๑

๔.๓.๗ ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕ หรือ US FDA ๕๑๐(K) หรือ CE Mark

๔.๓.๘ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide โดยผ่านมาตรฐาน ISO ๑๑๑๓๕ หรือ Gamma Ray และมีระบบการประกันคุณภาพ ทุก lot การผลิต

๔.๓.๙ Caesarean Drape มีถุงรองรับของเหลวและเลือดขนาดใหญ่ โดยขอบถุงมีลักษณะเป็นฟองน้ำ เพื่อลดความอันตรายต่อทารก

๔.๓.๑๐ อายุผลิตภัณฑ์ ๕ ปีนับจากวันที่ผลิต มีระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์

๔.๓.๑๑ ภายในห่อบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย

๔.๓.๑๑.๑ ผ้าคลุมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (C-section drape with pouch) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร โดยมีแถบกาวยึดติดบริเวณผ่าตัดที่หน้าท้อง โดยมีขนาดช่อง (Aperture Incise Area) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๓.๑๑.๒ ผ้าคลุมโต๊ะเมโย (Mayo stand cover) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๙ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๓.๑๑.๓ ผ้าซับหน้าท้อง (absorbent towel) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๓.๑๑.๔ ผ้าสำหรับรับเด็ก (Baby Blankets) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้น

๔.๓.๑๑.๕ ผ้าคลุมโต๊ะเครื่องมือผ่าตัด (Table cover) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๓.๑๑.๖ เทปกาวปลอดเชื้ออเนกประสงค์ (Op-tape) จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะทุกกลุ่ม

๔.๔.๑ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๔.๒ กำหนดยืนราคา ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง

๔.๔.๓ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ผลิต โดยสามารถดูวันหมดอายุได้บนห่อบรรจุภัณฑ์

๔.๔.๔ ส่งตัวอย่างเพื่อประเมินผลไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หลังยื่นข้อเสนอราคา กลุ่มละ ๘ ชุด เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผล และผลการประเมินต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ เปอร์เซนต์

๔.๔.๕ บริษัทยินดีให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ที่ใกล้หมดอายุปราศจากเชื้อ ไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

๔.๔.๖ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Method โดยผ่านมาตรฐาน ISO ๑๑๑๓๕ หรือ Gamma Ray และมีระบบการประกันคุณภาพทุก Lot การผลิต

๔.๔.๗ บรรจุภัณฑ์มี Sterile Indicator บ่งชี้อย่างชัดเจนบนหีบห่อและสังเกตได้ง่าย

๔.๔.๘ ได้รับใบรับรองคุณภาพจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือมาตรฐานจาก CE MARK หรือ Thai GMP

๔.๔.๙ บรรจุในซองพลาสติกปราศจากเชื้อ (Sterilization Bag) พร้อมใช้งาน

๔.๔.๑๐ รายละเอียดนี้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานต่ำสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๔.๔.๑๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้หนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยแนบเอกสารพร้อมเอกสารยื่นเสนอราคาและทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๔.๔.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องระบุหัวข้อตามเงื่อนไขรายละเอียดที่โรงพยาบาลราชวิถีกำหนดลงในแคตตาล๊อกให้ครบถ้วน

๔.๔.๑๓ ส่งมอบตามความต้องการของโรงพยาบาล

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาล

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงิน ๓,๕๘๖,๙๗๓.๒๕ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลราชวิถีจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลราชวิถีได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศตญา ปานเถื่อน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจินต์จุฑา แก้วมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววธิดา จิตรเวช)