

โรงพยาบาลมหाराชนครราชสีมา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุง Double Blood Bag ๓๕๐ ML with Full Safety

๑. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง สำหรับเจาะโลหิตรับบริจาค

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ถุงบรรจุโลหิตเป็นแบบ ๒ ถุง ขนาด ๓๕๐ ml. ทำด้วย PVC Medical Grade ที่ปราศจากเชื้อ

๒.๑.๑ ถุงที่ ๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ml. ภายในบรรจุน้ำยาป้องกันโลหิตแข็งตัวชนิด CPDA-๑

๒.๑.๒ ถุงที่ ๒ เป็นถุงเปล่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ml.

๒.๑.๓ มีถุง Diversion bag ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ml. ตรงสาย Donor tube เพื่อเก็บตัวอย่างโลหิต ก่อนจะผ่านเข้าไปในถุงบรรจุโลหิต และมีสาย Drainage tube พร้อม Holder เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจกับหลอดทดลองแบบสุญญากาศเป็นระบบปิด

๒.๒ ภายในถุงบรรจุโลหิตมีลักษณะโค้งมนไม่เป็นมุม เพื่อช่วยลดการสูญเสียของส่วนประกอบโลหิต ซึ่งอาจไปเกาะติดตามมุม

๒.๓ ด้านบนของถุงบรรจุโลหิตมีช่องสำหรับเสียบชุดให้โลหิตและถุงถ่ายโลหิต ที่สามารถดึงเปิดออกได้โดยสะดวก

๒.๔ เข็มเจาะเก็บโลหิตเป็นเข็มขนาด ๑๖ G x ๑ ½ นิ้ว เคลือบด้วยสารซิลิโคนมีความคมสูง สะดวกต่อการเจาะเก็บโลหิต ด้ามเข็มทำด้วยพลาสติกแข็งเพื่อสะดวกในการจับ มีปลอกเข็มปิดคลุมอยู่โดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงว่ายังไม่ได้เปิดใช้งาน เพื่อความมั่นใจว่าเข็มนี้ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน

๒.๕ สายของถุงโลหิต ทำจากสารสังเคราะห์ PVC Medical Grade และมีหมายเลขจำเพาะเป็นช่วงๆตลอดทั้งสายโลหิต เพื่อใช้ยืนยันการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในโลหิตของผู้บริจาค

๒.๖ มี Needle protector เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ หลังเก็บโลหิตได้ปริมาณตามที่ต้องการแล้ว

๒.๗ ฉลากด้านหน้าถุงระบุ Lot Number, Code Number, วันผลิตและวันหมดอายุ

๒.๘ ถุงบรรจุโลหิตต้องมีฉลากอย่างน้อยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อ่านได้ชัดเจนแสดงรายละเอียดต่างๆ ติดแน่นอยู่บนตัวถุง ไม่หลุดลอกง่ายภายหลังการเจาะเก็บโลหิตหรือการปั่นแยก

๒.๙ ถุงบรรจุโลหิตทั้งหมดผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ หลังวันตรวจรับไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๓.๒ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้า กรณีชำรุดเสียหาย แตกรั่วหรือเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ ผู้ขายต้องนำมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

๓.๓ ผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล เช่น GMP หรือ ISO ๑๓๔๘๕

๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายพิชัยสิริ นวลมณี)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายศักรนันท์ คารอริย์ธัช)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางพัชรา สนิทกลาง)