

คุณลักษณะเฉพาะ Rotational atherectomy Burr

ความเป็นมา

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด เพื่อรับมือและแก้ปัญหาโรคที่มีอัตราการตายสูงสุดของประเทศ รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของหัวใจ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและอื่น ๆ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายด้านโรคหัวใจในจังหวัดและส่วนภูมิภาค ที่ทำการส่งเสริมสุขภาพโรคหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจถึงระดับตติยภูมิและฟื้นฟูสุขภาพโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์

เป็นสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดหัตถรอกากเพชร เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดที่ไม่สามารถรักษาด้วยบอลลูนเพียงอย่างเดียวได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นสายสวนหัวใจที่หัตถรอกากเพชรอยู่ด้านปลาย
๒. ด้านปลายที่ต่อกับ Rotablator advancer ทำจาก Stainless steel
๓. มี Sheath หุ้มตลอดสาย
๔. มีรูตรงกลาง เพื่อให้ น้ำเกลือไหลออกมาที่ปลายด้านหัตถรอกากเพชร เพื่อลดความร้อนขณะที่ทำการหมุนหัตถรอก
๕. บรรจุในซองพลาสติกผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งาน ขนาดบรรจุ ๑ ซอง ต่อ ๑ เส้น
๖. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย

เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง
 - ๒.๑ หาก Rotational atherectomy burr ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจหมดอายุหรือใช้ไม่หมด ทางศูนย์โรคหัวใจสามารถแลกเปลี่ยนคืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 - ๒.๒ หาก Rotational atherectomy burr รุ่นใหม่ออกมาทางศูนย์โรคหัวใจสามารถขอแลก รุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และสามารถขอเปลี่ยนขนาดและความยาวได้ตามที่ศูนย์โรคหัวใจต้องการใช้งาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายประภัสร์ อัสยเฝ้า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เลิศสุวนิพนธ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุบงกต สุขจิตต์)