

## คุณลักษณะเฉพาะ Rotational atherectomy advancer

### ความเป็นมา

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด เพื่อรับมือและแก้ปัญหาโรคที่มีอัตราการตายสูงสุดของประเทศ รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของหัวใจ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและอื่น ๆ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายด้านโรคหัวใจในจังหวัดและส่วนภูมิภาค ที่ทำการส่งเสริมสุขภาพโรคหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจถึงระดับตติยภูมิ และฟื้นฟูสภาพโรคหัวใจ

### วัตถุประสงค์


เป็นอุปกรณ์ใช้ร่วมกับ Rotablator Burr เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดที่ไม่สามารถรักษาด้วยบอลลูนเพียงอย่างเดียวได้

### คุณลักษณะเฉพาะ


๑. ใช้ต่อกับ Rotablator burr เพื่อให้ Rotablator Burr หมุนโดยบริเวณที่ต่อจะมี Sheath เล็ก ๆ หุ้มเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด
๒. เป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับ Rotablator console ในการนำความดันของก๊าซผ่านเข้ามาที่ Rotablator burr เพื่อควบคุมความเร็วของ Rotablator burr
๓. มีปุ่ม Control knob เพื่อควบคุมการเลื่อนของ Rotablator burr
๔. บรรจุในซองพลาสติกผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งาน ขนาดบรรจุ ๑ ซอง ต่อ ๑ เส้น
๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย

### เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง
  - ๒.๑ หาก Rotational atherectomy advancer ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจหมดอายุหรือใช้ไม่หมด ทางศูนย์โรคหัวใจสามารถแลกเปลี่ยนคืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  - ๒.๒ หาก Rotational atherectomy advancer รุ่นใหม่ออกมาทางศูนย์โรคหัวใจสามารถขอแลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายประภัสร์ อภัยเผ่า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอุดมศักดิ์ เลิศสุทวีพร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุบงกต สุขจิตต์)