

รายละเอียดคุณลักษณะ

หัวกรอบแบบFluted , หัวกรอบแบบDiamond , หัวตัด , หัวเจาะ , สำหรับเครื่องตัดเปิด และ กรอทะโหลกลึง

วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาท โดยใช้ในการตัด เปิด และกรอทะโหลกลึง

๑. หัวกรอบแบบ Fluted สำหรับเครื่องตัด เปิด และกรอทะโหลกลึง

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือผ่าตัดโดยใช้งานร่วมกับเครื่องตัด เปิด และกรอทะโหลกลึงและเปิดทะโหลกลึงด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอบทรงกลมแบบ Fluted
๒. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกรอบให้เลือกตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุม ที่มีความยาว ๗, ๙, ๑๐, ๑๔ ซม

๒. หัวกรอบแบบDiamond สำหรับเครื่องตัด เปิด และกรอทะโหลกลึง

เป็นหัวกรอบทรงกลมความยาว ๗, ๙, ๑๐, ๑๔ ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ มม.

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหัวกรอบโดยใช้งานร่วมกับเครื่องตัด เปิด และกรอทะโหลกลึงและเปิดทะโหลกลึงด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูง

๑. เป็นหัวกรอบทรงกลมแบบDiamond
๒. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกรอบให้เลือกตั้งแต่ ๗, ๙, ๑๐, ๑๔ ซม.
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ มม.

๓. หัวตัดสำหรับเครื่องตัด เปิด และกรอทะโหลกลึง

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหัวตัดโดยใช้งานร่วมกับเครื่องตัด เปิด และกรอทะโหลกลึงและเปิดทะโหลกลึงด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวตัดทรงยาว
๒. มีขนาดความยาว ๘, ๙, ๑๐ ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๒๑, ๒๖ ซม.
๓. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑.๑ ถึง ๓.๑ มม.

๔. หัวเจาะสำหรับเครื่องตัด เปิด และกรอทะโหลกศีรษะ

คุณสมบัติทั่วไป


เป็นหัวเจาะโดยใช้งานร่วมกับเครื่องตัด เปิด และกรอกระดูกและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูง


คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวเจาะทรงยาว
๒. มีขนาดความยาว ๗ ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๒.๐ มม.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องตัดเจาะกรอกระดูกและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือ เอเชีย
๓. ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก
๖. สินค้าผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....
(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....
(นางสุมาลี ธรรมะ)

ผู้รับรองคุณลักษณะ.....
(นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง)