

คุณลักษณะเฉพาะ Introducer sheath femoral ชนิดลื่นพิเศษ

ความเป็นมา

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด เพื่อรับมือและแก้ปัญหาโรคที่มีอัตราการตายสูงสุดของประเทศ รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของหัวใจ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและอื่น ๆ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายด้านโรคหัวใจในจังหวัดและส่วนภูมิภาค ที่ทำการส่งเสริมสุขภาพโรคหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจถึงระดับตติยภูมิ และฟื้นฟูสภาพโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์

เป็นชุดเจาะหลอดเลือดเพื่อใช้เป็นท่อนำทางในการใส่อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผ่านไปยังหัวใจใช้ในการวินิจฉัยและทำการรังสีร่วมรักษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา ใช้เพื่อเป็นทางนำเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผ่านทางหลอดเลือด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. Mini guide wire มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๐๓๘ นิ้ว
๒. Dilator ใช้เป็นตัวนำในการใส่เข้าเส้นเลือด
๓. ท่อนำทำจากวัสดุ Polyethylene
๔. ส่วนบนของสายสวนจะมีตัวเลขและสี (color coding) ระบุขนาดของซีท
๕. ส่วนบนของสายสวนมี Hemostasis valve ช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดได้ดี และป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปได้ (Air aspiration)
๖. ส่วนของ Dilator มีปลายที่เล็กเรียวยาว เพื่อให้เกิดความคลื่น และง่ายต่อการใส่เข้าไปในเส้นเลือดลดการ Trauma ของเส้นเลือดสามารถล๊อคเข้ากับท่อนำได้แน่นและปลดล๊อคได้ง่าย
๗. มีขนาด ๔F, ๕F, ๖F, ๗F, ๘F, ๙F, ๑๐F, ๑๑F
๘. ทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
๙. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย

เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประภัสร์ อัสยเผ่า)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เลิศสุทธิพร)


คุณลักษณะเฉพาะ Introducer sheath femoral ชนิดลื่นพิเศษ

๒.๑ หาก Introducer sheath femoral ชนิดลื่นพิเศษ ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจหมดอายุหรือ ใช้ไม่หมดทางศูนย์โรคหัวใจ สามารถแลกเปลี่ยนคืน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๒.๒ หาก Introducer sheath femoral ชนิดลื่นพิเศษ รุ่นใหม่ออกมาทางศูนย์โรคหัวใจ สามารถขอแลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๒.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมีการทดลองใช้และผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประภัสร์ อ้ายยม่า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เลิศสุวิพร)