

คุณลักษณะเฉพาะ Long introducer sheath preface

ความเป็นมา

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด เพื่อรับมือและแก้ปัญหาโรคที่มีอัตราการตายสูงสุดของประเทศ รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของหัวใจ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและอื่น ๆ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายด้านโรคหัวใจในจังหวัดและส่วนภูมิภาค ที่ทำการส่งเสริมสุขภาพโรคหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจถึงระดับตติยภูมิ และฟื้นฟูสุขภาพโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์

สายสวนนำเข้าหลอดเลือดหัวใจสำหรับการทำการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ใช้เพื่อเป็นท่อนำสายสวนหัวใจสำหรับการทำการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ผิวด้านในของท่อนำสายสวนเคลือบด้วยสาร PTFE เพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มการหล่อลื่นในระหว่างทำหัตถการ
2. บริเวณปลายท่อมีการเจาะช่องด้านข้างเพื่อความสะดวกระหว่างการดึงท่อออกหลังจากการทำหัตถการ
3. มีการเคลือบสารทึบแสงกัมมันตภาพรังสีบริเวณปลายท่อ เพื่อให้สามารถเห็นปลายท่อได้ชัดเจนระหว่างทำการทำหัตถการ
4. มีลวดถักรอบบริเวณด้ามจับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของท่อนำสายสวนลดโอกาสเกิดการหักงอและช่วยให้สามารถทำการควบคุมได้โดยง่าย
5. มีขนาดให้เลือกใช้ความโค้ง ๔ แบบ เพื่อเหมาะกับการใช้งานในแต่ละตำแหน่งของห้องหัวใจ
6. สายนำสายสวนมีขนาด ๘ French
7. มีความยาวสายนำสายสวน ทั้งแบบ ๖๒ เซนติเมตร และ ๗๗ เซนติเมตร
8. บรรจุในซองพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง / ๑ ชิ้น
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

เงื่อนไขทั่วไป

1. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
2. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประภัสร์ อัสยแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เลิศสุทธิพร)

คุณลักษณะเฉพาะ Long introducer sheath preface

- ๒.๑ หาก Long introducer sheath preface ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจหมดอายุ หรือใช้ไม่หมดทางศูนย์โรคหัวใจ สามารถแลกเปลี่ยนคืน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ๒.๒ หาก Long introducer sheath preface รุ่นใหม่ออกมา ทางศูนย์โรคหัวใจสามารถขอแลก รุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ๒.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ต้องมีการทดลองใช้และผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประภัสร อัยยเผ่า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เลิศสุทธิพร)