

คุณลักษณะเฉพาะ Diagnostic coronary angiography catheter ชนิดสั้น

ความเป็นมา

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด เพื่อรับมือและแก้ปัญหาโรคที่มีอัตราการตายสูงสุดของประเทศ รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของหัวใจ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและอื่น ๆ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายด้านโรคหัวใจในจังหวัดและส่วนภูมิภาค ที่ทำการส่งเสริมสุขภาพโรคหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจถึงระดับตติยภูมิ และฟื้นฟูสภาพโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์


เป็นสายสวนหลอดเลือดหัวใจ ใช้สำหรับสวนหลอดเลือดหัวใจ โดยทำหน้าที่เป็นสายนำเพื่อการฉีดสี และเป็นสายนำวัสดุอุปกรณ์ อื่นไปยังหลอดเลือดหัวใจเพื่อการรักษา


คุณลักษณะเฉพาะ

1. สายสวนทำจากวัสดุ Nylon ซึ่งมี Stainless steel wire braided แทรกอยู่ชั้นกลาง ทำให้มีลื่นและความยืดหยุ่นสูง (Flexibility)
2. สายสวนส่วนปลายมีความสามารถในการคงรูปของ curve ได้ดี และทำจากวัสดุที่ให้ความอ่อนนุ่ม (Atrumatic tip) ซึ่งให้ความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผนังหลอดเลือด
3. สามารถทนต่อแรงดันได้ถึง ๑,๒๐๐ PSI
4. สายสวนสามารถใช้งานร่วมกับ guide wire ที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๐๓๘ นิ้ว ได้
5. สายสวนตั้งแต่ ๔F มีความยาว ๑๐๐ cm. มี curve ดังนี้ Judkins Left / Right, Amplatz Left/Right, IMA, Multipurpose, Bypass Left/Right
6. สายสวนตั้งแต่ ๔F มีความยาว ๑๑๐ cm. มี curve Pigtail Straight / Angle
7. บรรจุในซองพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง / ๑ ชิ้น
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประภัทร์ อัครย์เฝ้า)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เลิศสุทธิพร)


คุณลักษณะเฉพาะ Diagnostic coronary angiography catheter ชนิดลื่น

๒.๑ หาก Diagnostic coronary angiography catheter ชนิดลื่น ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจหมดอายุหรือใช้ไม่หมดทางศูนย์โรคหัวใจสามารถแลกเปลี่ยนคืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๒.๒ หาก Diagnostic coronary angiography catheter ชนิดลื่น รุ่นใหม่ออกมาทางศูนย์โรคหัวใจสามารถขอรุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และสามารถขอเปลี่ยนชนิดและความยาวได้ตามที่ศูนย์โรคหัวใจต้องการใช้งาน

๒.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีการทดลองใช้และผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหานครราชสีมา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประภัสร์ อัสยเฝ้า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เลิศสุทธิพร)