

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ รายการ ถูกรองรับเสมหะ จำนวน ๒ รายการ
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. รายการถูกรองรับเสมหะ ๑.๕L

๒. รายการถูกรองรับเสมหะ ๓L

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับรองรับสารคัดหลั่ง เลือด น้ำ จากผู้ป่วย

๒. รายละเอียดทั่วไป

๒.๑ เป็นถุงใสสำหรับรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ทำด้วยสารโพลีเอทิลีนหรือเทียบเท่า ขนาดบรรจุ ๑.๕ - ๒ ลิตร และ ๓ ลิตร มีขีดบอกระดับขีดเจนที่กระบอกพลาสติกสำหรับใส่ถุง ตัวถุงใช้ครั้งเดียวทิ้ง และสามารถมองเห็นปริมาตรของสารคัดหลั่งที่อยู่ภายในถุงได้จากภายนอก

๒.๒ ถุงมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อสารคัดหลั่งเต็มถุง ตัวถุงมีฝาปิดสนิทไม่รั่วหรือแตก สามารถทนต่อแรงกระแทกเมื่อตกลงพื้น

๒.๓ ฝาและตัวถุงเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันจากกระบวนการผลิตไม่เป็นตะเข็บ (Construction with no seam) ไม่ใช่ห้วงรีดรอยต่อ

๒.๔ สามารถต่อเข้ากับระบบ Pipe Line ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้

๓. คุณลักษณะทางเทคนิค

๓.๑ มีระบบควบคุมเปิด-ปิดแรงดูดสุญญากาศที่ตัวกระบอกภายนอก

๓.๒ มี Bacteria Filter ที่ช่วยกรองป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ระบบ Pipe Line

๓.๓ ช่องที่ใช้ดูดสารคัดหลั่งเลือด น้ำ จากตัวผู้ป่วยมีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับของสารคัดหลั่ง เลือด น้ำ ไปหาตัวผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน มีระบบป้องกันการล้นเข้าสู่ระบบ Pipe Line ของโรงพยาบาล (shut-off valve)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ Disposable Suction Bag และให้กระบอกพลาสติกสำหรับใส่ถุงที่มีปริมาตรชัดเจนข้างกระบอก โดยไม่คิดมูลค่าและเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าในกรณีชำรุดเสียหรือแตก

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖ หรือ GMP ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตวัสดุการแพทย์ หรือ CE MARK รับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมาแสดงประกอบการเสนอราคา และมีใบอนุญาตผลิตหรือใบนำเข้าที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแสดง

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารรับรองประสิทธิภาพของแผ่นกรองเชื้อที่ผ่านกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารรับรองวัสดุที่ใช้ในการผลิตถูกรองรับสารคัดหลั่งที่ใช้วัสดุไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการใช้งานในโรงพยาบาลในหนึ่งปีงบประมาณในโรงพยาบาลสังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป อย่างน้อย ๓ แห่ง

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อยขนาดละ ๕๐ ใบ ให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อ ประกอบการพิจารณาผล

๔.๗ ตัวอย่างที่ยื่น ต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้งาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ (กรณีผู้เสนอราคาได้รับการ ประเมินคุณภาพต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ คณะกรรมการไม่พิจารณา และไม่ให้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคในข้อนี้)

(นายทวี ยิ่งสง่า)

ประธานกรรมการ

(นางสาวประจักษ์ตร วัฒนพานิช)

กรรมการ

(นางสาววาสนา ดาทองกลาง)

กรรมการ