

**คุณลักษณะเฉพาะรายการถูกรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม**  
**โรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา**

**คุณลักษณะทั่วไป**

เป็นถุงที่ใช้สำหรับรองรับอุจจาระในผู้ป่วยมีทวารเทียม ขนาด ๔๕ , ๕๗ , ๗๐ มม.

**คุณลักษณะเฉพาะ**

เป็นวัสดุประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ คือ

**๑. ตัวแป้น (base plate)**

๑.๑ แป้น (base plate) เป็นส่วนที่ปิดบนผิวหนังทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง  
ชื่อ hydrocolloid

๑.๒ แป้นมีระบบข้อต่อที่สามารถยึดติดถุงได้แน่น ของเสียไม่สามารถรั่วออกได้

๑.๓ มีหูสำหรับสายรัดที่ตัวแป้น เพื่อให้ตัวแป้นกระชับมากขึ้น

**๒. ตัวถุง (pouch)**

๒.๑ ทำจากพลาสติกคุณภาพชั้นดี มีน้ำหนักเบา สามารถบรรจุสิ่งขับถ่ายได้ไม่รั่วซึม วัสดุไม่  
ระคายเคืองต่อผิวหนังหน้าท้อง

๒.๒ ตัวถุงมีระบบข้อต่อยึดกับแป้น โดยไม่หลุดง่าย สามารถกับเก็บกลิ่นและแก๊สในถุงได้ดี

๒.๓ เป็นถุงปลายเปิดสามารถทำความสะอาด นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมีคลิปปิดปลายถุง

๒.๔ ผิวของถุงมีสีขุ่นทำให้ไม่เห็นสิ่งที่ขับถ่ายที่อยู่ภายใน

**เงื่อนไขเฉพาะ**

๑. อายุของผู้ผลิตภัณฑ์ มีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ

๒. มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศอเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสำเรียง ขอใหญ่กลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวออนอมา มูลอาษา)