

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขอจัดซื้อ วัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ได้รับอุปกรณ์เสริมสำหรับดำรงชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างพอเพียง

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการคูขวางไม่ทอดทิ้งกัน (กายอุปกรณ์) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. เตียงเฟิร์ลเลอร์แบบ ๓ ไก่ จำนวน ๕ เตียงๆละ ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. รถเข็นชนิดนั่งปรับข้าง จำนวน ๓ คันๆละ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. เก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน ๕ อันๆละ ๓,๙๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. รถเข็นปรับนอนได้สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓ คันๆละ ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท
๕. เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๗. ที่นอนลมแบบลอนใหญ่ จำนวน ๕ เตียงๆละ ๖,๙๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๘. ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม จำนวน ๑๐ คู่ๆละ ๖๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐.๐๐ บาท
๙. ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา จำนวน ๑๐ คู่ๆละ ๖๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐. ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ จำนวน ๑๐ คู่ๆละ ๓๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๑. ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ จำนวน ๓ อันๆละ ๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๒. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ จำนวน ๕ คันๆละ ๖,๖๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๓. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ จำนวน ๒๐ คันๆละ ๔,๔๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๔. สามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ จำนวน ๕ คันๆละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๑ เตียงเฟิร์ลเลอร์ แบบ ๓ ไก่ จำนวน ๕ เตียง

ความต้องการ

เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบ ๓ ไก่ สามารถปรับพนักพิงหลัง ปรับหัวเข้าและปรับความสูง-ต่ำของเตียงได้ โดยใช้มือหมุน คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เตียงเฟิร์ลเลอร์แบบ ๓ ไก่ สามารถนำไปใช้นอนพักฟื้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นเตียงผู้ป่วยแบบเฟิร์ลเลอร์
๒. โครงเตียงทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ ๒๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป โดยไม่งอ

๓. พนักหัว - ทำด้วยเตี้ยงทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ๑.๑/๔ x ๑.๒ มิลลิเมตร ตัดโค้งงอโดยไม่มีรอยเชื่อมและบุด้วยแผ่นปาร์ติเกิ้ลและปิดแผ่นฟอรั่มสีขาวทั้ง ๒ ด้าน พนักเตี้ยงสามารถถอดและพับได้

๔. พนักเตี้ยงทำด้วยเหล็กสปริงหรือวัสดุที่ดีกว่า

๕. พังชั้นการทำงานของเตี้ยงผู้ป่วยมือหมุน ๓ โถง ปรับได้ ๓ แบบ

- ปรับระดับความสูงของเตี้ยง ระหว่าง ๓๖-๗๒ เซนติเมตร

- ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง ๑-๘๐ องศา

- ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ๐-๔๐ องศา

๖. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกอย่างน้อย ๑ คู่

๗. ขนาดเตี้ยงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร รวมที่นอน

๘. ปรับเตี้ยงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร พร้อมระบบโช๊ค (Gas Spring) ช่วยดันเตี้ยงยกขึ้นจำนวน ๒ ตัว

๙. ปรับเตี้ยงต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยเมื่อปรับต่ำสุดจะมีขา ๔ ขา ยกเตี้ยงให้ล้อลอยพ้นพื้นได้

อุปกรณ์ประกอบ

๑. ม้าขึ้นเตี้ยง โครงทำด้วยเหล็ก พื้นบุด้วยไม้อัดทึบบนพื้นยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๔๕ x ๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว

๒. ราวกันเตี้ยงทำด้วยโลหะ เลื่อนขึ้นลงได้ จำนวน ๑ คู่

๓. ที่นอนผู้ป่วยทำด้วยฟองน้ำอัดหุ้มด้วยผ้าหนังเทียมสีเขียวหนา ๓ นิ้ว มีซิปรูด สามารถถอดออกได้จำนวน ๑ อัน

๔. เสาคอนกรีตน้ำเกลือแบบปรับระดับได้ สามารถถอดออกได้ ทำด้วยสแตนเลสกลม หรือเสาแยก

๕. มีตะขอแขวนถุงปัสสาวะด้านข้างเตี้ยงทั้ง ๒ ข้าง

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๒. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน

๓. มีคู่มือการใช้งาน

๔. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบในระยะเวลาประกัน หากเตี้ยงมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเตี้ยงใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๒ รถเข็นชนิดนั่ง(ปรับข้าง) จำนวน ๓ คัน

ความต้องการ

รถเข็นนั่งผู้ป่วยชนิดนั่ง (ปรับข้าง) มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นชนิดนั่ง(ปรับข้าง) สามารถนำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว
๒. เบาะนั่ง พนักพิงและที่วางแขน ทำจากหนังเทียมหรือผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC อย่างดี
๓. เบาะนั่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีความสูงจากพื้นประมาณ ๔๕ - ๕๐ เซนติเมตร
๔. ที่วางแขนทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิมสามารถถอดและพับข้างได้
๕. มีสายรัดเอว เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
๖. ที่วางเท้าทำด้วยอลูมิเนียม และสามารถพับขึ้น ปรับสูง - ต่ำได้ ขอบรอบเรียบไม่คม และสามารถหมุนเบี่ยงไปด้านข้างได้
๗. ล้อหน้าเป็นล้อยางตัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
๘. วงล้อหลังเป็นชนิดล้อซี่หรือล้อแม็ก มีซี่ล้อไม่น้อยกว่า ๓๖ ซี่ มีขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
๙. มีระบบห้ามล้อ ๖ ระบบ คือ ๑.เป็นแบบ Linking pressure ชนิดผลักไปข้างหน้าแล้วล้อหยุด ทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ ซึ่งติดอยู่ทั้ง ๒ ข้างรถนั่ง และ ๒. แบบ Wire break เป็นแบบมีสาย โดยมีตัวควบคุมเบรกอยู่ที่มือจับช่วยเป็นทั้ง ๒ ข้าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
๑๐. สายรองรับนั่งทำจากผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC หรือ PC สามารถถอดออกได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๒. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
๓. มีคู่มือการใช้งาน
๔. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ ในระยะประกัน หากรถมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนรถคันใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๓ เก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน ๕ อัน

ความต้องการ

เก้าอี้นั่งถ่าย มีถังพร้อมฝาปิด แบบไม่มีล้อ มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้นักพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถนำไปใช้อำนวยความสะดวกในการขับถ่ายที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมียมหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์
๒. ที่นั่งทรงสี่เหลี่ยม
๓. ปรับระดับสูง-ต่ำได้

๔. ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ x ๓๓ x ๗๖ เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)
๕. ถังทั้งสี่ปฏิกูลมีหัวและฝาปิด สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
๖. ที่รองนั่งถ่ายทำจาก PVC สามารถถอดออกได้
๗. น้ำหนักเก้าอี้ ๕ - ๑๐ กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
 ๒. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
 ๓. มีคู่มือการใช้งาน
 ๔. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 ๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ ในระยะประกันหากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้ว ถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเก้าอี้ทั้งตัวใหม่ ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

สืบราคาจากท้องตลาด

รายการที่ ๔ รถเข็นปรับนอนได้สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓ คัน

ความต้องการ

รถเข็นผู้ป่วยสามารถปรับเอนนอนได้สำหรับผู้ใหญ่ มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นแบบปรับนอนได้ สามารถนำไปใช้เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ผ่านกระบวนการชุบสี หรือพ่นสีฝุ่นหรือเคลือบขัดเงา
๒. โครงสร้างของแกน x - bar เป็นประเภทโครงยึดรูปกากบาทคู่
๓. เบาะนั่งทำจากหนังเทียม มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร มีความสูงจากพื้นประมาณ ๔๕ - ๕๐ เซนติเมตร
๔. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
๕. พนักพิงหลังมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนรองหลังและที่พิงศีรษะ สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับจนถึงเอนนอน ๑๘๐ องศา มีกระเป๋าด้านหลัง ที่พิงศีรษะสามารถถอดออกได้ และมีหมอน รองศีรษะสามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้
๖. ที่วางแขนสามารถดึงถอดออกหรือโยกไปด้านหลังได้
๗. แกนวางเท้าสามารถพับขึ้น ปรับระดับสูง - ต่ำและหมุนเบี่ยงไปด้านข้างได้ บริเวณขอบโดยรอบไม่คม สามารถถอดออกได้
๘. มีเบาะพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมหรือ PVC สำหรับรองรับบริเวณน่อง
๙. ล้อเป็นล้อยางตันหรือชนิดเติมลม แข็งแรง วงปั่นล้อทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือ PVC
๑๐. มีเบรกข้างล้อทั้งสองข้าง ห้ามล้อ เป็นแบบ linking pressure ชนิดผลักไปข้างหน้าแล้วล้อหยุด ทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ที่สามารถเลื่อนตำแหน่ง เพื่อปรับระยะการสัมผัสระหว่างหน้าเบรกและผิวยาง ซึ่งติดอยู่ทั้ง ๒ ข้างของรถเข็น และปลายคันโยกต้องไม่สูงกว่าแนวแกนโครงที่นั่ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่มีผู้ใช้ขณะขับเคลื่อนรถ

๑๑. มีแผ่นกันหีบด้านข้างของเบาะนั่งทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ เพื่อกันขยี้ผู้ใช้ยื่น
เข้าวงล้อ
เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๒. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
๓. มีคู่มือการใช้งาน
๔. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ ในระยะประกัน หาก
รถเข็นมีปัญหาผู้ขายต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒
ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนรถเข็นใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สืบราคาจากท้องตลาด

รายการที่ ๕ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๕ เครื่อง

ความต้องการ

เครื่องผลิตออกซิเจน พร้อมระบบฟั่นละอองยา คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ หรือออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ สามารถนำไปใช้รักษาต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
๒๔ ชั่วโมง
๒. ตัวเครื่องภายนอกทำด้วยพลาสติกแข็งแรงปลอดภัย มีที่จับด้านบนตัวเครื่อง
๓. สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ กำลังไฟไม่เกิน ๖๑๐ วัตต์
๔. มีเครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนแบบหนีบนิ้ว

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนตั้งแต่
๑-๑๐ ลิตร ความเข้มข้นของออกซิเจนได้ไม่น้อยกว่า ๙๓ +/- ๓% แสดงหน้าจอเป็นแบบดิจิตอล หน้าจอ LED
แสดงผลความเข้มข้นออกซิเจน อัตราการไหลของออกซิเจน เวลาใช้งาน
๒. ความดังของเครื่องขณะทำงานไม่เกิน ๕๐ dB
๓. มีระบบส่งสัญญาณเตือนบอกสถานการณ์ การทำงานของเครื่องปกติ/ผิดปกติ กรณีไม่มีไฟฟ้าเข้า
กระแสไฟฟ้าเกิน ไฟกระชาก เมื่อความร้อนสูงเกินไป และอัตราการไหลของออกซิเจนต่ำเกินไป
๔. แรงดันขาออก ไม่น้อยกว่า ๔๐-๗๐ kPa
๕. ชุดปรับออกซิเจนเป็นแบบปุ่มกดหรือแบบหมุน
๖. น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม
๗. สามารถต่อชุดพ่นยาได้

๘. มีล้อ ๔ ล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและมีที่ล้อคล้อ
๙. มีใส่กรองจัดการความชื้นและแบคทีเรียติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง
๑๐. มีฟิลเตอร์ก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์และทางออกไปยังคนไข้

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบบหนีบนิ้ว

๑. วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) ช่วงในการวัดได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑ - ๑๐๐ % ค่าความเที่ยงตรง ๗๐-๑๐๐ % ไม่มากกว่า ± 2 digits เมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะปกติ หรือ Low Perfusion
๒. วัดค่าอัตราการเต้นของชีพจรในร่างกาย (Pulse Rate) ค่าความเที่ยงตรงในช่วง ๒๐-๒๕๐ BPM ไม่มากกว่า ± 3 digits
๓. จอแสดงผลการวัดเป็น LCD และ Backlight ซึ่งจะสว่างโดยอัตโนมัติ เมื่อนำเครื่องไปใช้งานบริเวณที่มีความสว่างน้อย
๔. เครื่องทำงานได้โดยใช้แบตเตอรี่ ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA ๑.๕ โวลท์

อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ๑. Nasal oxygen cannula | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. Filter core | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. Humidifier bottle | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. อุปกรณ์ฟั่นละอองยา | จำนวน ๑ ชุด |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๒. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
๓. มีคู่มือการใช้งาน
๔. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัท
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ ในระยะประกันหากเครื่องมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งหากแก้ไขแล้ว ถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๖ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๓ เครื่อง

ความต้องการ

เครื่องดูดเสมหะชนิดใช้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องดูดเสมหะหรือของเหลว สามารถนำไปใช้รักษาต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดมีหัวเคลื่อนย้ายได้ (Portable) น้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงกระแทก
๒. ป้อนสุญญากาศทำงานด้วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น
๓. ออกแบบให้มีที่เก็บขวดของเหลวภายในตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุจากการหลุดร่วง หรือของเหลวหกรดในขณะเคลื่อนย้ายหรือใช้งาน

๔. มีระบบป้องกันการปนเปื้อนแบบคทีเรีย และอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลวเข้าตัวปั๊ม
๕. สามารถปรับแรงดูดได้ มีมิเตอร์แสดงแรงดูด
๖. ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถดูดด้วยอัตราเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตรต่อนาที
๒. มาตรฐานความดันได้ตั้งแต่ ๐-๐.๘ บาร์ หรือไม่น้อยกว่า ๐-๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท
๓. Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
๔. มีขดบรรจุของเหลว ทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร พร้อมฝาปิดแบบมีลูกกลิ้งกันล้น สามารถถอดออกมาทำความสะอาดและนำกลับไปได้ใหม่ได้
๕. ตัวเครื่องน้ำหนักไม่เกิน ๑๘ ปอนด์ หรือ ไม่เกิน ๙ กิโลกรัม
๖. ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์

อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ๑. สายดูด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. กระบอกใส่ของเหลวพร้อมชุดกันล้น | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. หัวเตอร์กรองแบบคทีเรีย | จำนวน ๓ ชุด |
| ๔. ชุดควบคุมแรงดูด พร้อมสัญญาณไฟ | |
| แสดงการทำงานของเครื่อง | จำนวน ๑ ชุด |

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๒. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
๓. มีคู่มือการใช้งาน
๔. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ ในระยะประกันหากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๗ ที่นอนลมแบบลอนใหญ่ จำนวน ๕ เตียง

ความต้องการ

ที่นอนลมสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับพร้อมอุปกรณ์ คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ที่นอนลมป้องกันการเกิดแผลกดทับ สามารถนำไปใช้รักษาต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะตัวเครื่องปั๊ม

๑. มอเตอร์ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
๒. มีสวิทช์เปิด - ปิด และสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง

๓. มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแรงดันลมภายในที่นอนผิดปกติ
๔. เครื่องปั๊มลมสามารถเปิดทำงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องพักเครื่อง
๕. มีปุ่มปรับความดันลูกลมเป็นตัวเลข เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวผู้ป่วย ปรับได้ตั้งแต่ ๔๐-๑๐๐

mmHg

๖. สามารถควบคุมความดันลมให้ลนอนพอง-ยุบสลับกันได้
๗. อัตราการไหลของลม ไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร/นาที
๘. เครื่องเดินเงียบ
๙. ได้รับมาตรฐาน GMP,CE หรือ FDA

คุณลักษณะเฉพาะตัวที่นอนลม

๑. ตัวที่นอนและลูกลมผลิตจากไนลอนเคลือบพีวีซี ถ่ายเทอากาสได้ดี กันน้ำได้ ทนทานต่อการใช้งาน
๒. แผ่นที่นอนลมประกอบด้วยลอน เรียงตามขวาง
๓. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง ๑๔๐ กิโลกรัม
๔. ลอนที่นอนแต่ละลอนสามารถถอดเปลี่ยนได้ เมื่อมีการเสียหายบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
๕. ขนาดที่นอน กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๑๐ เซนติเมตร
๖. ท่อลมมีความแข็งแรงหนา ๕ มิลลิเมตร ป้องกันการหัก พับ งอของท่อลม
๗. มีอุปกรณ์สำหรับต่อท่อลมเข้ากับตัวเครื่องได้อย่างสะดวก
๘. มีผ้าคลุมอย่างดี ทำความสะอาดง่าย
๙. มีกระเป๋าล้างมือเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ ใบ
๑๐. น้ำหนักของแผ่นพัสดลมไม่เกิน ๖ กิโลกรัม
๑๑. สามารถปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวผู้ป่วยได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๒. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
๓. มีคู่มือการใช้งาน
๔. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบในระยะเวลาประกัน หากเครื่องมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยน เครื่องใหม่ให้โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สืบราคาจากท้องตลาด

รายการที่ ๘ ไม้ค้ำยันรัดแบบบอลูมิเนียม จำนวน ๑๐ คู่

ความต้องการ

ไม้ค้ำยันรัดแบบบอลูมิเนียม

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ไม่ค้ำยันความสูงจากระดับรั้วถึงพื้น
๒. ส่วนค้ำยันทำจากอลูมิเนียม
๓. ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร
๔. มีที่จับอยู่ระหว่างกลาง มีลูกยางกันลื่น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือทดลองใช้มาก่อน
๒. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. ผลิตภัณฑ์ได้รับรองคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐาน ISO-๑๓๔๘๕ โดยให้ยื่นในวันยื่นข้อเสนอ
๔. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

อ้างอิงจาก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๙ ไม่ทำอลูมิเนียมแบบสามขา จำนวน ๑๐ คู่

ความต้องการ

ไม่ทำอลูมิเนียมแบบสามขา

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ไม่ค้ำยันความสูงจากระดับรั้วถึงพื้น
๒. ส่วนค้ำยันทำจากอลูมิเนียม
๓. ความหนาของอลูมิเนียม ไม่ต่ำกว่า ๑.๒ มม.
๔. มีที่จับอยู่ระหว่างกลาง มีลูกยางกันลื่น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือทดลองใช้มาก่อน
๒. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองคุณภาพในการผลิตตาม ISO-๑๓๔๘๕ โดยให้ยื่นในวันยื่นข้อเสนอ
๔. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

อ้างอิงจาก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๑๐ ไม้ค้ำยันรั้วแบบไม้ จำนวน ๑๐ คู่

ความต้องการ

ไม้ค้ำยันรั้วแบบไม้

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี

คุณลักษณะเฉพาะ

ไม้ค้ำยันความสูงจากระดับรั้วถึงพื้นส่วนค้ำยันทำจากไม้ มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลางมีลูกยางกันลื่น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือทดลองใช้มาก่อน

๒. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐาน ISO-๑๓๔๘๕ โดยให้ยื่นในวันยื่น

ข้อเสนอ

๔. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

อ้างอิงจาก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๑๑ ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ จำนวน ๓ อัน

ความต้องการ

ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับคนพิการทางการเห็น

คุณลักษณะเฉพาะ

ไม้เท้าก้านยาว ทำจากวัสดุโลหะ อลูมิเนียม หรือสแตนเลสสามารถพับเก็บได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือทดลองใช้มาก่อน

๒. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐาน ISO-๑๓๔๘๕ โดยให้ยื่นในวันยื่น

ข้อเสนอ

๔. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

อ้างอิงจาก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๑๒ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ จำนวน ๕ คัน

ความต้องการ

นั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับคนพิการโดยรถนั่งคนพิการที่ได้ต้องปรับให้เหมาะสมกับความพิการนั้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ
๒. มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือโลหะอื่นที่ผ่านกระบวนการชุบ

หรือพ่นสี

๓. สามารถพับเก็บได้และสามารถปรับส่วนต่างๆ ให้เข้ากับขนาดร่างกายของผู้ใช้งาน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือทดลองใช้มาก่อน
๒. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐาน ISO-๑๓๔๘๕ โดยให้ยื่นในวันยื่น

ข้อเสนอ

๔. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

อ้างอิงจาก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๑๓ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ จำนวน ๒๐ คัน

ความต้องการ

รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ
๒. มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือโลหะอื่น ที่ผ่านกระบวนการชุบ

หรือพ่นสี

๓. สามารถพับเก็บได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือทดลองใช้มาก่อน
๒. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐาน ISO-๑๓๔๘๕ โดยให้ยื่นในวันยื่น

ข้อเสนอ

๔. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

อ้างอิงจาก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

รายการที่ ๑๔ สามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ จำนวน ๕ คัน

ความต้องการ

รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับคนพิการที่ทรงตัวในท่านั่งได้ดี แขน ๒ ข้างปกติ และสามารถออกนอกบ้านเพื่อการเข้าสู่สังคม หรือประกอบอาชีพ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ในระยะไกล
๒. โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กชุบสี หรือโลหะอื่นที่มีความแข็งแรงมั่นคง
๓. ขับเคลื่อนโดยการควบคุมก้านโยก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือทดลองใช้มาก่อน
๒. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐาน ISO-๑๓๔๘๕ โดยให้ยื่นในวันยื่น

ข้อเสนอ

๔. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

อ้างอิงจาก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.๒๕๖๕

การกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

(นางสาวกรรณิกา ถ้ำแก้ว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดของเขต

(นางเกศณี ชูบุผา)

คณะกรรมการการกำหนดขอบเขต

(นางรสสุคนธ์ ลพหงษ์)

คณะกรรมการการกำหนดขอบเขต

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 675,100.00 บาท.....
4. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่..... 8 พฤศจิกายน 2566.....
 ราคากลาง..... 675,100.00 บาท.....
5. แหล่งที่มาของราคากลาง..... ที่มาของราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ สป.2565 และราคาตามท้องตลาด
 โดยร้าน บี.บี.แมดดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซลท์ เซอร์วิส.....
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง.....
 (1) นางสาวกรรณิกา ถ้ำแก้ว..... รองปลัดเทศบาล..... ประธานกรรมการ.....
 (2) นางเกศณี ชูบุบผา..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ.....
 (3) นางรสสุคนธ์ ลพหงส์..... นักจัดการงานทั่วไป..... กรรมการ.....