

คุณลักษณะเฉพาะ Coronary Stent graft

วัตถุประสงค์

เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับขยายหรือค้ำยันหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีชนิดมีขดลวดหุ้มกราฟต์ เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีรอยรั่ว (Perforation) และหลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ ขดลวดทำจาก Cobalt chromium ชนิด L๖๐๕ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (Radiopacity) มีความหนา ๐.๐๐๒๔” สำหรับขดลวด ๒.๕-๓.๐ มม.
- ๑.๒ ขดลวดเคลือบด้วย (Hybrid DES solution) เคลือบแบบ Passive component
- ๑.๓ ขดลวดเป็นชนิด Double helix stent ทำให้เกิด Scaffolding และ Flexibility ได้ดีตามขนาด และโครงสร้างของหลอดเลือด
- ๑.๔ ขดลวดมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๒.๕-๕.๐ มม.
- ๑.๕ ขดลวดมีความยาว ตั้งแต่ ๑๕-๒๖ มม.
- ๑.๖ มีขนาดความยาวของสายสวน ๑๔๐ เซนติเมตร สามารถใช้งานร่วมกับ PTCA guiding catheter ขนาด ๕FR
- ๑.๗ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) และบอกวันหมดอายุ, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความยาวไว้ด้วย
- ๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง
 - ๒.๑ หาก Coronary stent graft รุ่นใหม่ออกมา ทางศูนย์โรคหัวใจสามารถขอแลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ศูนย์โรคหัวใจต้องการใช้งาน
 - ๒.๒ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีการทดลองใช้และผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายดำริ เศรษฐจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติพงศ์ ภิญโญสโมสร)