

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ รายการ Elastic Bandage
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา**

๑. ความต้องการ

ผ้าพันชนิดยืด ขนาด ๔ นิ้ว, ๖ นิ้ว

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

๒.๑ ใช้พันรอบส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อพยุงและให้แรงกดรัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

๒.๒ ใช้พันเพื่อช่วยยึดตรึงวัสดุต่าง ๆ กับร่างกาย เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๒.๓ สำหรับพันข้อเท้า/ข้อมือ เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย-การทำงาน

๒.๔ สำหรับพันเคล็ด หรืออาการปวด/บาดเจ็บต่าง ๆ ใช้รัดข้อเข่า ข้อศอก เพื่อพยุงกล้ามเนื้อ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ผ้าพันชนิดยืด มีความยืดหยุ่นสูง ทำมาจากเส้นด้าย Polyester, Polyester & Cotton, Natural Rubber ถักทอด้วยระบบร่องเข็ม และลายทอของผ้ามีความหนาแน่นฟู นำสัมผัสระบายอากาศได้ดี

๓.๒ ความกว้างของผ้าพันแผล (Width of bandage)

Elastic bandage ๔ Inch: ๑๐๐ ± ๕ mm.

Elastic bandage ๖ Inch: ๑๕๐ ± ๕ mm.

๓.๓ ความยาวของผ้าพันแผลเมื่อไม่ยืด (Unstretch length of Bandage) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ cm.

๓.๔ ความยาวของผ้าพันแผลเมื่อยืด (Stretch length of Bandage) ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ cm.

๓.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter): ๕๒ mm. ± ๒ mm

๓.๖ น้ำหนักของผ้าพันแผล (Weight of Bandage): Min ๒๒๗ g/m²

๓.๗ ความยืดหยุ่น (Elasticity)

- เต็มที่/เมื่อไม่ยืด (Full st./Un st.): Min ๑๐๐%

- การคืนตัว/เต็มที่ (Regain/Full st.): Max ๖๐%

๓.๘ จำนวนเส้นด้ายในแนวตั้ง ๒๐ เส้น/นิ้ว

๓.๙ จำนวนเส้นด้ายในแนวตั้ง (เมื่อไม่ยืด) ๒๐x๒ เส้น/นิ้ว

๓.๑๐ สามารถทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ซ้ำได้

๓.๑๑ ผ้ายืดถูกม้วนอย่างเรียบร้อย มีคลิปปิดปลายม้วน

๓.๑๒ บรรจุภัณฑ์: ผ้ายืดแต่ละม้วนถูกห่อด้วยพลาสติกกันความชื้น และมีฉลากแสดงความกว้างและความยาว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๒. มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖

๔. เวชภัณฑ์ที่ผู้ขายเสนอราคาต้องผ่านประเมินคุณภาพจากผู้ใช้วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๕. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์...

๕. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ หากไม่รับแลกเปลี่ยนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา ทางคณะแพทย์ฯ ทำการยกเลิกสัญญาได้

(นายศรุต จงกิจธนกุล)
ประธานกรรมการ

(นายคงธัช ชูวงศ์โกมล)
กรรมการ

(นางสาวดุจฤดี ไชยมงคล)
กรรมการ