

คุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บเลือดชนิด K_๓ EDTA Vacuum Tube ขนาด ๑๓x๑๐๐ มม.
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคามราชสีมา


๑. เป็นหลอดสุญญากาศปลอดเชื้อ ขนาด ๑๓x๑๐๐ มิลลิเมตร บรรจุได้ ๖ ml.
๒. ภายในหลอดมีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด K_๓ EDTA.
๓. ฉลากข้างหลอดมีซีตบอกริมาตรเลือด ชนิดสารกันเลือดแข็ง
๔. โรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
๕. ระบุวันหมดอายุและหมายเลขรุ่นผลิต
๖. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ
๗. กรณีเป็นหลอดเก็บเลือดที่โรงพยาบาลยังไม่เคยใช้งาน หรือทดสอบคุณภาพมาก่อน ผู้ขายจะต้องนำตัวอย่างมาให้โรงพยาบาลทดสอบประเมินคุณภาพ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ประเมินดังต่อไปนี้

หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน
๑.ระบุชนิด Tube lot. exp. ชัดเจน	๑๐๐%
๒.พลาสติกแข็งแรงทนทาน	๑๐๐%
๓.ฝาเปิด - ปิดง่าย	๑๐๐%
๔. ฝาTube หลุด ขณะปั่น	น้อยกว่า ๕ %
๕.ฝา tube หลุดหรือsample ซึมจากTube หลังส่งผ่านกระสวย	น้อยกว่า ๕ %
๖.เกิด clot หลังเจาะ	น้อยกว่า ๕ %
๗. Vacuum สามารถดูดได้ตามปริมาตร	มากกว่า ๙๕ %

เกณฑ์การประเมิน K_๓ EDTA TUBE Vacuum ๑๓x๑๐๐ มม. ที่ใช้ทดสอบ ต้องผ่านการประเมินทุกข้อ จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายพิชัยสิริ นวลมณี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายศักรนันท์ คารอริย์รัช)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวีรวัฒน์ สีตจักร)