

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หม้อต้มแผ่นประคบร้อนขนาด ๑๒ แผ่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุเทพ เทศบาลเมืองสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๑๐๗,๐๐๐.- บาท

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ต้มแผ่นให้ความร้อนชนิดต้นในการบำบัดรักษาเพื่อลดอาการอักเสบ ลดอาการปวด เพิ่มการไหลเวียนโลหิต

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ หม้อต้มแผ่นประคบร้อน (Hydrocollator) แบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมแผ่นประคบร้อนไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น

๒.๒ เป็นถังต้มน้ำไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และตั้งเวลาได้

๒.๓ สามารถใช้ได้กับไฟ ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ สามารถควบคุมอุณหภูมิการต้มน้ำ ให้มีเสถียรภาพ

๓.๒ มี สวิตช์ ปิด-เปิด และ ติดตั้ง Thermostat ติดกับตัวถังเพื่อป้องกันในกรณีน้ำแห้งหรือไม่เติมน้ำ เครื่องสามารถตัดการทำงาน และเบรกเกอร์กันดูด เพื่อป้องกันผู้ใช้งานขณะเกิดไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร

๓.๓ แสดงผลหน้าจอเป็นดิจิตอลบอกอุณหภูมิ และมีหลอดไฟแสดงสถานะของเครื่อง มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อ อุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ได้ปรับตั้งไว้

๓.๔ ตัวถังมีล้อเลื่อน พร้อมเบรก สามารถเคลื่อนย้ายได้

๓.๕ มีวาล์วและท่อระบายน้ำออก สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้

๓.๖ มีตระแกรง สแตนเลสเกรด ๓๐๔ (สามารถถอดออกได้)

๓.๗ ตัวถังสีเหลี่ยม มีฝาปิด มือจับ สามารถบรรจุแผ่นประคบร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ ตะแกรงสแตนเลส

จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ ตะขอเกี่ยวแผ่นให้ความร้อน

จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ สายไฟต่อเข้าเครื่อง

จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ มีแผ่นประคบความร้อน (Hot pack) ดังนี้

๔.๔.๑ แผ่น Standard size

จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ แผ่น

๔.๔.๒ แผ่น Neck contour size พร้อมปลอก

จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ แผ่น

๔.๔.๓ แผ่น Oversized

จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ แผ่น

(นางปริดา เลิศจินตนากิจ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฬาลักษณ์ นิตามณีพงษ์)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

นายอิทธิ วชิระบงกช

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

กรรมการ

/๕.เงื่อนไข...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อนพร้อมติดตั้งและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๕.๒ รับประกันคุณภาพสินค้า นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๓ มีคู่มือการใช้งาน 1 ชุด

๕.๔ บริษัทผู้จำหน่าย ต้องมีมาตรฐานการจัดการ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO๑๓๔๘๕ หรือ GDPMD (Good Distribution Practice for Medical Device) สำหรับการ จัดจำหน่ายและบริการหลังการขาย

(นางปรีดา เลิศจินตนากิจ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ นิตามณีนพงษ์)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิทธิ วชิระบงกช)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กรรมการ