

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
เตียงสำหรับตัดติ่งข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับโดยใช้ไฟฟ้า  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุเทพ เทศบาลเมืองสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน ๒ เตียง  
ราคา ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงรักษาทางกายภาพบำบัดใช้สำหรับออกกำลังกายและฝึกกิจกรรม สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคประสาทและผู้ป่วยทั่วไป

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นเตียงรักษาทางกายภาพขนาดใหญ่พิเศษ สามารถปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้า  
๒.๒ สามารถใช้ได้กับไฟ ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ เป็นเตียงไม่น้อยกว่าสองตอน สามารถปรับระดับความสูงได้ด้วยระบบมอเตอร์  
๓.๒ เตียงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร และ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๕ เซนติเมตร  
๓.๓ สามารถปรับระดับเบาะส่วนศีรษะได้ทั้งทิศขึ้นและลง  
๓.๔ สามารถควบคุมการปรับระดับสูง-ต่ำของเตียง ด้วยรีโมทควบคุม (Hand control)  
๓.๕ ที่บริเวณขาเตียงมีล้อทั้ง ๔ ด้าน เพื่อความสะดวกในการขนย้าย  
๓.๖ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อนพร้อมติดตั้งและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  
๔.๒ รับประกันคุณภาพสินค้า นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  
๔.๓ มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาแสดงในวันส่งมอบสินค้า  
๔.๔ บริษัทผู้จำหน่าย ต้องมีมาตรฐานการจัดการ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO๑๓๔๘๕ หรือ GDPMD (Good Distribution Practice for Medical Device) สำหรับการจัดจำหน่ายและบริการหลังการขาย

(นางปรีดา เลิศจินตนากิจ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ นิตามณีพงษ์)  
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิทธิ วชิระบงกช)  
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  
กรรมการ