

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการจัดซื้อ ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับเครื่อง Infusion pump จำนวน 207,000 SET
สำหรับปีงบประมาณ 2569 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

1. ความต้องการและจำนวน

ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับเครื่อง Infusion pump จำนวน 207,000 SET

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับให้น้ำเกลือหรือยา หรือสารละลาย โดยใช้กับเครื่อง Infusion pump ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 ตัวสายทำด้วยสารสังเคราะห์ปราศจาก Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) มีลักษณะใสสามารถ
มองเห็นแปลกปลอมได้ง่ายและนิ่ม สามารถบิดงอได้โดยไม่เสียรูปร่าง มีความยาวประมาณ 190 - 220 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกประมาณ 4.5 มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ 3.2 มม. ชนิดมี AFF (Anti-free
flow) เพื่อป้องกันการไหลของสารละลายหลังจากนำชุดให้สารละลายออกจากเครื่อง

3.2 ปลายสายมี Injection Port (Latex Free) ต่อกับสาย แบบ Y-Connector โดยมี Clamp On-Off อยู่
ด้านบนเพื่อความสะดวกเวลาต้องการฉีดยาและปลายสายมี Final Filter ขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า 40 ไมครอน ซึ่งจะ
ทำหน้าที่กรองสารน้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าร่างกายคนไข้และ Connector เป็นแบบ Lock type พร้อมฝาปิด

3.3 หัวแทงจุดขวน้ำเกลือเป็นเดือยพลาสติก แหวมและแข็ง มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง

3.4 กระเปาะสำหรับใส่น้ำเกลือหยด (Drip Chamber) พร้อม Air Vent ที่มี Mesh Filter เพื่อป้องกัน
Airborne bacteria โดยมีกระเปาะใส สามารถมองเห็นน้ำเกลือหยดได้ง่าย

3.5 มี Drip.port ควบคุมการไหลของน้ำเกลือขนาด 20 หยด/ซีซี

3.6 ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติก ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอทิลีนออกไซด์แก๊ส

3.7 วัสดุที่ส่งมอบจะต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 2 ปี นับแต่วันส่งมอบ

3.8 ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิต, Lot number ที่ผลิต และวันหมดอายุการใช้งานที่ของบรรจุภัณฑ์ให้เห็นอย่าง

ชัดเจน

ลงชื่อ.....

(นางธิดารัตน์ เกษแก้วกาญจน์)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางประกายรุ่ง ต้นทัพไทย)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรรณิการ์ พงศ์ธนาภ)

เป็นกรรมการ

3.9 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับ แลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป

3.10 สามารถใช้กับเครื่อง Infusion pump ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นอย่างดี

4. เงื่อนไขการเสนอราคา

4.1 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.2 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.4 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ทางด้านการจัดเก็บและการจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.5 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้ทดลองใช้งาน และผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา (ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างสำหรับประเมินผลการใช้งาน จำนวน 100 SET ก่อนเข้ายื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)

4.6 ผู้เสนอราคาต้องนำวัสดุตัวอย่างมาประกอบการพิจารณา จำนวน 20 EA นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

4.7 กำหนดยื่นราคา 180 วัน

4.8 กำหนดส่งมอบ 365 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

4.8.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้และ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

4.8.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

ลงชื่อ.....

(นางจิตราตรี เกษแก้วกาญจน์)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางประกายรุ่ง ตันทัพไทย)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรรณิการ์ พงศ์ธนาภพ)

เป็นกรรมการ

4.8.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

5. เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แคตตาล็อก

5.1 แคตตาล็อกต้องเป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต ซึ่งแสดงรูปภาพสินค้า และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า หากเป็นเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำขึ้นเอง โดยคัดลอกรูปภาพ อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและคัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้น จะถือว่าไม่ใช่แคตตาล็อก โดยไม่พิจารณาผ่อนปรน

5.2 กรณีแคตตาล็อกที่ยื่น มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้อยกว่าที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม โดยให้ผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตรับรอง หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดสำเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐ แล้วนำมายื่น จะไม่พิจารณาผ่อนปรน

6. เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก เกณฑ์ราคา

7. วิธีการจัดซื้อ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ลงชื่อ.....

(นางอิศรัตน์ เกษแก้วกาญจน์)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางประกายรุ่ง ตันทัพไทย)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรณิการ์ พงศ์ธณามพ)

เป็นกรรมการ