

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

งานการพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1

.....
ชื่อรายการครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดจัดกระดูกสำหรับใส่แผ่นโลหะตามกระดูก จำนวน 2 ชุด

1. ความเป็นมา

ด้วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัด 1 มีภารกิจที่ต้องให้บริการผ่าตัดและส่องตรวจทุกระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาชุดเครื่องมือผ่าตัดจัดกระดูกสำหรับใส่แผ่นโลหะตามกระดูกไว้ประจำหน่วยงานเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ชุดเครื่องมือผ่าตัดจัดกระดูกสำหรับใส่แผ่นโลหะตามกระดูกใช้ในการทำผ่าตัดเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยที่มีโรคพยาธิสภาพที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือผ่าตัดจัดกระดูกสำหรับใส่แผ่นโลหะตามกระดูก

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ชื่อ.....

(นางเพียงทิพย์ ชื่นใจ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมภาร ชัยเพชร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาภาพร เชื้อบัณฑิต)

13/1/2569

10. ผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสำหรับใส่แผ่นโลหะตามกระดูก จำนวน 1 ชุด จะประกอบด้วย

4.1 คุณสมบัติทั่วไป

1) วัสดุทำจากสแตนเลสสตีล

2) สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยการนึ่งด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียสหรือโดยวิธีอบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสำหรับใส่แผ่นโลหะตามกระดูก จำนวน 1 ชุด จะประกอบด้วย

1) คีมจับกระดูกแบบ Lowman-Gerster ความยาว 210 มม. จำนวน 2 ชิ้น

2) คีมหนีบกระดูกแบบ Lowman ความยาว 205 มม. จำนวน 2 ชิ้น

3) คีมหนีบกระดูกแบบ Lowman ความยาว 175 มม. จำนวน 2 ชิ้น

4) คีมหนีบกระดูกเบอร์ 3 ปากขนาด 4.5 มม. และ 11.5 มม. ความยาว 280 มม. จำนวน 2 ชิ้น

5) คีมหนีบกระดูกเบอร์ 1 ปากขนาด 3.5 มม. และ 10.5 มม. ความยาว 240 มม. จำนวน 2 ชิ้น

ชื่อ) 

(นางเพียทิพย์ ชื่นใจ)

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสมภาร ชัยเพชร)

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอาภาพร เชื้อบัณฑิต)

- | | |
|---|--------------|
| 6) คีมหนีบกระดูก เบอร์0 ปากขนาด 2.5 มม. และ 7 มม. ความยาว 190 มม. | จำนวน 4 ชิ้น |
| 7) คีมหนีบกระดูก ปากขนาด 3 มม. และ 3 มม. ความยาว 145 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 8) คีมหนีบจับยึดกระดูกแบบ Lane ขนาดเขี้ยวจับ 13 มม. ความยาว 320 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 9) คีมหนีบจับยึดกระดูกแบบ Kern-Lane ขนาดเขี้ยวจับ 9 มม.ความยาว 240 มม. | จำนวน 4 ชิ้น |
| 10) คีมหนีบจับกระดูกแบบKern-Mini ปากขนาด 7.0 มม. ความยาว 165 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 11) คีมจับยึดกระดูกแบบมีล๊อค ความยาว 230 มม. | จำนวน 4 ชิ้น |
| 12) คีมจับยึดกระดูกแบบมีล๊อค ความยาว 170 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 13) คีมจับยึดกระดูกแบบมีล๊อค ความยาว 140 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 14) คีมหนีบกระดูก ปลายตรง ความยาว 210 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 15) เครื่องมือเลาะยกกระดูกแบบ Bennett ปลายโค้ง หน้ากว้าง 65 มม.
ความยาว 240 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 16) กล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดแบบปราศจากเชื้อ ขนาด 470x274x135 มม. | จำนวน 1 ชิ้น |
| 17) ฝาปิดกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดชนิด Primeline Pro ขนาด 3/4 สีเงิน | จำนวน 1 ชิ้น |
| 18) ตะกร้าสแตนเลสสตีลแบบมีฐานรองสี่มุม สำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัด
ขนาด 406x253x106 มม. | จำนวน 1 ชิ้น |
| 19) น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือผ่าตัดชนิดสเปรย์ ผ่านมาตรฐาน EN 554/ISO 13683 สำหรับการฆ่าเชื้อโรคแบบ
ไอน้ำในหม้อหนึ่ง โดยไอน้ำสามารถผ่านเข้าน้ำมันหล่อลื่นไปเพื่อฆ่าเชื้อได้ น้ำมันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
การฆ่าเชื้อน้ำมันช่วยในการหล่อลื่นและป้องกันการกัดกร่อน น้ำมันไม่มีซิลิโคน และไม่เกิดคราบบนผิว
เครื่องมือ | จำนวน 1 ขวด |

4.3 เงื่อนไขอื่นๆ

- 1) เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
- 2) บริษัทมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นราคา
- 3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินการใช้งานว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นราคา
- 4) บริษัทมีการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า
เครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นราคา
- 5) ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO และ 13485CE Certificate โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นราคา

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามทำสัญญาซื้อขาย

ชื่อ) 

(นางเพ็ญทิพย์ ชื่นใจ)

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสมภาร ชัยเพชร)

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอาภาพร เชื้อบัณฑิต)

13/1/2569

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ ราคา

7. วงเงินที่ได้รับจัดสรร เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2569 วงเงินงบประมาณ 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

8. งวดงาน และการจ่ายเงิน

เป็นการส่งมอบ และเบิกจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว(จำนวน 1 งวด)

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายฯแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขาย เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ปี 1 นับ ถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. กรณีที่สามารถแยกตรวจรับในแต่ละรายได้

ในการส่งมอบและตรวจรับพัสดุตามที่จัดซื้อ คณะแพทยศาสตร์สามารถแยกตรวจรับพัสดุในแต่ละ รายการเฉพาะในส่วนที่ส่งมอบถูกต้องได้

2. กรณีที่ไม่สามารถแยกตรวจรับในแต่ละรายได้

ในการส่งมอบและตรวจรับพัสดุตามที่จัดซื้อ คณะแพทยศาสตร์สามารถแยกตรวจรับพัสดุในแต่ละ รายการเฉพาะในส่วนที่ส่งมอบถูกต้องได้

ชื่อ).....

(นางเพียงทิพย์ ชื่นใจ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมภาร ชัยเพชร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภาพร เชื้อบัณฑิต)



แบบประเมินผลการใช้เครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อเครื่องมือแพทย์/ครุภัณฑ์.....
ยี่ห้อ/รุ่น..... บริษัท ผู้แทนจำหน่าย

หอผู้ป่วย งาน.....
เริ่มทดลองใช้วันที่เดือน.....พ.ศ.ถึง วันที่เดือน.....พ.ศ.....

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่าน

ข้อที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความคิดเห็น			
		ดีมาก	ดี	ปานกลาง	น้อย
1	เครื่องมือมีความสะดวกต่อการใช้งาน				
2	คู่มือและคำแนะนำในการใช้งานมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย				
3	เครื่องมือมีความปลอดภัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ยึดหยุ่น ทนทาน และเชื่อถือได้				
4	เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการทำงานตามวัตถุประสงค์				
5	การใช้งานเครื่องมือช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น				
6	การออกแบบและวัสดุมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน				
7	การบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องมือทำได้สะดวก				
8	การดูแลบำรุงรักษา การรับประกันและบริการหลังการขาย				
9	ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์/เครื่องมือมีคุณภาพและท่านพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับ				

สรุปผลการประเมิน ร้อยละ.....

ความคิดเห็นอื่นๆ / ปัญหาและข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....
.....

ชื่อผู้ตอบแบบประเมิน ตำแหน่ง.....
วันที่ตอบแบบประเมินผลวันที่เดือน.....พ.ศ.