ขอบเขตงานจัดซื้อ

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---

๑. ความเป็นมา

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ กำหนดให้เทศบาล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาพระ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ ประกอบกับรถพยาบาลฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเขาพระมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ใกล้ครบอายุการใช้งาน เทศบาลจึงได้ทำโครงการขอจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ สำหรับงานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาพระ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน) จากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดบริการทางการแพทย์สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนส่งโรงพยาบาล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. เพื่อให้ผู้รับบริการที่บาดเจ็บและวิกฤต บริการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ หรือประสบอุบัติเหตุส่งตัวไปโรงพยาบาล และออกให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานได้ทันท่วงที

๓. เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

๔. เพื่อลดคสวามสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลเขาพระ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

<u>ลักษณะทั่วไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์</u>

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

๒. มีประตูเปิด ปิด ด้านหลัง สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า ออก

๓. มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

๔. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่รถมีการชน กระแทก หรือพลิกคว่ำ

๕. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ตามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๖. มีเครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๗. มีคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย

๑. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

๒. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

๓. เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

๕. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน

๖. ชุดเผือกดามแขน ขา

๗. ชุดให้ออกซิเจน แบบ pipe line สำหรับส่งท่อก๊าซ

๘. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น

๙. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

๑๐. ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๑๑. มี long spinal board พร้อมสายรัดตึง ที่ยึดตรึงศีรษะ

๑๒. ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้

๑๓. มีอุปกรณ์ควบคุมสภานการณ์ ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจราจร เสื้อสะท้อนแสง และนกหวีด

ลักษณะทั่วไปของรถยนต์

๑. เป็นรถกระบะตอนเดียวช่วงยาว เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวถังรถเป็นสีขาว

๒. ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๓. ระบบพวงมาลัยขับด้านขวา พร้อมพาวเวอร์มาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าดิสเบรก ล้อหลังดรัมเบรก มาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ พร้อมทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง, ไฟสัญญาณ

๖. ล้อกระทะและยาง เป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๗. ความยาวช่วงล้อหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ในห้องคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุ AM / FM พร้อมลำโพง

๙. ห้องคนขับมีประตูเปิด – ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา พร้อมเข็มขัดนิรภัย

๑๐. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับ นาฬิกาบอกเวลาดิจิตอล และมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ พร้อมเมมเมอรี่ ไม่ต่ำกว่า ๓๒ GB

๑๑. ในห้องคนขับติดตั้งกระจกไฟฟ้าแบบขึ้น - ลง อัตโนมัติ

๑๒. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๑๓. แม่แรงยกรถพร้อมด้ามตามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๔. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ อัน

๑๕. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด พร้อมซองหรือกล่องเก็บ

๑๖. รายละเอียดอื่นที่ไม่ระบุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ประจำรถ

๑๗. หนังสือคู่มือประจำรถยนต์ภาษาไทย พร้อมแผนการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

๑. ท้ายกระบะครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุประเภท Sandwich Panel PU Foam PU (Polyurethane) ขึ้นรูปเป็นวัสดุที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับประกอบผลิตเป็นโครงสร้าง ติดตั้งบนตัวรถ มีความแข็งแรง คงทน และมีน้ำหนักเบาสีเดียวกับตัวรถ ความสูงจากพื้นรถไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร

๒. โครงสร้างเหล็กภายใน (Steel Structure Documentation) ต้องแนบเอกสารผังแสดงมิติและรายละเอียดโครงสร้างเหล็กภายใน (Steel Frame Diagram) ของตัวถังห้องปฏิบัติการพยาบาลอย่างละเอียด เอกสารดังกล่าวต้องระบุประเภทของวัสดุเหล็ก ขนาด และระยะตัดต่อเชื่อม (Floor Plan / Side / Front & Rear Dimension) ของแผงผนังตู้ทุกด้านอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบความแข็งแรงและการกระจายน้ำหนักของตัวรถยนต์เฉพาะกิจตามมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ โครงสร้างห้องปฏิบัติการพยาบาลส่วนหลังแบบ Full Body ต้องสร้างและประกอบขึ้นใหม่จากเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง

๒.๒ ชุดฐานล่างและผังพื้น (Floor Plan Structure) ประกอบขึ้นจากเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๔ นิ้ว เพื่อเสริมความแข็งแรงของแชสซี และใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๒ นิ้ว และเหล็กรางน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๒ นิ้ว ในการจัดระยะชิ้นส่วนแผงพื้น

๒.๓ ชุดโครงหลังคาและผนังข้าง (Side & Roof Structure)โครงสร้างแผงด้านหน้าด้านซ้าย (ฝั่งประตูทางขึ้น) และด้านหลัง (ฝั่งประตูลำเลียงผู้ป่วย) ต้องยึดประกอบด้วยท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๑x๒ นิ้ว และเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ในจุดรับน้ำหนักเตียงพยาบาล

๒.๔ มิติตัวถังโครงเหล็ก (Dimensions) ในห้องพยาบาลหลังส่วนท้ายต้องมีความยาวโครงสร้างภายนอกไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร และมีความกว้างฐานโครงสร้างพื้นไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๓. โครงสร้างห้องปฏิบัติการพยาบาลส่วนหลังแบบ Full Body ต้องสร้างและประกอบขึ้นใหม่จากเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง

๔. มีกระจกบานเลื่อนระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาล เป็นกระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ (Tempered Glass) ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยแนบเอกสารรับรอง

๕. ด้านท้ายประตูกระบะแบบชนิด ๒ บานเปิดออกด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมชุดล็อคกระจกเป็นแบบบานตายแบบใสทั้งสองข้างของประตู

๖. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้า สามารถป้องกันแสงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

<u>คุณลักษณะทั่วไปของห้องพยาบาลพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</u>

๑. ภายในห้องพยาบาลปูด้วยแผ่นรอง Safety กันลื่นความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันการลื่นตามมาตรฐาน EN ๑๓๘๔๕ และป้องกันการไหม้ไฟตามมาตรฐาน EN ๑๓๕๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

๒. ด้านซ้ายมือติดตั้งเบาะนั่งยาวเอนกประสงค์ พร้อมเข็มขัดนิรภัย

๓. ด้านขวามือติดตั้งท่อจ่ายออกซิเจนแบบ Pipe Line จำนวน ๑ ชุด สามารถบรรจุท่อก๊าซได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ มีประตูด้านข้างนอกตัวรถสามารถเปิดยกท่อก๊าซออกได้

๔. ด้านขวามือติดตั้งชั้นวางของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ผลิตจากไฟเบอร์กลาส อลูมิเนียม หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ด้านหน้าเป็นบานเลื่อน

๕. ตอนหน้ามีเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ในห้องพยาบาลติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์เย็นโดยสามารถแยกควบคุมเครื่องปรับอากาศได้โดยเครื่องปรับอากาศมีสวิทช์ควบคุมเปิดปิดที่ห้องคนขับ และห้องโดยสารเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖. ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล โดยมีระบบยึดตรึงที่หัวเตียงและปลายเตียงเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว หรือการกระดกของเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๗. มีประตูทางขึ้นด้านข้าง และด้านท้าย

๘. มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วย

๙. ติดตั้งนาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล สามารถบอกรายละเอียด วัน เดือน ปี และเวลา

๑๐. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีสวิทช์ปิด – เปิด อยู่ในชุดควบคุมเดียวกันที่แผงทั้งหมด ติดตั้งด้านบนของห้องพยาบาล รอยต่อจะต้องเชื่อมด้วยวัสดุถาวร กันน้ำ อย่างดี

๑๑. บนเพดานห้องพยาบาลมีราวจับสำหรับแพทย์หรือญาติ ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

๑๒. มีชุดแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ Volts เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ Volts ๕๐ Hz ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ พร้อมปลั๊กไฟฟ้า ๒๒๐ Volts จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๑๓. ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED ภายในด้านท้ายรถ มีความสว่างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลูเมน มีผังแสดงการเดินสายไฟในส่วนของห้องผู้ปฏิบัติการ

๑๔. มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ โดยมีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิง class ABCs ได้ สารเคมีที่ใช้ดับเพลิง พร้อมชุดจับยึดผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ผ่านการรับรองมาตรฐาน NFPA ๑๙๐๑ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง ณ วันยื่นเสนอราคา

๑๕. มีสวิทช์ตัดไฟฟ้า (Cut-Out) ห้องพยาบาลอยู่ในห้องคนขับเพื่อป้องกันการเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ

๑๖. มีแหล่งจ่ายออกซิเจนจากถัง หรือจากระบบท่อนำจ่าย กรณีเป็นแหล่งจ่ายออกซิเจนจากท่อนำจ่าย ต้องมีผังระบบท่อนำจ่ายออกซิเจนด้วย

<u>คุณลักษณะทั่วไปสัญญาณไฟฉุกเฉิน/สัญญาณเสียงไซเรน/วิทยุสื่อสาร</u>

๑. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ชนิดไฟกระพริบติดตั้งบนหลังคารถด้านเหนือคนขับ สีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (Light Bar) แสงแดงน้ำเงิน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ขนาดความสูงวัดจากฐานไม่เกิน ๖ เซนติเมตร และมีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร

๑.๒ สามารถเปลี่ยนเป็นไฟส่องสว่างสีขาวได้ เช่นแบบ White Flood Lights หรือ Flood modes หรือ In all white mode ให้ความสว่างสูง

๑.๓ ผ่านการรับรองมาตรฐาน NFPA หรือ SAE พร้อมแนบเอกสาร

๑.๔ ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นละอองไม่น้อยกว่า IP๖๕

๒. สัญญาณไฟกระพริบรอบคัน ตามกฎหมายกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ จุด

๒.๑ สัญญาณไฟกระพริบแบบ DUO COLOR สามารถเปลี่ยนสีได้ไม่น้อยกว่า ๒ สี Dual Color

๒.๒ ความยาวไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๒ เซนติเมตร

๒.๓ ผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE หรือ NFPA พร้อมแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา

๒.๔ ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP๖๕

๓. ไฟส่องสว่างภายในห้องพยาบาล จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๓.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว

๔. ไฟสำหรับส่องสว่างรอบคัน (สปอร์ตไลท์) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๑. ฐานไฟทำวัสดุที่มีความแข็งแรง ชนิดหลอดแบบ LED เป็นชนิดปรับทิศทางได้

๒. ขนาดความยาวไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๘ เซนติเมตร

๕. อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ ประกอบด้วย

๑. ไมโครโฟนมีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พร้อมที่ยึดไมโครโฟน

๒. สามารถเลือกเสียงไซเรนได้ไม่น้อยว่า ๕ เสียง

๓. มีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราวสามารถเลือกเสียงไซเรนและเสียงประกาศได้ทันทีที่ต้องการ พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบทางเทคนิคมาพร้อมในวันเสนอราคา

๔. เครื่องเสียงลำโพงขนาดไม่น้อยว่า ๑๐๐ วัตต์ โดยติดตั้งบริเวณภายในกระจังหน้ารถพยาบาล

๖. วิทยุสื่อสาร

๑. วิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ (ตามมาตรฐาน กสทช.)

๒. เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบU VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

๓. เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดีในย่านความถี่ ๑๕๐ MHz ถึง ๑๗๐ MHz ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง จากแบตเตอรี่รถยนต์

๔. มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ช่อง

๕. Antenna Impedance = ๕๐ Ohm

๖. เสถียรภาพทางความถี่ (Frequency Error)+๕ PPM หรือน้อยกว่า

๗. หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคม มี Indicator แสดงขณะทำการส่งวิทยุ

๘. อุปกรณ์ประกอบชุด ประกอบด้วย

- ตัวเครื่อง
- ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด
- สายอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
- หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๙) เงื่อนไข

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าในกรณีที่เกิดจากการใช้งานตามปกติอย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี
- ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่
- ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยนำเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

<u>คุณลักษณะของครุภัณฑ์ทางการแพทย์</u>

๑. เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอดสนิม มีความแข็งแรง สามารถนวดหัวใจได้โดยไม่ต้องใช้แผ่นกระดานรองหลัง

๒. แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากวัสดุอย่างดี

๓. พนักพิงเป็นระบบโช้คหรือระบบ Manual ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น - ลง

๔. สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่าย โดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวมีด้ามจับดันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง และเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังจะกางเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)

๕. มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถพับได้สะดวกตามลักษณะของ เตียงและถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายพร้อมสายรัดผู้ป่วย

๖. น้ำหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนัก ผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๗. ด้านล่างมีช่องสำหรับเก็บชุดกระดานแข็งรองนอน

๘. มีช่องเสียบเสาน้ำเกลือ พร้อมเสาน้ำเกลือจำนวน ๑ เสา และยึดกับเตียงได้อย่างมั่นคง

๒. ชุดกระดานแข็งรองนอน (Long Spinal Board) พร้อมสายรัด มีรายละเอียดดังนี้

๑. ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง

๒. สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะได้

๓. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. มีความหนาฐานไม่เกิน ๙ เซนติเมตร

๔. น้ำหนักไม่เกิน ๘ กิโลกรัม

๕. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๖. ไม่มีผลต่อเครื่อง x-Ray/CT สามารถผ่านได้และสามารถรับน้ำหนัก CPR ขณะทำผู้ป่วยได้

๓. ชุดล็อคศีรษะพร้อมสายรัด

๑. สามารถใช้ล็อคศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลังได้อย่างมั่นคง

๒. ตัวก้อนโฟมทำจากโฟมหรือฟองน้ำภายนอกเคลือบด้วยโพลียูลีเทนทั้งชิ้นผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยปะรอยต่อที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในโดย ด้านล่างของก้อนโฟมมีแผ่นหนามเตยปะติดสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง

๓. มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ

๔. ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลว สามารถล้างแช่ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

๕. แสงเอ็กซเรย์สามารถผ่านได้ ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ

๔. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ ผู้ใหญ่ ๑ ชุด เด็ก ๑ ชุด

๑. ถุงลมผลิตจากซิลิโคน

๒. หน้ากากครอบปากและจมูกผลิตจากยางซิลิโคน แบบโปร่งใส

๓. ท่อยางป้องกันลิ้นตกอุดหลอดลม

๔. กล่องหรือกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด

๕. เครื่องดูดของเหลว (Suction) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ภายในตัวเครื่องมีหูหิ้ว น้ำหนักเบา

๒. มีปุ่มควบคุมแรงดัน พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด

๓. สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตรต่อนาที

๔. ภาชนะบรรจุของเหลวมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ใบ

๕. มีสายต่อเครื่องดูดเสมหะ

๖. มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องสามารถทำการชาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด และมีสัญญาณบ่งชี้กรณีแบตเตอรี่

๗. ติดตั้งชุดยึดเครื่องดูดเสมหะ (Wall Bracket) กับตัวรถยนต์ มีความแข็งแรง ผ่านการทดสอบ การชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐G เครื่องดูดเสมหะและชุดยึดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้ายี่ห้อเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุงและสำรองอะไหล่

๖. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ได้

๑. เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

๒. สามารถวัดความดันโลหิตได้ ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๓. มีผ้าพันแขนเป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) พร้อมลูกยางอัดอากาศ

๔. สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ ฟุต

๗. เฝือกดามคอชนิดแข็ง (Hard Collar) ชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๑ ชิ้น

๑. โครงภายนอกเป็นพลาสติก

๒. ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบแปะติด (Velcro)

๓. ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม

๘. เฝือกดามแขนขา จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑. น้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย

๒. สามารถใช้ ทั้งแขน และ ขา ซ้ายและขวา

๓. ไม่มีผลต่อเครื่อง x-Ray/CT สามารถผ่านได้

๔. มีกระเป๋าเก็บอุปกรณ์

๙. ถังออกซิเจนทำด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๒ ถัง ขนาดมาตรฐานรถพยาบาล

๑๐. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

๒. มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้น และมีสายรัดใต้ขา ๒ เส้นและสายรัดหน้าผากและคางอีก ๒ เส้น

๓. บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับตัวเฝือกได้

๔. มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะ (Adjustable neck pad) ในกรณีเหลือช่องว่าง

๕. แสงเอ็กซเรย์สามารถผ่านได้

๑๑. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (Stair Chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๑. ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่จำกัด สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

๒. โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมหรือทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์

๓. พนักพิงและที่นั่งสามารถปรับนั่งได้ทำจากผ้าใบอย่างดี สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

๔. มีมือจับสำหรับยกเก้าอี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

๕. มีเข็มขัดนิรภัย รัดผู้ป่วย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๖. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

<u>อุปกรณ์อื่น ๆ</u>

๑. กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะพร้อมอุปกรณ์บรรจุในกระเป๋า ดังต่อไปนี้

๑. เป็นกระเป๋าสะพายและมีหูหิ้ว

๒. ตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก

๓. อุปกรณ์พยาบาลภายในประกอบด้วย

- กรรไกรตัดพลาสเตอร์ (Bandage scissor)
- กระบอกฉีดยาขนาด ๑๐ ซีซี (Syringe ๑๐ cc.)
- พลาสเตอร์ (Adhesive plaster)
- ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล (Digital Thermometer)
- ผ้าก๊อต
- เบตาดีน
- ถุงมือยางอนามัย
- ผ้าพันแผลยืดหยุ่น
- ลูกสูบยางแดง
- น้ำเกลือล้างแผล
- ไม้พันสำลี
- ยาใส่แผล

๒. เครื่องตัดแหวนระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า

๑. สามารถตัดแหวนโลหะได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก เงิน สแตนเลส อลูมิเนียม ไทเทเนียม และ โลหะชนิดอื่น ๆ

๒. ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย มีตัวล็อคที่ฐานเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดขณะใช้งาน

๓. ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN หรือ IEC ๖๐๖๐๑ หรือ CE กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ตัวแทน จำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากตัวแทนจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

๓. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย

๑. กรวยจราจร จำนวน ๒ อัน

๒. กระบอกไฟกระพริบ จำนวน ๒ ชิ้น

๓. ไฟฉายส่องสว่าง จำนวน ๒ อัน

๔. เทปจราจร จำนวน ๑ ม้วน

๕. เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๒ ตัว

๖. นกหวีด จำนวน ๒ ชิ้น

๗. ถุงมือป้องกันสารเคมีและป้องกันสิ่งมีคม จำนวน ๒ คู่

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแท้อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ และต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดใกล้เคียง

๒. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๓. ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต โดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาในวันเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบรถพยาบาลอย่างละเอียดและแคตตาล็อก ทั้งตัวรถยนต์ และอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ซื้อได้พิจารณา พร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถพยาบาล มาในวันเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาล (เว้นตัวรถยนต์) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๖. อุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้สาธิตมาก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกัน และทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

เงื่อนไขอื่น ๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกจำหน่ายแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อ สถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้

๒. อุปกรณ์ทุกชิ้น หมวด **สัญญาณไฟฉุกเฉิน** ตั้งแต่ ข้อ ๑ - ๔ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้ายี่ห้อเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุงและสำรองอะไหล่ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ การออกแบบ และผลิต หรือประกอบไฟฉุกเฉิน อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคาโดยมีหนังสือรับรองมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องทำเอกสารสรุปรายการสินค้าเพื่อ แสดงยี่ห้อ / รุ่น /รูปสินค้า ชัดเจน ตามข้อมูลในรายการสินค้าที่เสนอใน TOR ถ้าผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียด เอกสารและหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศและเงื่อนไขคุณลักษณะที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา

๔. หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่นเสนอราคา หรือ สร้างความเข้าใจผิดให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อหวังผลในการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาผลอาจจะดำเนินการแจ้งผู้ที่ทำการทุจริตดังกล่าวให้เป็นผู้ทิ้งงาน โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ (๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๔ ที่ระบุว่าในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๕. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๖. จัดฝึกอบรมบุคลากรหรือหน่วยงาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงการบำรุงรักษาโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. มีข้อความ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์อย่างน้อยประกอบด้วย

๗.๑ ด้านหน้ารถ

๗.๑.๑ ใต้กระจกหน้า ติดแสดงตัวอักษรคำว่า “AMBULANCE” หรือ “รถพยาบาล” ด้วยสีน้ำเงิน

๗.๑.๒ กระจกด้านบนติดข้อความว่า “หน่วยปฏิบัติการแพทย์ เทศบาลตำบลเขาพระ” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๗.๒ ด้านหลังรถ ใต้กระจกหลังติดข้อความ “หน่วยปฏิบัติการแพทย์ เทศบาลตำบลเขาพระ” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๗.๓ ด้านข้างรถ

๗.๓.๑ ประตูห้องคนขับด้านนอกทั้งสองข้าง แสดงตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เทศบาลตำบลเขาพระ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ * ๓๐ เซนติเมตร และมีข้อความ “เทศบาลตำบลเขาพระ” อยู่ใต้สัญลักษณ์ (โลโก้) ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และเลขรหัสครุภัณฑ์ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

๗.๓.๒ กลางตัวรถติดข้อความ “หน่วยปฏิบัติการแพทย์ เทศบาลตำบลเขาพระ” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๗.๓.๓ ด้านบนแสดงข้อความ “อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙” และ “Emergency Medized Service Call 1669” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๗.๓.๔ ด้านล่างมีข้อความ “รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว จ.นครศรีธรรมราช” โดยเป็นตัวอักษรสีแดง ขนาดความสูง ๑๐ เซนติเมตร อยู่บนพื้นสีขาว ซึ่งข้อความจะอยู่ในแถวเดียวกันหรือคนละแถวก็ได้

๗.๓.๕ ด้านท้ายแสดงตราสัญลักษณ์ การได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ * ๓๐ เซนติเมตร

๗.๔ ด้านล่างรอบตัวถังของรถ ติดแถบสะท้อนแสง สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์สลับสีเขียว เป็นรูปแบบตารางหมากรุกสองแถว แต่ละช่องของตารางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ * ๑๐ เซนติเมตร

๕. การตรวจทดลอง

วันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต กำหนดพร้อมใช้งานได้ทันที และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจทดลองรถพยาบาล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ และทดลองจนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ในราชการ

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๑ งวด หากไม่สามารถส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด ต้องปรับอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาวัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง

- วงเงินงบประมาณ ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)
- จัดซื้อภายในวงเงิน ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)
- ราคากลาง ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาโยใช้เกณฑ์ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หน้า ๒๑ ข้อ ๘.๗ และหน้า ๘๑ ข้อ ๘.๗

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

เทศบาลตำบลเขาพระ จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้ดำเนินการจด/โอนทะเบียนรถเป็นของเทศบาลตำบลเขาพระต่อกรมการขนส่งทางบก และมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พรบ.) เป็นเวลา ๑ ปี

๙. วิธีการพิจารณาผล

พิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในคุณลักษณะของพัสดุนี้ โดยตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด กรณีมีผู้ยื่นราคาต่ำสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด เป็นผู้ชนะการประมูล

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ และต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความบกพร่อง โดยผู้ขายตั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิในการจัดการซ่อมแซมเอง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวจินดาวรรณ หนูชม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐวรรธน์ ศรีมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายสุประวีณ์ อาวุธเพชร)