

คุณลักษณะเฉพาะ PTCA GUIDE WIRE สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว

ความเป็นมา

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด เพื่อรับมือและแก้ปัญหาโรคที่มีอัตราการตายสูงสุดของประเทศ รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของหัวใจ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและอื่น ๆ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาสารคามราชสีมา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายด้านโรคหัวใจในจังหวัดและส่วนภูมิภาค ที่ทำการส่งเสริมสุขภาพโรคหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจถึงระดับตติยภูมิ และฟื้นฟูสภาพโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับนำสายสวนชนิดมีลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือด (PTCA balloon catheter) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. แกนในของลวดนำส่วนต้น (proximal) เป็นชนิด Stainless Steel core ขึ้นเดียวกันตลอด
๒. แกนในของลวดนำส่วนปลาย (distal) เป็นชนิด Nickel-titanium core ขึ้นเดียวกันตลอด
๓. ปลายสุดของลวดนำทำมาจาก Platinum-alloy coil และ Stainless coil
๔. พื้นผิวด้านนอกของลวดนำเคลือบด้วยสารให้ความลื่นเพื่อทำให้ง่ายต่อการสอดใส่ลวดนำ
๕. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๐.๐๑๔ นิ้ว ยาว ๑๘๐ ซม. มีความแข็งของขดลวดให้เลือก ๔ ชนิด Floppy , Extra Floppy , Hyper Coat และ Intermediate
๖. บรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน
๗. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย

เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง
 - ๒.๑ หาก PTCA guide wire สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจหมดอายุหรือใช้ ไม่หมดทางศูนย์โรคหัวใจฯ สามารถแลกเปลี่ยน คืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 - ๒.๒ หาก PTCA guide wire สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว รุ่นใหม่ออกมา ทางศูนย์โรคหัวใจฯ สามารถ ขอแลก PTCA guide wire สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว รุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และขอเปลี่ยน ขนาดได้ตามที่ศูนย์โรคหัวใจต้องการใช้งาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพินิจ แก้วสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติพงศ์ ภิญโญสโมสร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุภกต สุขจิตต์)