

คุณลักษณะเฉพาะ

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยหัวกรอกากเพชร (Rotational atherectomy burr catheter)

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดหัวกรอกากเพชร

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เป็นสายสวนหัวใจที่หัวกรอกากเพชรอยู่ด้านปลายเพื่อใช้กำจัด Calcified Plaque ออกจากหลอดเลือดหัวใจ
- 2.2 ด้านปลายของ Rotational atherectomy burr catheter สามารถต่อกับ Rotational atherectomy advancer เพื่อช่วยในการทำงานของอุปกรณ์
- 2.3 มี Sheath หุ้มตลอดสาย เพื่อให้การเลื่อนสายสวนขึ้น และไม่ทำให้เส้นเลือดกระทบกระเทือน
- 2.4 มีช่องตรงกลางเพื่อให้น้ำเกลือไหลออกมาที่ปลายด้านหัวกรอกากเพชร เพื่อลดความร้อนขณะที่ทำการหมุนหัวกรอ
- 2.5 ด้านปลายที่ต่อกับ Rotablator Advancer ทำจาก Stainless Steel
- 2.6 ขนาดของหัวกรอมีหลายขนาดให้เลือก ดังนี้ 1.25, 1.50, 1.75, 2.00 และ 2.15 mm.

3. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- 3.1 ขนาดบรรจุ 1 ของ ต่อ 1 เส้น ในซองพลาสติก ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานและสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายโดยวิธีปราศจากเชื้อ
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน



(นายแพทย์ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร)



(นายแพทย์เสฏฐรุคมิ โกศลวัฒน์)



(นางจำเนียร พัฒนจักร)