

Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๓๕ / OTW

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ทุกกลุ่มเพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการอย่างเหมาะสมถูกต้อง และทันเวลา เพื่อความปลอดภัยร่วมกับความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้เพื่อการรักษาหลอดเลือดที่ตีบตันด้วยบอลลูน

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษาหลอดเลือดที่ตีบตันด้วยบอลลูนใช้งานแบบ Over The Wire (OTW)

๒.คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ บอลลูนผลิตจากวัสดุ Semi Crystalline Polymer หรือ Nylon หรือ Nybax หรือ Flexitec Xtreme สามารถแทรกผ่านรอยโรคได้ดี

๒.๒ มีเครื่องหมายที่บ่งชี้บอกตำแหน่งของบอลลูน ๒ ตำแหน่ง ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน

๒.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นสายสวนหลอดเลือดที่มีส่วนปลายขยายออกได้ด้วย

Balloon

๒.๓.๑ บอลลูนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๓.๐ ถึง ๑๔.๐ มิลลิเมตร

๒.๓.๒ บอลลูนมีความยาวระหว่าง ๒๐ ถึง ๒๕๐ มิลลิเมตร

๒.๓.๓ สามารถขึ้นแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔ atm. และสูงสุดไม่เกิน ๒๘ atm.

๒.๓.๔ สายสวนสายสวนมีความยาวระหว่าง ๘๐ ถึง ๑๗๐ เซนติเมตร

๒.๓.๕ ใช้ร่วมกับ Guide wire ขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว

๓.เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อ (Sterilization) โดยด้านหน้าระบุรายละเอียด ขนาดบอลลูน วันหมดอายุ

๓.๒ ได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

๓.๓ อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีระ สุวรรณเรืองศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีรพัฒน์ ขาญชิดโสภณ)

คุณลักษณะเฉพาะ

Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๑๘ / OTW

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ทุกกลุ่มเพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการอย่างเหมาะสมถูกต้อง และทันเวลา เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้เพื่อการรักษาหลอดเลือดที่ตีบตันด้วยบอลลูน

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษาหลอดเลือดที่ตีบตันด้วยบอลลูนใช้งานแบบ Over The Wire (OTW)

๒.คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ บอลลูนผลิตจากวัสดุ Semi Crystalline Polymer หรือ Nylon หรือ Pebax หรือ Proprietary สามารถแทรกผ่านรอยโรคได้ดี

๒.๒ มีเครื่องหมายที่บ่งชี้(Radiopaque Balloon Marker)อย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง บอกระยะของบอลลูนทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเอกซเรย์

๒.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นสายสวนหลอดเลือดที่มีส่วนปลายขยายออกได้ด้วย Balloon

๒.๓.๑ บอลลูนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๒.๐ ถึง ๗.๐ มิลลิเมตร

๒.๓.๒ บอลลูนมีความยาวระหว่าง ๒๐ ถึง ๒๐๐ มิลลิเมตร

๒.๓.๓ บอลลูนสามารถขึ้นแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖ atm และสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔ atm

๒.๓.๔ สายสวนมีความยาวระหว่าง ๙๐ ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร

๒.๓.๕ สายสวนใช้ร่วมกับ Guide wire ขนาด ๐.๐๑๘ นิ้ว

๓.เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อ (Sterilization) โดยด้านหน้าระบุรายละเอียด ขนาด บอลลูน วันหมดอายุ

๓.๒ ได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

๓.๓ อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวีระ สุวรรณเรืองศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวีรพัฒน์ ขาญชิตโสภณ)

Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๑๔ / OTW

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ทุกกลุ่มเพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการอย่างเหมาะสมถูกต้อง และทันเวลา เพื่อความปลอดภัยร่วมกับความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้เพื่อการรักษาหลอดเลือดที่ตีตันด้วยบอลลูน

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษาหลอดเลือดที่ตีตันด้วยบอลลูนแบบ Over The Wire (OTW)

๒.คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นสายสวนหลอดเลือดที่มีบอลลูนอยู่ที่ปลายสายเพื่อใช้ในการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยบอลลูน

๒.๒ บอลลูนทำจากวัสดุ Flexitec™ Ultra หรือ Semi Crystalline Polymer หรือ Nylon สามารถแทรกผ่านรอยโรคได้ดี

๒.๓ มีเครื่องหมายที่บ่งชี้บอกตำแหน่งของปลายบอลลูน สามารถมองเห็นตำแหน่งได้ชัดเจน

๒.๔ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้ออกแบบเป็นสายสวนหลอดเลือดที่มีส่วนปลายขยายออกได้ด้วย Balloon

๒.๔.๑ บอลลูนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๑.๕ ถึง ๔.๐ มิลลิเมตร

๒.๔.๒ บอลลูนมีความยาวระหว่าง ๒๐ ถึง ๒๒๐ มิลลิเมตร

๒.๔.๓ สายสวนมีความยาว (Usable Shaft Length) ระหว่าง ๙๐ ถึง ๑๗๐ เซนติเมตร

๒.๔.๔ ใช้กับ Guide wire ขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว

๒.๔.๕ ใช้ Introducer Sheath ขนาดระหว่าง ๔ Fr ถึง ๗ Fr

๓.เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อ (Sterilization) โดยด้านหน้าระบุรายละเอียด ขนาดของบอลลูน ความยาวของสายสวน และวันหมดอายุ

๓.๒ อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี สามารถแลกเปลี่ยนขนาดและความยาวได้

๓.๓ วัสดุได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีระ สุวรรณเรืองศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิรัช ขาญชิตโสภณ)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๓๕/OTW จำนวน ๖๐๐ เส้น
๒. Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๑๘/OTW จำนวน ๔๐๐ เส้น
๓. Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๑๔/OTW จำนวน ๖๐๐ เส้น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๓๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๑๖ ก.ค. ๒๕๖๙**

เป็นเงิน ๑๐,๓๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ราคา/หน่วย
๑. Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๓๕/OTW ราคาเส้นละ ๕,๕๕๐.๐๐ บาท
 ๒. Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๑๘/OTW ราคาเส้นละ ๖,๒๙๓.๐๐ บาท
 ๓. Peripheral Balloon Dilatation Catheter ๐.๐๑๔/OTW ราคาเส้นละ ๗,๑๕๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้

- ๕.๑.๑ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
- ๕.๑.๒ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- ๕.๑.๓ บริษัท แอ็บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
- ๕.๑.๔ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
- ๕.๑.๕ บริษัท ไลออน อินเตอร์เมต จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| ๖.๑ นายเชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวีระ สุวรรณเรืองศรี | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายวีรพัฒน์ ชาญชิตโสภณ | นายแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |