



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ  
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


1. ใช้ในการตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ
2. เป็นโลหะสามารถทนความร้อนได้ 320 °C
3. สามารถเชื่อมสายถุงโลหิตโดยใช้เวลาครั้งละไม่เกิน 15 วินาที
4. ไม่มีการรั่วซึมหลังการเชื่อมสาย
5. กรณีที่โรงพยาบาลยังไม่เคยใช้งาน หรือทดสอบคุณภาพมาก่อน ผู้ขายจะต้องนำตัวอย่างมาให้โรงพยาบาลทดสอบ ประเมินคุณภาพก่อน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล
6. มีระบุ Lot number ที่ผลิต

ลงชื่อ.....  
(นายศักรนันท์ คารอริย์ธัช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวีรวัฒน์ สีดาจักร์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปัทมาภรณ์ พากักดี)

กรรมการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสลายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ  
จำนวน ๒๘,๐๐๐ ชิ้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๖๖๖,๔๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย : ราคาชิ้นละ ๙๔.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท เมดิอุธ จำกัด
  - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดโซลูชันแอนด์เซอร์วิสเชส
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ นายศักรินทร์ คารอริยธัช	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิวัฒน์ สีดาจักร์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวปัทมาภรณ์ พากักดี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ