

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกายพร้อมตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูง

ความต้องการ

เป็นชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกายพร้อมตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูงสามารถใช้งานกับเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) Machine) ยี่ห้อ Aquarius ที่มีใช้ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นชุดสายยางประกอบสำเร็จรูป (cassette set) ง่ายต่อการประกอบเข้ากับเครื่อง Aquarius Machine
2. ชุดสายยางแบ่งวงจรเป็น 2 ส่วนคือ Extracorporeal (Blood) circuit และ Substitution & Filtrate circuit
3. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
4. มีถุงเก็บน้ำในการไล่อากาศ มีความจุ 2 ลิตร 1 ถุง และถุงเก็บน้ำที่ดึงจากตัวผู้ป่วย มีความจุ 5 ลิตร 1 ถุง
5. มีตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูง ขนาดพื้นที่ผิว 1.2 ตารางเมตร จำนวน 1 ตัว
6. ผ่านการทำลายเชื้อโรคมารียบร้อยแล้ว บรรจุภาชนะที่ปราศจากเชื้อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที
7. ชุดสายยาง 1 ชุดสามารถใช้งานได้ทุก Mode ของการรักษาโดยวิธี Acute Blood Purification Therapy (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE และ HEMOPERFUSION)
8. ชุดสายยางมีส่วนสีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีดำและสีขาวเป็นตัวบ่งบอกเพื่อง่ายต่อการประกอบเข้ากับเครื่อง
9. ชุดสายยางมีส่วนที่เป็น Warmer ที่สามารถประกอบเข้ากับเครื่องเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิให้น้ำยาได้
10. ชุดสายยางมี Degassing chamber เพื่อดักฟองอากาศ
11. ตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูงมี Membrane material ทำด้วย Polyethersulfone
12. ตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูงมี ขนาดพื้นที่ผิวในการกรอง (Surface area) 1.2 ตารางเมตร
13. ตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูงมี cut-off ของตัวกรองที่ 55,000 ดัลตัน

เงื่อนไขเฉพาะ

1. อายุการใช้งานนับจากวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ถ้าสินค้ามีความชำรุดเสียหาย บริษัทยินดีชดเชยความเสียหายให้โรงพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า
3. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4. เคยใช้งานหรือผ่านการทดลองใช้งานในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มาก่อน และไม่เคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ
5. หากมีปัญหาในระหว่างการจัดส่งบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายใน 15 วัน
6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า มาให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบในวันพิจารณาผลฯ หากไม่นำสินค้ามาในวันพิจารณาผลฯ ทางคณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลฯ

เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ราคา

รหัสวัสดุ: 4229420190318067

ดิฉัน รุ้ง
Am.
คุณภา กะลา
สงวนสิทธิ์
สงวนสิทธิ์