

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ รายการ Plaster Neopore ๑ นิ้ว
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

Plaster Neopore ๑ นิ้ว

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เนื้อเทปทำมาจากโพลีเอทิลีน (polyethylene) มีลักษณะโปร่งแสงมองเห็นผ่านเนื้อเทปได้ x-ray ผ่านได้และยึดหยุ่นได้ดี ติดผิวหนังระบายอากาศได้ดี สามารถฉีกด้วยมือตามแนวตั้งและแนวนอนได้ตลอดม้วน โดยริมนุ่มไม่ลู่ และติดได้ทนทานไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง

๒.๒ การมีเคลือบเนื้อเทป เป็นกาวชนิด pressure sensitive adhesive และเป็น hypoallergenic adhesive ความเหนียวของกาวติดได้แน่น ลอกง่ายไม่เจ็บ ไม่ทิ้งคราบกาว และไม่ติดถุงมือ ไม่มีส่วนผสมของเบนซิน (มีเอกสารรับรองข้อมูลทางคลินิกว่า ไม่แพ้ ไม่ระคายเคือง ไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง)

๒.๓ มีขนาดกว้าง ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ หลา

๒.๔ บรรจุกล่องกระดาษ เพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น

๒.๕ มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒.๖ ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ หรือ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๒.๗ ทำการปราศจากเชื้อด้วยวิธี Ethylene Oxide โดยไม่กระทบต่อคุณสมบัติของเทป

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๓.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบหากมีการชำรุดเสียหาย ผู้ขายต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจัดส่งให้โรงพยาบาล ภายใน ๓๐ วัน

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างวัสดุ จำนวน ๑๒ ม้วน ให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อประกอบการพิจารณาผลแสดงรายละเอียดได้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะข้างต้น

๓.๔ มีหนังสือรับรองการใช้งานในโรงพยาบาลในหนึ่งปีงบประมาณในโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป อย่างน้อย ๓ แห่ง

นพ

(นายทวี ยิ่งสง่า)

ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฑาธิ ไชยมงคล)

กรรมการ

ยุภาวดี คุต

(นางยุภาวดี คุคำ)

กรรมการ