

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1. ใช้ในการตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ
2. เป็นโลหะสามารถทนความร้อนได้ 320 °C
3. สามารถเชื่อมสายถุงโลหิตโดยใช้เวลาครั้งละไม่เกิน 15 วินาที
4. ไม่มีการรั่วซึมหลังการเชื่อมสาย
5. กรณีที่โรงพยาบาลยังไม่เคยใช้งาน หรือทดสอบคุณภาพมาก่อน ผู้ขายจะต้องนำตัวอย่างมาให้โรงพยาบาลทดสอบ ประเมินคุณภาพก่อน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล
6. มีระบุ Lot number ที่ผลิต

ลงชื่อ.....

(นายธนา เอกวงศ์วิริยะ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางศศิธร หัสวาทิ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวีรวัฒน์ สีดาจักร์)

กรรมการ