

## คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ความต้องการ น้ำยาอบฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 600 EA

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ ใช้ประกอบกับ เครื่องไตเทียม

3. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้สำหรับอบฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียม

4. คุณสมบัติเฉพาะ

4.1 เป็นน้ำยาที่มีสารประกอบของ Citric Acid, Lactic Acid และ Malic Acid

4.2 สามารถใช้ร่วมกับเครื่องไตเทียม และเป็นน้ำยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดคราบตะกอนเกลือต่าง ๆ ภายในเครื่องพร้อมความสามารถในการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 84°C โดยใช้เวลาทำงาน 30 นาที

4.3 เป็นน้ำยาที่ไม่มีการกลั่นจน มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี

4.4 ไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม จะสลายได้เองในอากาศ ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้

4.5 ขนาดที่ต้องการ

บรรจุในแกลอน ขนาด 5 ลิตร

4.6 บรรจุภัณฑ์

บรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาด ท่อหุ้มมิดชิด สามารถคงสภาพตลอดอายุการใช้งานและป้องกันการปนเปื้อน ป้องกันความเสียหาย ในระหว่างการขนส่ง มีการระบุ Lot การผลิตชัดเจน

4.7 ผู้ผลิตภายในประเทศ ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต กรณีเป็นผู้นำเข้าต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

5. เงื่อนไขการเสนอราคา

5.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยมีเอกสารมาแสดง

5.2 คณะกรรมการพิจารณา ~~พิจารณา~~ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากที่สุด

5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องนำสินค้าตัวอย่างมาเสนอจำนวน 2 แกลอนมาประกอบการพิจารณา

5.4 การส่งมอบสินค้า 13.๒๕ วัน

5.4.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

5.4.2 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการส่งมอบทั้งหมด

6. วิธีการจัดซื้อ ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

ลงชื่อ .....  .....

(นายเอกลักษณ์ ลักขมาลิขิตกุล)

ลงชื่อ .....  .....

(นางสาวสาวิณี คงเพชร)

ลงชื่อ .....  .....

(นางปิยนดา พงษ์สุทัศน์)


ลงชื่อ .....  .....

(นางเตือนจิต มูลแก่น)


เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ

## 7. เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ + ทศ ( 50 : 20 )


ลำดับ ที่	รายละเอียดเกณฑ์คุณภาพ	ค่าเกณฑ์คุณภาพ	คะแนน	หมายเหตุ
1	คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัว แปรหลัก)			
	1.1 เอกสารหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาซื้อขายให้กับ โรงพยาบาล ในระดับต่าง ๆ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี	โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลศูนย์	20	
		โรงพยาบาลประจำจังหวัด/ โรงพยาบาลเอกชน	10	
		โรงพยาบาลประจำอำเภอ	1	
	1.2 คุณภาพของวัสดุที่ใช้โดยวัดค่าตามคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนด	คุณภาพอยู่ในเกณฑ์	20	
		คุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์	1	
	1.3 ผลการประเมินการใช้งานโดยบุคลากรในหน่วยงาน	ดีเยี่ยม	30	
		ดี	10	
		พอใช้	1	
2	เอกสารประกอบการการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และ หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข		10	

ลงชื่อ ..... 

(นายเอกลักษณ์ ลักขณาลิขิตกุล)

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวสาวิณี คงเพชร)

ลงชื่อ ..... 

(นางปิยะนาถ พงษ์สุทัศน์)

ลงชื่อ ..... 

(นางเตือนจิต มูลแก่น)

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ