

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุการแพทย์ รายการไหมสำหรับเย็บเส้นเลือด CV-๖ เข็มกลม ๓/๘ ๙mm.
จำนวน ๓๐ โหล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย : ราคาโหลละ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๕.๑.๑ บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๑.๒ บริษัท สหอาคเนย์ จำกัด

๕.๑.๓ บริษัท อินโหม้ เมดิคอล จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวมาลี ธรรมะ	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖.๓ นางมนต์เทียน นิธิธนกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ไหมสำหรับเย็บเส้นเลือด CV-๖ เข็มกลม ๓/๘ ๙mm

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

เป็นไหมที่ใช้เย็บเส้นเลือดเทียมในการผ่าตัดโรคหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุเย็บแผล(Suture Material) แบบเส้นเดี่ยว ชนิดไม่ละลาย ใช้ในการผ่าตัดเย็บเส้นเลือดเทียมในการผ่าตัดโรคหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจ

คุณลักษณะเฉพาะ


- ผลิตจาก ePTFE (Expanded Polytetrafluoroethylene) ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับเส้นเลือดเทียม
- มีลักษณะเป็นเส้นยาว สีขาว อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นไหมใกล้เคียงกับขนาดเข็มเย็บ ทำให้ช่วยลดการรั่วไหลของเลือดออกจากรูเข็ม
- เส้นไหมขนาด CV-๖ มีปลายเส้นไหมมีเข็มติดทั้ง ๒ ด้าน (Double-Armed) เส้นไหมยาว ๒๔ นิ้ว
- เข็มเย็บแผลเป็นแบบปลายแหลม (Taper Point) มีความโค้งของเข็ม ๓/๘ ของวงกลม และมีความยาว ๙ มิลลิเมตร
- ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งาน

เงื่อนไขเฉพาะ

- มีใบรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา
- มีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานจากทวิปยูโรป อเมริกา หรือ เอเชีย

๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. หากสินค้ามีปัญหาต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันที


.....ประธานกรรมการ
(นายกীরศักดิ์ จิตวัฒนกุล)


.....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)


.....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)