

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ  
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1. เป็นใบมีดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่
2. ใบมีดทำด้วยโลหะสามารถทนความร้อนได้  $320^{\circ}\text{C}$
3. ขนาดของใบมีดแต่ละใบมีความยาวไม่เกิน 34.3 มม. กว้างไม่เกิน 12.7 มม. และหนาไม่เกิน 0.33 มม.
4. มี Resistor material ด้านใน โดยมีความต้านทาน  $9.5\ \Omega$
5. มีระบุ Lot number ที่ผลิต

ลงชื่อ.....

(นางพัชรา สนิทกลาง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวีรวัฒน์ สีตจักร)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวปัทมาภรณ์ พากัคดี)

กรรมการ