

รายละเอียดคุณลักษณะ
แผ่นโลหะสำหรับยึดกระดูกโครงกระดูกสันหลัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕-๒๐ mm.

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ

ใช้สำหรับตามยึดกระดูกสำหรับใบหน้าและกระดูกโครงกระดูกเพื่อยึดปิดกระดูกโครงกระดูก ในงานผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑. ประกอบด้วยแผ่นโลหะตามยึดกระดูก

๒.๒. ทำจากวัสดุประเภทไทเทเนียม

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑. แผ่นโลหะสำหรับยึดกระดูกโครงกระดูกสันหลัง

๓.๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๑๕-๒๒ มิลลิเมตร

๓.๓. ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร

๓.๔. กล่องบรรจุแผ่นโลหะและสกรูสำหรับตามกระดูกโครงกระดูก พร้อมอุปกรณ์สำหรับนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนึ่งไอน้ำ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑. บริษัทมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๒. มีใบรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๓. เป็นสินค้าที่ไม่เคยใช้งานหรือเคยสาธิตมาก่อน

๔.๔. ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Certified

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางอรนุช จำปาซอน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสมพร พรจรรย์สกุล)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)




ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


(นางสุมาลี ธรรมะ)


ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นโลหะสำหรับยึดกระโหลกศีรษะชนิดกลมแบบมีรูสำหรับใส่สายระบายของเหลว
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕-๒๐ mm.

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ
ใช้สำหรับตามยึดกระดูกสำหรับใบหน้าและกะโหลกศีรษะเพื่อยึดปิดกะโหลกศีรษะ ในงานผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท
๒. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑. ประกอบด้วยแผ่นโลหะตามยึดกระดูก
 - ๒.๒. ทำจากวัสดุประเภทไทเทเนียม
๓. คุณสมบัติเฉพาะ
 - ๓.๑. แผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะชนิดกลมแบบมีรู สำหรับใส่สายระบายของเหลว
 - ๓.๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๑๕ - ๒๒ มิลลิเมตร
 - ๓.๓. ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร
 - ๓.๔. กล่องบรรจุแผ่นโลหะและสกรูสำหรับตามกะโหลกศีรษะ พร้อมอุปกรณ์สำหรับนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนึ่งไอน้ำ
๔. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑. บริษัทมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 - ๔.๒. มีใบรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 - ๔.๓. เป็นสินค้าที่ไม่เคยใช้งานหรือเคยสาธิตมาก่อน
 - ๔.๔. ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Certified

(ลงชื่อ)  ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางอรนุช จำปาซอน)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสมพร พรเจริญสกุล)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสุมาลี ธรรมะ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นโลหะสำหรับยึดกระโหลกศีรษะชนิดตรงขนาด ๐.๖ mm. แบบสั้น และยาว

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ

ใช้สำหรับตามยึดกระดูกสำหรับใบหน้าและกะโหลกศีรษะเพื่อยึดปิดกะโหลกศีรษะ ในงานผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑. ประกอบด้วยแผ่นโลหะตามยึดกระดูก

๒.๒. ทำจากวัสดุประเภทไทเทเนียม

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑. แผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะชนิดตรง ขนาด ๐.๖ มิลลิเมตร แบบสั้นและยาว

๓.๒. ความยาวอยู่ระหว่าง ๑๓-๑๙ มิลลิเมตร

๓.๓. ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร

๓.๔. กล่องบรรจุแผ่นโลหะและสกรูสำหรับตามกะโหลกศีรษะ พร้อมอุปกรณ์สำหรับนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีึ่งไอน้ำ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑. บริษัทมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๒. มีใบรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๓. เป็นสินค้าที่ไม่เคยใช้งานหรือเคยสาธิตมาก่อน

๔.๔. ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Certificated

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางอรุณฯ จำปาซอน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสมพร พรจรัสกุล)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สกรูสำหรับยึดกระโหลกศีรษะขนาด ๑.๕ x ยาว ๓-๕ mm.

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ
ใช้สำหรับตามยึดกระดูกสำหรับใบหน้าและกะโหลกศีรษะเพื่อยึดปิดกะโหลกศีรษะ ในงานผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท
๒. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑. ประกอบด้วยสกรูยึดกับแผ่นโลหะตามกะโหลก
 - ๒.๒. ทำจากวัสดุประเภทไทเทเนียม
๓. คุณสมบัติเฉพาะ
 - ๓.๑. สกรูสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ
 - ๓.๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
 - ๓.๓. ความยาวอยู่ระหว่าง ๓-๕ มิลลิเมตร
 - ๓.๔. กล่องบรรจุแผ่นโลหะและสกรูสำหรับตามกะโหลกศีรษะ พร้อมอุปกรณ์สำหรับนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนึ่งไอน้ำ
๔. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑. บริษัทมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 - ๔.๒. มีใบรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 - ๔.๓. เป็นสินค้าที่ไม่เคยใช้งานหรือเคยสาธิตมาก่อน
 - ๔.๔. ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Certified

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางอรนุช จำปาซอน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสมพร พรจริญสกุล)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สกรูสำหรับยึดกระโหลกศีรษะขนาด ๑.๘ x ยาว ๔ mm.

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ

ใช้สำหรับตามยึดกระดูกสำหรับใบหน้าและกะโหลกศีรษะเพื่อยึดปิดกะโหลกศีรษะ ในงานผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑. ประกอบด้วยสกรูยึดกับแผ่นโลหะตามกะโหลก

๒.๒. ทำจากวัสดุประเภทไทเทเนียม

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑. สกรูสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ

๓.๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร

๓.๓. ความยาวอยู่ระหว่าง ๔ มิลลิเมตร

๓.๔. กล่องบรรจุแผ่นโลหะและสกรูสำหรับตามกะโหลกศีรษะ พร้อมอุปกรณ์สำหรับนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนึ่งไอน้ำ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑. บริษัทมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๒. มีใบรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๓. เป็นสินค้าที่ไม่เคยใช้งานหรือเคยสาธิตมาก่อน

๔.๔. ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Certified

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางอรนุช จำปาซอน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสมพร พรจริญสกุล)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ