

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
งานเพาะเชื้อพลาสติกชนิดปราศจากเชื้อ

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นงานเพาะเชื้อสำหรับงานด้านแบคทีเรีย

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 งานเพาะเชื้อพลาสติก มีขนาดไม่น้อยกว่า 90-95 x 14-16 มิลลิเมตร
- 2.2 เป็นงานเพาะเชื้อที่ผลิตด้วยพลาสติก ที่มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนสูง เมื่อเตรียมด้วย Hot agar
- 2.3 งานเพาะเชื้อพลาสติกผ่านการฆ่าเชื้อ และมีใบรับรอง Sterillization test หรือ Certificated report ทุก lot ของสินค้า
- 2.4 งานเพาะเชื้อบรรจุในถุงพลาสติกใส สามารถมองเห็นรอยแตกร้าวของผลิตภัณฑ์จากภายนอกได้อย่างชัดเจน

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 บริษัทจะต้องมีเอกสารการเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือได้รับมอบให้เป็นผู้จำหน่ายสินค้านี้ ในประเทศไทย
- 3.2 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการไม่เคยใช้งานมาก่อนต้องผ่านการประเมินจากผู้ใช้งานว่ามีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากวันส่งมอบ

ลงชื่อ.....<sup>พัชรวิ</sup> <sup>สง</sup>.....ประธานกรรมการ  
(นายพิชัยสิริ นวลมณี)

ลงชื่อ.....<sup>สว</sup>.....กรรมการ  
(นายศักรนันท์ คารอริย์ธัช)

ลงชื่อ.....<sup>ผ</sup>.....กรรมการ  
(นางสาวภัสราภรณ์ วรธงไชย)