

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
หน่วยผ่าตัด 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อรายการครุภัณฑ์ : ชุดเครื่องมือผ่าตัดหู จำนวน 1 ชุด

1. ความเป็นมา

การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดทางโสต ศอ นาสิก และลาลิงควิทยา เป็นอีกภารกิจที่หน่วยผ่าตัด 1 รับผิดชอบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาชุดเครื่องมือผ่าตัดหู ไว้ประจำหน่วยงานเพื่อให้สามารถให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอเนื่องจากมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทุกปีและเครื่องมือผ่าตัดชุดเดิมเสื่อมสภาพ มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับผ่าตัดหู

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่าง ระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตาม

(นางปภาดา แสงสง)

(นางสาวลัดดาวัลย์ ธิพลชัย)

(นางสาวยุภา ชินแสน)

สัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหู จำนวน 1 ชุด จะประกอบด้วย

4.1 วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับการผ่าตัดหู

4.2 คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วยวัสดุการแพทย์ชนิดต่างๆทำจากวัสดุสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
2. สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียสหรือโดยวิธีการอบแก๊ส ได้โดยไม่

เสื่อมสภาพ

4.3 คุณสมบัติเฉพาะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหูจำนวน 1 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

1. ที่เขี่ยหูแบบตะขอ ปลายไม่เป็นตุ่ม ขนาด 1 ความยาว 15.5 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
2. ก้านต่อ ตัวดูด จำนวน 1 ชิ้น
3. ท่อดูดของเหลว คอหักมุม ใช้ต่อกับข้อต่อแบบ LUER-Lock ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 0.5 มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
4. ท่อดูดของเหลว คอหักมุม ใช้ต่อกับข้อต่อแบบ LUER-Lock ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1 มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
5. ท่อดูดของเหลว คอหักมุม ใช้ต่อกับข้อต่อแบบ LUER-Lock ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.3 มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
6. ท่อดูดของเหลว คอหักมุม ใช้ต่อกับข้อต่อแบบ LUER-Lock ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.5 มิลลิเมตร ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
7. ปากคีบเนื้อเยื่อหูแบบ FISCH Ear Forceps, ขนาด 1 x 4.5 มิลลิเมตร, ความยาว 8 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
8. ปากคีบเนื้อเยื่อหูแบบปลายโค้งขวา ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

.....

(นางปภาดา แสนสง)

.....

(นางสาวลัดดาวัลย์ ธิพลชัย)

.....

(นางสาวยุภา ชิมแสน)

9. ปากคีบเนื้อเยื่อแบบปลายโค้งซ้ายความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
10. ปากจับเนื้อเยื่อ ปลายปากโค้งขวา ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
11. ปากจับเนื้อเยื่อ ปลายปากโค้งขวาซ้าย ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
12. คีมคีบ ปากทรงรี ความยาว 8 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
11. ปากคีบเนื้อเยื่อแบบ WULLSTEIN ปลายปากเป็นรูปถ้วย โค้งขึ้น ขนาด 0.9 มิลลิเมตร ความยาว 8 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
12. กรรไกรแบบ HOUSE-BELLUCCI ความยาว 8 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
13. กรรไกรแบบ BELLUCCI ความยาว 8 เซนติเมตร โค้งขวา	จำนวน 1 ชิ้น
14. กรรไกรแบบ BELLUCCI ความยาว 8 เซนติเมตร โค้งซ้าย	จำนวน 1 ชิ้น
15. อุปกรณ์สำรวจเนื้อเยื่อปลายตุ่มกลม หัวมุม 25°, ขนาดตุ่ม 0.6 มิลลิเมตร ความยาว 16 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
16. อุปกรณ์ขูดเนื้อเยื่อแบบ HOUSE Curette ขนาดเล็ก ความยาว 15 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
17. อุปกรณ์ขูดเนื้อเยื่อแบบ HOUSE Curette ขนาดกลาง ความยาว 15 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
18. อุปกรณ์แฉะแบบ THOMASSIN Dissector, ปลายมน ความยาว 18 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
19. มีดกรีดแบบวงกลม Round Knife, 45°, ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ความยาว 16 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
20. มีดกรีดแบบวงกลม Round Knife, 45°, ขนาด 2.5 mm, ความยาว 16 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
21. เครื่องมือปลายเข็ม แบบโค้งกลาง ความยาว 16.5 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
22. เครื่องมือปลายเข็ม แบบโค้งเล็กน้อย ความยาว 16.5 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
23. ก้านวัดระยะ แบบ FISCH Measuring Rod, ความยาว 16 เซนติเมตร มีจุดบอกระยะ 3, 4, 5 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
24. เครื่องมือวัดระยะแบบ FISCH Caliper, ขนาด 0.4 มิลลิเมตร, ความยาว 16 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น

4.4 เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
2. บริษัทมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นราคา
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินการใช้งานว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นราคา
4. บริษัทมีการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการ


.....
(นางปภาดา แสนสง)


.....
(นางสาวลัดดาวัลย์ ธิพลชัย)


.....
(นางสาวยุภา ชินแสน)

แพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นราคา

5. ผลลัพธ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นราคานำเข้าเครื่องมือ

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามทำสัญญาซื้อขาย

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ ราคา

7. วงเงินที่ได้รับจัดสรร เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม ปี พ.ศ. 2569

วงเงินงบประมาณ 626,000 บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

8. งวดงาน และการจ่ายเงิน

เป็นการส่งมอบ และเบิกจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว (จำนวน 1 งวด)

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อ

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. กรณีเป็นพัสดุที่สามารถแยกตรวจรับในแต่ละรายการได้

ในการส่งมอบและตรวจรับพัสดุตามที่ได้จัดซื้อ คณะแพทยศาสตร์สามารถแยกตรวจรับพัสดุในแต่ละรายการ
เฉพาะในส่วนที่ส่งมอบถูกต้องได้

2. กรณีเป็นพัสดุที่ไม่สามารถแยกตรวจรับได้

ในการส่งมอบและตรวจรับพัสดุตามที่ได้จัดซื้อได้ จะต้องทำการส่งมอบและตรวจรับทุกรายการพร้อมกัน


.....
(นางปภาดา แสนสง)


.....
(นางสาวลัดดาวัลย์ ริพลชัย)


.....
(นางสาวยุภา ชินแสน)



แบบประเมินผลการใช้เครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อเครื่องมือแพทย์/ครุภัณฑ์.....

ยี่ห้อ/รุ่น..... บริษัท ผู้แทนจำหน่าย

หอผู้ป่วย งาน.....

เริ่มทดลองใช้วันที่ เดือน.....พ.ศ. ถึง วันที่ เดือน.....พ.ศ.....

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่าน

ข้อที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความคิดเห็น			
		ดีมาก	ดี	ปานกลาง	น้อย
1	เครื่องมือมีความสะดวกต่อการใช้งาน				
2	มีคู่มือและคำแนะนำในการใช้งานมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย				
3	เครื่องมือมีความปลอดภัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ยึดหยุ่น ทนทาน และเชื่อถือได้				
4	เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการทำงานตามวัตถุประสงค์				
5	การใช้งานเครื่องมือช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น				
6	การออกแบบและวัสดุมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน				
7	การบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องมือทำได้สะดวก				
8	การดูแลบำรุงรักษา การรับประกันและบริการหลังการขาย				
9	ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์/เครื่องมือมีคุณภาพและท่านพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับ				

สรุปผลการประเมิน ร้อยละ.....

ความคิดเห็นอื่นๆ / ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ชื่อผู้ตอบแบบประเมิน ตำแหน่ง.....

วันที่ตอบแบบประเมินผลวันที่ เดือน.....พ.ศ. ...2568.....