

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Container Label Size ๓๘x๖๗ mm with Steam indicator

①

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นแผ่นป้ายสำหรับระบุข้างกล่องบรรจุเครื่องมือเพื่อตรวจสอบการปราศจากเชื้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นป้ายระบุรายละเอียดติดข้างกล่องเพื่อบ่งชี้ว่าได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ แผ่นป้ายระบุรายละเอียดติดข้างกล่อง แบบ Non-adhesive

๔.๒ ผลิตจากวัสดุกลุ่มที่ไม่มีส่วนผสมของยางพารา (Rubber latex)

๔.๓ ทนความร้อนได้มากกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส

๔.๔ มีขนาด ๓๘x๖๗ มิลลิเมตร

๔.๕ มีตัวบ่งชี้ว่าได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave

๔.๖ เป็น Indicator โดยเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อผ่านการ Sterile

๔.๗ มีช่องสำหรับใส่ข้อมูลต่างๆ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวิปยูโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๕.๒ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕.๓ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๕.๔ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

๕.๕ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๔๐-๑:๒๐๑๔ และ ISO ๑๓๔๘๕-๒:๒๐๑๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Container Paper Filter, Round ๑๙๐/๖ mm

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นแผ่นกรองเพื่อกรองเชื้อจุลชีพ สำหรับใส่ในฝากล่องเพื่อป้องกันได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการ Autoclave

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ แผ่นกรองเชื้อจุลชีพแบบกลม

๓.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๙๐ มิลลิเมตร

๓.๓ มีรูตรงกลาง (Central hole) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร

๓.๔ มีตัวบ่งชี้ว่าได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการ Autoclave

๓.๕ สามารถนิ่งด้วยไอน้ำความร้อนมากกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๔.๒ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๓ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔.๔ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

๔.๕ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๖๐๗-๑ และ ISO ๑๓๔๘๕-๒:๒๐๑๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Craniotome Blade Medium

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับผ่าตัดในงานศัลยกรรมระบบประสาทโดยใช้เปิดกะโหลกศีรษะ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นใบเลื่อยที่ใช้ร่วมกับเครื่องเจาะและตัดกระดูกโดยต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง

๓.๒ ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ใบเลื่อยตัดกะโหลกศีรษะเป็นหัวตัด ขนาดกลาง

๔.๒ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน ๓.๑๕ มิลลิเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

๕.๒ สินค้าต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีนับจากวันรับสินค้าและหากชำรุดเสียหายก่อนใช้งาน บริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที

๕.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๕.๔ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕.๕ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๕.๖ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

๕.๗ สามารถใช้งานได้กับเครื่องตัด เจาะ กรอกระดูกและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูงที่โรงพยาบาลมีอยู่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินัย นรินทร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Cystoscope/Hysteroscope ๔mm/๓๐ HM WO

๑. ความเป็นมา

งานบริการหัตถ์ผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถ์การ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานหัตถ์ผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับงานผ่าตัดผ่านกล้องในระบบทางเดินปัสสาวะ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจชนิดเลนส์แท่ง สามารถทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

กล้องส่องตรวจชนิดเลนส์แท่ง มีการแสดงภาพแบบขยายใหญ่ (High magnification) มีมุมมองภาพที่ ๓๐ องศา รองรับความคมชัดระดับ HD เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร มีความยาว ๓๐๐ มิลลิเมตร ส่วนปลายและส่วนใช้มองภาพเป็นแบบ Sapphire ทำให้ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี ภายในข้อต่อสายนำแสงมีตัวนำแสงแบบ Glass cone สามารถให้แสงผ่านเข้าไปภายในตัวกล้องได้ดี สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ


๕.๑ รับประกันสินค้า ๑ ปี

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


๕.๓ ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖

๕.๔ บริษัทมีใบรับรองแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต


๕.๕ มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งานรพ.มหาราชนครราชสีมาและต้องผ่านการประเมินในระดับดี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Pana Spray Plus

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ในการบำรุงรักษาด้ามจับของมอเตอร์ไฟฟ้า

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสเปรย์น้ำมันใช้สำหรับการหล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องมือกับเครื่องตัดและเจาะกะโหลกศีรษะความเร็วสูงชนิดไฟฟ้า

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ สเปรย์น้ำมันสำหรับพ่นทำความสะอาดและบำรุงรักษากลไกภายในด้ามจับ

๔.๒ มีส่วนประกอบ ดังนี้

๔.๒.๑ เอสเทอร์ ลูบริเคท (Ester Lubricant) ๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์

๔.๒.๒ เอทานอล (Ethanol) ๒๕-๓๕ เปอร์เซ็นต์

๔.๒.๓ โพรเพน (Propane) ๑๕-๒๕ เปอร์เซ็นต์

๔.๒.๔ บิวเทน (Butane) ๒๕-๓๕ เปอร์เซ็นต์

๔.๓ อุณหภูมิที่จะทำให้เกิดการติดไฟ ๔๐๕-๕๕๐ องศาเซลเซียส

๔.๔ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกินกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส

๔.๕ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ มิลลิลิตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๕.๒ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕.๓ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย


๕.๔ บริษัทผู้จัดจำหน่ายผ่านมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖

๕.๔ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก


๕.๕ ต้องสามารถใช้บำรุงรักษากับเครื่องตัดและเจาะกะโหลกศีรษะความเร็วสูงชนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ในโรงพยาบาลได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Twist Drill ๑.๕ mm.

(หัวเจาะ สำหรับเครื่องเปิดและกรอกะโหลกศีรษะ และกรอกระดูกขากรรไกร)

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับผ่าตัดในงานศัลยกรรมระบบประสาทหรืองานศัลยกรรมตกแต่ง

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นหัวเจาะที่ใช้งานร่วมกับเครื่องเจาะกระดูกโดยใช้ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง

๓.๒ ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)

๓.๓ ดอกสว่านเจาะกระดูกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

๔.๒ สินค้าต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีนับจากวันรับสินค้าและหากชำรุดเสียหายก่อนใช้งาน บริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที

๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๔.๔ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๕ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔.๖ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

๔.๗ สามารถใช้งานได้กับเครื่องตัด เจาะ กรอกระดูกและปิดกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูงที่โรงพยาบาลมีอยู่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Wire pass drill ๑.๐ mm.

(หัวเจาะ สำหรับเครื่องตัดเปิดและกรอกระดุกขากรไกร)

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับผ่าตัดในงานศัลยกรรมระบบประสาทหรืองานศัลยกรรมตกแต่ง

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นหัวเจาะที่ใช้งานร่วมกับเครื่องเจาะกระดูกโดยใช้ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง

๓.๒ ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)

๓.๓ ดอกสว่านเจาะกระดูกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

๔.๒ สินค้าต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีนับจากวันรับสินค้าและหากชำรุดเสียหายก่อนใช้งาน บริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที

๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๔.๔ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๕ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔.๖ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

๔.๗ สามารถใช้งานได้กับเครื่องตัด เจาะ กรอกระดูกและปิดกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูงที่โรงพยาบาลมีอยู่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล่องเครื่องมือ ๔๗๕ x ๒๗๒ x ๑๑๖ mm

๘

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับการบรรจุเครื่องมือเพื่อนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ตัวกล่องผลิตจาก อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloys) และสามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้ (Autoclave) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

๓.๒ ฝากล่องทำจาก อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloy) ลักษณะทางผ่านเข้า-ออกของไอน้ำเป็นเส้นตรงสั้น-ยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้า-ออกของไอน้ำให้ดียิ่งขึ้น

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ กล่องบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ทำจากอะลูมิเนียมเคลือบด้วยเทคนิคอะโนไดซ์ (Anodizing) ขนาดตัวกล่องไม่น้อยกว่า ๔๗๕ x ๒๗๒ x ๑๑๖ มิลลิเมตร

๔.๒ ฝากล่องบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อแบบมีช่องใส่แผ่นกรองเชื้อจุลชีพ (Paper Filter) ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย ขนาด ๔๖๐ x ๒๘๕ มิลลิเมตร

๔.๓ ตะแกรงลวดสำหรับจัดเรียงเครื่องมือแบบมีหูหิ้ว ขนาด ๔๐๕ x ๒๔๕ x ๑๐๐ มิลลิเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย


๕.๓ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องทุกๆ ๖ เดือน ภายในระยะเวลาประกัน


๕.๔ บริษัทผู้จัดจำหน่ายและบริษัทผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๕.๕ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๕.๖ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิกุล)