

คุณสมบัติเฉพาะ
ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหมู ชนิด Polymer stent

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นลิ้นหัวใจเทียมใช้สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดเนื้อเยื่อที่ตำแหน่ง Aortic และ Mitral

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ที่ทำมาจากเยื่อหูหัวใจหมู
2. รูปแบบ (Triple Composite Design) ทำจากเยื่อหูหัวใจหมู ตำแหน่งเดียวกัน 3 ตัว
3. ป้องกันการเกาะของ Calcium ด้วย Linx AC Technology
4. Fixation ด้วย Low Pressure Fixation
5. ล้างด้วยน้ำเกลือ เป็นเวลา 10 วินาที จำนวน 2 ครั้ง
6. ใน Mitral Position สามารถหุบ Valve ให้แคบลงด้วย Ratcheting System เพื่อป้องกันการซูดด้านข้าง
7. Aortic มีขนาดตั้งแต่ 19, 21, 23, 25, 27 มม.
Mitral มีขนาดตั้งแต่ 25, 27, 29, 31, 33 มม.
8. ความสูงของลิ้นหัวใจใน Aortic ความสูงน้อยที่สุด 14 มม. (ในขนาด 21 มม.)
Mitral ความสูงน้อยที่สุด 16 มม. (ในขนาด 25 มม.)

เงื่อนไขเฉพาะ

1. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อ นำมาใช้ได้ทันที
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากทวีปยุโรป หรืออเมริกา หรือไทยและ European CE Mark
3. มีหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
5. ลิ้นหัวใจทั้ง 2 ประเภทสามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้

ผู้กำหนดคุณสมบัติ.....

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

ผู้รับรองคุณสมบัติ.....

(นายดำริ เสรษฐจินดา)

ผู้รับรองคุณสมบัติ.....

(นายพินัย นรินทร์รุ่งเรือง)