

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์

สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 6 รายการ

สำหรับปีงบประมาณ 2569 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

1. ความต้องการและจำนวน

- 1) สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนังขนาด 6 Fr. จำนวน 200 EA
- 2) สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนังขนาด 8 Fr. จำนวน 200 EA
- 3) สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนังขนาด 10 Fr. จำนวน 200 EA
- 4) สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนังขนาด 12 Fr. จำนวน 200 EA
- 5) สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนังขนาด 14 Fr. จำนวน 200 EA
- 6) สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนังขนาด 16 Fr. จำนวน 200 EA

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคท่อทางเดินน้ำดี และโรคทางเดินปัสสาวะ

3. คุณสมบัติเฉพาะ

- 3.1 เป็นสายที่ใช้สำหรับหัตถการระบายปัสสาวะ, ของเสีย และสิ่งคัดหลั่งออกจากร่างกาย ที่มีคุณภาพสามารถทนทานต่อสภาพกรดต่างในร่างกาย
- 3.2 มีขนาด 6 Fr. , 8 Fr., 10 Fr., 12 Fr., 14 Fr., 16 Fr.
- 3.3 มีรูไม่น้อยกว่า 4 รู ช่วยให้สามารถระบายของเสียได้ดี
- 3.4 สายเคลือบด้วย Hydrophilic ช่วยให้ลื่นใส่ง่าย ลดการบาดเจ็บ
- 3.5 ปลาสายมีลักษณะแบบ Pigtail
- 3.6 มีขีดบอกระยะความลึก
- 3.7 ความยาวอยู่ระหว่าง 25-30 เซนติเมตร
- 3.8 มีเชือกสำหรับดึง loop
- 3.9 มีเข็ม Trocar พร้อมใช้งาน
- 3.10 สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก X-ray

ลงชื่อ.....
(อ.นพ.ปกรณ เกียรติโคธิษฐ์)

ลงชื่อ.....
(อ.นพ.วิเชียร ศิริชนะพล)

ลงชื่อ.....
(นางสาวภา ฉิมหลวง)

- 3.11 มีความทนต่อการพับงอหรือการหักงอของสาย
- 3.12 ได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- 3.13 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐาน โดยมีขนาด บรรจุ 1ช่อง ต่อ 1 ชิ้น
- 3.14 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า
- 3.15 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต Lot Number วันหมดอายุในการใช้งานในกล่องบรรจุอย่างชัดเจน

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 4.1 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ
- 4.2 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ
- 4.3 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ
- 4.4 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้ทดลองใช้งาน และผ่านการประเมินซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีขึ้นไปจากทาง ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อย โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

5. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 5.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก่อนการจัดซื้อและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
- 5.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ รายการละ 1 EA นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา
- 5.3 กำหนดส่งมอบ 365 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
 - 5.3.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา
 - 5.3.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อน ระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

ลงชื่อ.....

(อ.นพ.ปกรณ เกียรติโคธิษฐ์)

ลงชื่อ.....

(อ.นพ.วิเชียร ศิริชนะพล)

ลงชื่อ.....

(นางสาวภา นิมหลวง)

5.3.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้น
ล้นสต็อกผู้ซื้อขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น
โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

7. วิธีจัดซื้อ : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ.....

(อ.นพ.ปกรณ์ เกียรติโคธิษฐ์)

ลงชื่อ.....

(อ.นพ.วิเชียร ศิริธนะพล)

ลงชื่อ.....

(นางสาวภา นิมหลวง)