
/๕. ไม่เป็น...

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ทราชมูล ๓ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสิทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- มูลค่าสุทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงเป็นค่าบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

/(๒) กรณี...

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งต้องมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันที่ลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๕) ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ (๑) - (๔) ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

การปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไปทั้งระบบประกอบด้วย

- รถยนต์เป็นรถของหน่วยงานเดิม โดยทำการผลิตตู้ใหม่ และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ คัน
- เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ ชุด
- ชุดงานระบบทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ ชุด

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

๒.๑.๑ ตัวรถยนต์เป็นรถของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ โดยทำการผลิตตู้ใหม่ และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

๒.๑.๒ กำหนดมาตรฐานขนาด

- | | |
|--|-----------|
| - ความยาวตัวถังทั้งหมดไม่น้อยกว่า | ๕,๒๐๐ มม. |
| - ระยะช่วงล้อหน้า-ล้อหลังไม่น้อยกว่า | ๓,๐๐๐ มม. |
| - ความกว้างของตัวถังประมาณ | ๑,๘๐๐ มม. |
| - ความสูงจากพื้นถึงหลังคาประมาณไม่น้อยกว่า | ๒,๕๐๐ มม. |

/๒.๑.๓ ห้องโดยสาร...

๒.๑.๓ ห้องโดยสาร / ห้องปฏิบัติการ-

- | | |
|---|----------------------------|
| - ด้านหน้าแบบหัวเก๋งเดิม | ๑ ที่นั่ง / พвр. ๑ ที่นั่ง |
| - ตู้ด้านหลังประกอบใหม่ | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ตามมาตรฐานกำหนด | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM | ๑ ชุด |

๒.๒ คุณลักษณะทางเทคนิคของรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

๒.๒.๑ คุณลักษณะตัวรถยนต์

- ระบบเครื่องยนต์ (ใช้ของเดิม)
- ระบบเชื้อเพลิง (ใช้ของเดิม)
- ระบบถ่ายทอดกำลัง (ใช้ของเดิม)
- คลัทช์ / เกียร์ (ใช้ของเดิม)
- ระบบพวงมาลัย (ใช้ของเดิม)
- ระบบกันสะเทือน (ใช้ของเดิม)
- ระบบเบรก (ใช้ของเดิม)
- ระบบยาง (ใช้ของเดิม)
- ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ใช้ของเดิม)

๒.๒.๒ รายละเอียดงานตัวรถและโครงสร้าง (Body)

- ส่วนที่ ๑ ด้านหน้าแบบหัวเก๋งเดิม ที่นั่งคนขับใช้ของเดิม หุ้มผ้าหนังเทียมใหม่ มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร จำนวน ๑ ที่นั่ง ใช้ของเดิม หุ้มผ้าหนังเทียมใหม่ เครื่องปรับอากาศ ใช้ของเดิม เช็คน้ำยา เช็ครั่ว และเปลี่ยนกรองเครื่องปรับอากาศใหม่

- ส่วนที่ ๒ งานโครงสร้างตัวถัง

๑. โครงสร้างหลักเป็นเหล็กรูปพรรณขึ้นรูป เชื่อมโครงสร้างด้วยระบบเชื่อมไฟฟ้า ป้องกันสนิมด้วยสีกันสนิมอย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. วัสดุตัวถังแบบตัวถัง ผึงทุกด้านแบบแผ่นสำเร็จรูป ประเภทอลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. เกรด ๕๐๕๒ H๓๒ แบบเต็มแผ่น Sandwich Panel Xps Foam ความหนาไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. รอบตัวติดตั้งกับโครงสร้างรถด้วยความแข็งแรง แนบเอกสารคุณสมบัติวัสดุ

๓. ด้านล่างตัวถังติดตั้งช่องเก็บอุปกรณ์ของรถ เป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณปิดด้วยงานไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูป

๔. มีประตู ปิด-เปิด อยู่ด้านข้างตัวรถ ด้านซ้ายใช้เป็นทางขึ้น ติดตั้งช่องกระจกนิรภัยแบบติดตาย ด้านขวาใช้เป็นประตูห้องเก็บท่อก๊าซออกซิเจน โดยประตูใช้วัสดุเดียวกันกับตัวถัง สามารถเปิด-ปิดจากภายนอก และภายในได้ สามารถล็อกได้ด้วยกุญแจจากด้านนอก

๕. มีประตู ปิด-เปิด อยู่ด้านท้ายตัวรถ แบบสองบาน ใช้เป็นทางขึ้นด้านท้ายและสำหรับนำผู้ป่วยเข้าไปในรถ ติดตั้งช่องกระจกนิรภัยแบบติดตาย โดยประตูใช้วัสดุเดียวกันกับตัวถัง สามารถเปิด-ปิดจากภายนอก และภายในได้ สามารถล็อกได้ด้วยกุญแจจากด้านนอก

๖. บันไดทางขึ้นท้ายรถ โครงสร้างแบบเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พับขึ้นรูป พื้นบันไดเป็นวัสดุอลูมิเนียมลายกันสนิม มีราวจับแบบยึดติดกับโครงสร้างบันไดด้วยความแข็งแรง

๗. ตัวรถติดตั้งไฟกระพริบ และไฟส่องสว่างรอบคัน ดังนี้

- ด้านหน้าติดตั้งไฟกระพริบแบบชนิดหลอด LED สีน้ำเงิน-แดง ชนิดแผงยาว พร้อมลำโพงขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด ไฟหน้ากระพริบสีเดียวกัน ๑ คู่
- ด้านข้างซ้าย-ขวา ติดตั้งไฟกระพริบแบบชนิดหลอด LED สีน้ำเงิน -แดง จำนวน ๒ ดวง/ข้าง พร้อมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แสงสว่าง LED จำนวน ๒ ดวง/ข้าง โดยออกแบบตัวครอบไฟให้สวยงามเข้าชุดกับตัวถัง
- ด้านท้ายรถเหนือประตู ติดตั้งไฟกระพริบแบบชนิดหลอด LED สีน้ำเงิน-แดง จำนวน ๒ ดวง พร้อมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แสงสว่าง ชนิด LED จำนวน ๒ ดวง โดยออกแบบตัวครอบไฟให้สวยงามเข้าชุดกับตัวถัง
- ด้านท้ายรถตรงประตู ติดตั้งไฟกระพริบแบบชนิดหลอด LED สีน้ำเงิน-แดง จำนวน ๒ ดวง โดยออกแบบตัวครอบไฟให้สวยงามเข้าชุดกับตัวถัง

๒.๒.๓ รายละเอียดงานภายใน

- พื้นรถ มีพื้นที่ขนาดห้องไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ x ๒.๘๐ เมตร ปูทับด้วยแผ่นพลาสติก (พีวีซี โฟมแข็ง) ชนิดกันน้ำ ๑๐๐% ที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก เป็นวัสดุที่มีผลรายงานการทดสอบโดยวิธีการทดสอบ ความหนาแน่น : ASTM D๗๙๒-๑๓, (test method A) ความทนต่อแรงกระแทก : ISO ๑๗๙-๑: ๒๐๑๐(E) , (flatwise(ไม่มีรอยบาก)) , ค้อน ๑/ การดูดซึมน้ำ : ISO ๖๒: ๒๐๐๘(E) , ที่อุณหภูมิ ๒๓+- ๑C เป็นเวลา ๒๔ ชม. การต้านแรงดัด : ISO ๑๗๘: ๒๐๐๓ อัตราความเร็วในการกด ๕ mm/min, span ๑๖๐ mm. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. ตามคุณสมบัติวัสดุที่มีผลรายงานการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก(พร้อมแนบเอกสารภาษาไทยและหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุ) ผิวปูปิดผิวด้วยยางชนิดแบบชนิดน้ำล้างได้ หรือวัสดุประเภทอลูมิเนียมลายกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.รวมลาย

- งานกรุผิวภายในด้วยแผ่นผนัง PVC ลวดลายในตัว เกรดกันชื้น เชื้อราเกรดไม่ลามไฟ และได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก (พร้อมแนบเอกสารภาษาไทยและหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุ) ตกแต่งด้วยวัสดุชนิดเดียวกันให้สวยงาม

- ตำแหน่งสำหรับยึดอุปกรณ์ เสริมเหล็กแผ่นความหนา ๓ มม. เชื่อมติดกับโครงสร้างด้วยความแข็งแรง การยึดอุปกรณ์ทั้งหมดใช้น็อตชนิดไม่เป็นสนิมแบบสแตนเลส

- ลักษณะภายในตู้สำหรับห้องพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านขวาทัวร์รถ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บที่อับบรรจุก๊าซ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ โดยท่อก๊าซยึดกับโครงสร้างรถ วัสดุโลหะมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง ปลิว ออกจากกรณีเกิดจากรถพลิกคว่ำ มีประตูปิด-เปิด ตามเอกสารข้อ ๔ (มีประตู ปิด-เปิด อยู่ด้านข้างตัวรถ ด้านซ้ายใช้เป็นทางขึ้น ติดตั้งช่องกระจกนิรภัยแบบติดตาย ด้านขวาใช้เป็นประตูห้องเก็บที่อับก๊าซออกซิเจน โดยประตูใช้วัสดุเดียวกันกับตัวถัง สามารถเปิด-ปิดจากภายนอก และภายในได้ สามารถล็อกได้ด้วยกุญแจจากด้านนอก)

๒. พื้นที่ห้องพยาบาล ภายในด้านขวาติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตู้เก็บเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง ปลิว ออกจากที่เก็บในกรณีที่เกิดมีการชนหรือพลิกคว่ำ

๓. พื้นที่ห้องพยาบาล ภายในด้านขวาติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ทำหน้าด้านเป็นบานเปิดทำจากวัสดุใสเพื่อการมองเห็นภายใน ส่วนถัดมาเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจน (PIPE LINE)

๔. พื้นที่ห้องพยาบาล ภายในด้านซ้ายติดตั้งเก้าอี้ยาวอเนกประสงค์ชนิดนั่งได้ ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำจากเหล็ก ที่นั่งและผนังพองด้วยฟองน้ำและหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาะนั่งขึ้น

๕. ตรงกลางพื้นที่ห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากสแตนเลส ปลายฐานเตียงมีแผ่นสำหรับนำเตียงขึ้น-ลง สามารถเก็บพับได้ และมีระบบล็อกเตียง ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได้

๖. พื้นที่ห้องพยาบาล ภายในส่วนเพดาน ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบด้วย ที่แขวนน้ำเกลือแบบสแตนเลส ไฟแสงสว่างราวโหนดและใช้เป็นที่ยึดแขวนพยางค์ตัวคนไข้

๒.๒.๔ ระบบไฟฟ้า

- ภายนอกตัวรถติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายขนส่งทางบก
- ภายในตัวรถติดตั้งไฟส่องสว่าง ที่เพดานในพื้นที่ห้องพยาบาล จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

ประเภทหลอดแบบ LED รูปแบบสวยงามทันสมัย

- ติดตั้งติดตั้งพัดลมดูดระบายอากาศ ใช้ไฟฟ้า ๑๒V จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับใช้ไฟบ้าน ๒๒๐ โวลต์ อย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง
- ติดตั้งแผงตู้คอนซูมเมอร์ สำหรับใช้งานในรถ จำนวน ๑ ชุด เบรคเกอร์แยกสำหรับ

เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑ชุด และมีมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าขนาดตามความเหมาะสม

- ติดตั้งชุดแปลงกระแส ๑๒ to ๒๒๐V ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐๐W ชนิด PURE SINE

WAVE โดยคำนวณให้เพียงพอกับการใช้เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศเป็นระบบดูดตรงจากเครื่องยนต์ สำหรับห้องโดยสารตอนหน้า (ใช้ของเดิม) ตามเอกสารข้อ ๒.๒.๒ (ส่วนที่ ๑ ด้านหน้าแบบหัวเก๋งเดิม ที่นั่งคนขับใช้ของเดิม หุ้มผ้าหนังเทียมใหม่ มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร จำนวน ๑ ที่นั่ง ใช้ของเดิม หุ้มผ้าหนังเทียมใหม่ เครื่องปรับอากาศ ใช้ของเดิม เช็คน้ำมัน เช็ครีว และเปลี่ยนกรองเครื่องปรับอากาศใหม่)

- พื้นที่ห้องพยาบาล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดฝานั่งขนาดความเย็นไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ ชุด เป็นระบบดูดตรงจากเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมการทำงานในพื้นที่ห้องพยาบาล

๒.๒.๖ สีตัวรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะท้ายพร้อมตู้หลัง)

- สีรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะท้ายพร้อมตู้หลัง) พ่นสีขาว ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

- สีมาตรฐานแบบ ๒K หรือเทียบเท่า

๒.๒.๗ ป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

- มีป้ายสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล” ติดหน้ารถด้านบน กระบอกหน้า ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

๒.๒.๘ สติกเกอร์การแพทย์ฉุกเฉิน

- ติดสติกเกอร์การแพทย์ฉุกเฉินสีเขียว-เหลือง รอบคันรถพยาบาลฯ ขนาดตามความ

เหมาะสม




๒.๒.๙ ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบล

- จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ เซนติเมตรขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีน้ำเงิน เว้นแต่ใช้สีน้ำเงินแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน



และมีป้ายเลขรหัสครุภัณฑ์และเบอร์โทรศัพท์ ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม ตรงประตูทั้งสองด้านซ้าย-ขวา ด้วยสีน้ำเงิน



๒.๓ อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคมีแห้งภายในรถจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ถึง ติดตั้งในตำแหน่งที่

เหมาะสม

- ติดตั้งนาฬิกาบอกเวลาแบบติดผนัง เป็นระบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา

และอุณหภูมิ

- อุปกรณ์สำหรับควบคุมสถานการณ์ ได้แก่ กรวยมีสัญญาณแบบพับเก็บได้ ๒ อัน กระบองไฟ

กระพริบ ๒ อัน ไฟฉายส่องสว่าง LED ๒ อัน

- ติดตั้งกล้อง CCTV สำหรับมุมมอง ๕ จุด ด้านหน้า ด้านท้าย ด้านข้างฝั่งซ้าย ด้านข้างฝั่งขวาและ

ภายในห้องพยาบาล

๓. คุณลักษณะของอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

๓.๑ เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล

- โครงสร้างโลหะผสมอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยด์

- มีกลไกขาพับ ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเตียงขึ้นรถพยาบาล

- เบาะทำมาจากฟองน้ำ และพนักพิงสามารถปรับได้

/มีสาย...

- มีสายรัดนิรภัยสองเส้นในการรัดผู้ป่วย
- ขอบล้อทำมาจากยาง
- รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
- เป็นสินค้าได้รับใบอนุญาตเลขที่ ขพ.๘๑๓/๒๕๖๔

๓.๒ ชุดช่วยหายใจมือบีบ

- ใช้สำหรับผู้ใหญ่ เด็กโต เด็กเล็ก ทารก
- กรอบหน้ากาก ทำด้วย Polycarbonate ส่วนที่สัมผัสใบหน้าเป็นซิลิโคนใส
- ชุดวาล์วผู้ป่วย ทำด้วย Polycarbonate มีวาล์วควบคุมความดันอากาศ
- กระจกส่งออกซิเจน ทำด้วย Polyvinyl Chloride
- Oxygen tubing ความยาว ๒ เมตร

๓.๓ เครื่องส่องหลอดลม

- เครื่องส่องตรวจกล้องเสียง เป็นแบบใยแก้วนำแสง (FIBER OPTIC)
- ประกอบไปด้วย BLADES FIBER โค้ง จำนวน ๔ ชิ้น เบอร์ ๑,๒,๓,๔ และค้ำจับพร้อมหลอดไฟ ๑ ชุด

๓.๔ เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า

- แรงดูดสูงสุด ≥ 0.08 MPa
- ความจุ ๑๐๐๐ มล.
- อัตราการบีบ ๑๘ ลิตร/นาที

๓.๕ เครื่องวัดความดันชนิดติดผนัง

- สำหรับใช้กับผู้ใหญ่และเด็ก (อายุ ๓ ปี ขึ้นไป)
- มีโหมดการวัด ๒ โหมด แบบออสซิลโลเมตริก (Oscillometric) โหมดฟังเสียงเองด้วยหูฟังการแพทย์

(Auscultatory)

- อ่านผลได้เร็ว ประมาณ ๓๐-๔๐ นาที
- สำหรับใช้กับผู้ใหญ่และเด็ก (อายุ ๓ ปี ขึ้นไป)
- มีโหมดการวัด ๒ โหมด แบบออสซิลโลเมตริก (Oscillometric) โหมดฟังเสียงเองด้วยหูฟังการแพทย์

(Auscultatory)

- อ่านผลได้เร็ว ประมาณ ๓๐-๔๐ นาที
- สามารถเก็บการอ่านค่าได้ถึง ๒๑๐ ข้อมูล
- หน้าจอ LCD ใหญ่ อ่านผลได้ง่าย
- มีแถบสีด้านข้าง แดง เหลือง เขียว (Blood pressure classification) เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยง

เบื้องต้น

- มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนหัวใจเต้นผิดปกติ
- มีตะกร้าสำหรับเก็บของ
- ช่วงการวัด/ค่าความแม่นยำ
- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Systolic | : | ๖๐-๒๕๕ ± ๓ มม.ปรอท |
| Diastolic | : | ๓๐-๒๐๐ ± ๓ มม.ปรอท |
| อัตราการเต้นชีพจร | : | ๔๐-๒๐๐ Bpm ± ๕% |

- ความยาวของสายต่อกับผ้าพันแขน ๒.๕ เมตร
- ผ้าพันแขนเป็นแบบไม่มีส่วนผสมของยาง (Latex Free)

/ใช้งาน...

- ใช้งานได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ครั้ง เมื่อชาร์จไฟเต็ม(เวลาในการชาร์จประมาณ ๖ ชั่วโมง)
- AC / DC Adapter ๗.๕V / ๑.๕A, แบตเตอรี่ชาร์จ NiMH AA๔.๘V ๒๔๐๐mAh
- ต่อไฟ ๑๑๐-๒๔๐V AC, ๕๐-๖๐ Hz
- ขนาดตัวเครื่อง ๑๗๐ x ๑๓๕ x ๔๑ มม. น้ำหนักประมาณ ๕๑๐ กรัม (รวมแบตเตอรี่)

๓.๖ เปลือกสุญญากาศ

- เปลือกสุญญากาศ สำหรับดัดร่างกายผลิตจาก PVC ทนทาน หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่าง ไร้รอยต่อ บดด้วยโพลีเมอร์

- ใช้หลักการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยดึงอากาศออกจากตัวเปลือก ผลิตภัณฑ์จะขึ้นรูปร่างอย่างรวดเร็ว

- ผลิตภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็นส่วนตัว แขน ขา และกระดูกสันหลังส่วนคอ สามารถให้การป้องกัน สำหรับผู้ป่วยที่มีกระดูกหักในตำแหน่งต่างๆของร่างกาย และสามารถป้องกันการบาดเจ็บอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเกิดจากการช่วยเหลืออย่างไม่เหมาะสมในที่เกิดเหตุ รวมถึงขั้นตอนการส่งตัวไปพบแพทย์

- ขนาดเล็ก พกพาสะดวก น้ำหนักเบา ป้องกันได้อย่างแน่นหนา สามารถทำการฉายรังสี X-RAY , MRI , CT Scan

- ใช้งานง่าย ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และสามารถซัก ใช้ซ้ำได้

๓.๗ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

- เหมาะสำหรับการตรึงคอและกระดูกสันหลัง และการช่วยเหลือจากอุบัติเหตุจราจร

- หมอนรองด้านในหุ้มด้วยวัสดุในลอนที่แข็งแรงและทนทาน สำหรับการตรึงกระดูกสันหลัง ช่วย ให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายและง่ายต่อการทำความสะอาด บำรุงรักษา

- สามารถทำการฉายรังสี X-RAY , MRI , CT Scan

๓.๘ แก้วอีลาลูมิเนียมเงิน

- โครงสร้างของแก้วอีลาลูมิเนียมเงินทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา ขนาดเล็กพับได้พกพา สะดวก และปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนที่รองนั่ง และพนักพิงทำจากหนังอ็อกฟอร์ด

- มี ๒ ล้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบนพื้น และมีด้ามจับเสริมที่ปลายด้านหลัง ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น

- ต้องมีผู้ยก ๒ คน ในเวลาเดียวกัน เมื่อต้องแบกผู้ป่วยขึ้น และลงบันได

- รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

- เป็นสินค้าได้รับใบรับรองแจ้งที่ ๖๖-๒-๓-๒-๐๐๐๓๙๓๑

๓.๙ เปลกระดูกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

- ผลิตจากพลาสติก HDPE ขึ้นรูปขึ้นเดียว

- เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง ขนาดแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ๑๘๓ x ๔๔.๗ ซม.

- น้ำหนักเบาเพียง ๘ กิโลกรัม สามารถลอยน้ำพร้อมผู้ป่วยได้

- รับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม

- อุปกรณ์ประคองข้างศีรษะ (Head immobilizer)

- เข็มขัดรัดผู้ป่วย (Safety Belt) จำนวน ๒ เส้น สีดำ (สายรัด ๒ เส้นเพียงพอต่อการรัดตัวผู้ป่วย)

๓.๑๐ เปลือกพลาสติกตามแขน - ขา

- เปลือก ๔ ชิ้น แขน - ขา

- กระเป๋าผลิตจาก ผ้าไนลอน BF-๕๐๐ เนื่อน้ำมัน

- สามารถทำการฉายรังสี X-RAY , MRI , CT Scan

๓.๑๑ เชื้อตกระเปาะปฐมพยาบาล

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ x ๒๒.๕ x ๒๒.๕ เซนติเมตร
- สามารถถือได้ทั้งแบบหิ้ว และแบบสายสะพาย ภายในแบ่งเป็น ๔ ช่อง
- ภายนอกมีกระเปาะด้านหน้า อย่างเป็นระเบียบ
- กระเปาะสามารถป้องกันน้ำกระเซ็น

๓.๑๒ เปลสนามพ้ออสมิเนียมอัลลอย

- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย ไม่เป็นสนิม
- ผ้าใบเปลสนามผลิตจากผ้าไนลอน - สีส้ม
- น้ำหนักเบาเพียง ๔.๗ กิโลกรัม
- ขนาดมาตรฐาน ๒๑๐ x ๕๒ x ๑๔ เซนติเมตร
- สามารถพับ ๒ ตอน รับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
- ด้ามจับผลิตจากยางโฟลิมเมอร์
- เข็มขัดรัดผู้ป่วย (Safety Belt)

๓.๑๓ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

- ตัวเครื่อง AED จำนวน ๑ เครื่อง
- แบตเตอรี่ LiMnO๒ จำนวน ๑ ชุด
- แผ่นนำไฟฟ้าแบบมี Feedback Sencer จำนวน ๑ ชิ้น
- Emergency kit จำนวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๔ เครื่องพ่นละอองยาแบบพกพา

- ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน มีช่องเก็บอุปกรณ์และฝาปิด
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๓๐ x ๑๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๒.๔ กิโลกรัม
- ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ ๒๓๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรท์
- หน้ากากมีขอบที่ทำจากวัสดุนิ่ม ยึดติดกับหน้าได้ดี และด้านล่างมีวาล์วควบคุมการไหลของอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด และลดการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

๓.๑๕ เครื่องป้องกันกระดูกเคลื่อน

- สามารถใช้ในโรงพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก รถพยาบาล นักผจญเพลิงและกองทหาร ในภาคสนามเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ หรือสถานประกอบการ และสถาบันต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขในชนบท รวมถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน
- น้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย ปลอดภัย และสะดวกการใช้งาน
- วัสดุทั้งหมดไม่มีส่วนประกอบของโลหะ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่จะทำ X-RAY , CT Scan และ MRI Scan และไม่จำเป็นต้องถอดในขณะทำการตรวจ
- เป็นสินค้าได้รับใบรับรองแจ้งที่ ๖๖-๒-๓-๒-๐๐๐๒๔๙๐

๔. ข้อกำหนดอื่นๆ

๔.๑ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ที่เสนอราคา จะต้องผลิตประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยแสดงสำเนาเอกสารการได้รับรองมาตรฐาน และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว ของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อก ของอุปกรณ์การแพทย์ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอมีโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โดยโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยแสดงสำเนาเอกสารการได้รับรองมาตรฐาน และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องแจ้งรายชื่อโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น พร้อมหนังสือยินยอมเป็นโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

๔.๖ โรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ จะต้องมีชื่อและที่อยู่ ตรงกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานภายใน ๑๒๐ วัน

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

กำหนดเวลาส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. การลงนามในสัญญา

การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินตามสัญญากำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

- งานปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมระยะเวลา

ดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

๑๑. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร/ราคากลางในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๙๗๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดงบประมาณ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โอนตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จำนวน ๑ คัน ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ราคากลางของงานจ้าง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๑,๙๗๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้าง

๑. พิจารณาคัดสินโดยใช้ราคารวม

๒. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามคุณสมบัติ เงื่อนไข และราคาต่ำสุด

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.  ประธานกรรมการ
(พิศราโชติ โพธิ์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุโข จิตตริพี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายดุลย์พินิจ จันทรเกษม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล www.saimoon-nyk.com โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไป หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๖๓-๐๒๐๕