

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการกระบอกฉีดยา (Syringe disposable)

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

กระบอกฉีดยา (Syringe disposable) ประกอบด้วย ขนาด ๓ml. , ๕ ml

๑. ความต้องการ

กระบอกฉีดยา (syringe disposable) ขนาด ๓ ml., ๕ml.

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับบรรจุของเหลวเพื่อเป็นตัวกลางนำของเหลวเข้าสู่หรือออกจากร่างกาย

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ตัวกระบอกฉีดยาทำจากวัสดุโปร่งใสสามารถเห็นสารละลายหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในกระบอกฉีดยาได้

๓.๒ ตัวกระบอกฉีดยาต้องมีเครื่องหมายบอกปริมาณเป็นมิลลิลิตรและเศษส่วนของมิลลิลิตร โดยเครื่องหมายนั้นจะต้องไม่หลุดลอกออกโดยง่าย

๓.๓ ก้านฉีดยาจะต้องพอดีกับกระบอกฉีดยา สามารถฉีดหรือสารละลายผ่านได้สะดวก โดยไม่ลื้อคติดแน่นหรือหกรั่วไหล

๓.๔ ยางติดปลายก้านฉีดยามีลักษณะเป็นวัสดุสังเคราะห์ ๒ ชั้น ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยาขณะใช้งาน

๓.๕ วัสดุที่ใช้ทำกระบอกฉีดยา ก้านฉีดยา และยางติดปลายก้านฉีดยาเป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์

๓.๖ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมาเรย์ หรือ electron beam หรือ ethylene oxide โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ๑๑๑๓๗ หรือ ISO ๑๑๑๓๕ หรือ ISO ๑๓๖๖๕ บรรจุของละ ๑ ชุด โดยระบุ เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ กระบอกฉีดยาแต่ละชิ้น บรรจุในซองเดี่ยว แบบ peel apart blister pack ชนิด doubleplastic sheet ทั้ง ๒ ด้าน หรือ wrapper pack ทำให้มีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนเชื้อในขณะเปิดซองและบรรจุในกล่อง ซึ่งมีฉลากภาษาไทยกำกับอยู่

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากประเทศผู้ผลิตหรือมีใบรับรองมาตรฐานสากลหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ (มอก. , ISO)

๔.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผลิตที่วันส่งมอบ

๔.๓ มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔.๔ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก lot กรณีพบว่า สินค้า lot ใดมีปัญหา ผู้ขาย ต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๔.๕ การแลกเปลี่ยนสินค้า ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่แจ้ง หากไม่รับแลกเปลี่ยนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา ทาง รพ.ฯ ทำการยกเลิกสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกัลยา เป๊ะหมื่นไวย)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการกระบอกฉีดยา (Syringe disposable)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธ

กระบอกฉีดยา (Syringe Disposable) ประกอบด้วย ขนาด ๑๐ ml. , ๒๐ ml. , ๕๐ ml.

๑. ความต้องการ

กระบอกฉีดยา (syringe disposable) ขนาด ๑๐ ml., ๒๐ ml., ๕๐ ml

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับบรรจุของเหลวเพื่อเป็นตัวกลางนำของเหลวเข้าสู่หรือออกจากร่างกาย

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ตัวกระบอกฉีดยาทำจากวัสดุโปร่งใสสามารถเห็นสารละลายหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในกระบอกฉีดยาได้

๓.๒ ตัวกระบอกฉีดยาต้องมีเครื่องหมายบอกปริมาณเป็นมิลลิลิตรและเศษส่วนของมิลลิลิตร โดยเครื่องหมายนั้นจะต้องไม่หลุดลอกออกโดยง่าย

๓.๓ ก้านฉีดยาจะต้องพอดีกับกระบอกฉีดยา สามารถฉีดหรือสารละลายผ่านได้สะดวก โดยไม่ลื่นติดแน่นหรือหักง่าย

๓.๔ ยางติดปลายก้านฉีดยามีลักษณะเป็นวัสดุสังเคราะห์ ๒ ชั้น ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยาขณะใช้งาน

๓.๕ วัสดุที่ใช้ทำกระบอกฉีดยา ก้านฉีดยา และยางติดปลายก้านฉีดยาเป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์

๓.๖ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมาหรือ electron beam หรือ ethylene oxide โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๓๗ หรือ ISO ๑๓๓๕ หรือ ISO ๑๓๖๖๕ บรรจุซองละ ๑ ชุด โดยระบุ เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ กระบอกฉีดยาแต่ละชิ้น บรรจุในซองเดี่ยว แบบ peel apart blister pack ชนิด double plastic sheet ทั้ง ๒ ด้าน หรือ wrapper pack ทำให้มีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนเชื้อในขณะเปิดซองและบรรจุในกล่อง ซึ่งมีฉลากภาษาไทยกำกับอยู่

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากประเทศผู้ผลิตหรือมีใบรับรองมาตรฐานสากลหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ (มอก. , ISO)

๔.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผลิตที่วันส่งมอบ

๔.๓ สามารถใช้กับเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา (syringe pump) ที่มีใช้ในโรงพยาบาลได้

๔.๔ มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔.๕ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก lot กรณีพบว่า สินค้า lot ใดมีปัญหา ผู้ขาย ต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๔.๖ การแลกเปลี่ยนสินค้า ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่แจ้ง หากไม่รับแลกเปลี่ยนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา ทาง รพ.ฯ ทำการยกเลิกสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกัลยา เป๊ะหมื่นไวย)