อนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

03-L-00-02

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ชื่อ LAL Reagent Water

2. ลักษณะทั่วไป เป็นน้ำปราศจากเชื้อใช้สำหรับการเจือจางตัวอย่างในการตรวจหาปริมาณเอ็นโดท็อกซิน

3. ลักษณะเฉพาะ

3.1 เป็นน้ำปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเอ็นโดท็อกซินน้อยกว่า 0.005 EU/ml

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4.1 มีเอกสาร Certificate of analysis จากบริษัทผู้ผลิตกำกับในแต่ละ Lot การผลิต

4.2 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

4.3 ชุดส่งมอบต้องเป็นของใหม่และเป็นชุดการผลิต (Batch หรือ Lot) เดียวกันทั้งหมด

4.4 กำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

4.5 ขนาดบรรจุ 100 มล./ขวด

4.6 ส่งมอบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนันต์ ท้าวเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธารีรัตน์ สุภาพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิณณพัต ปัญจพันธ์พงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุพายา ตรีกมล)