10-P-00-04

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ชื่อ Pyrogen-free Dilution Tubes

2. ลักษณะทั่วไป เป็นหลอดแก้วใสชนิดปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับเจือจางสารละลายมาตรฐาน

3. ลักษณะเฉพาะ

3.1 เป็นหลอดแก้วใสชนิดปราศจากเชื้อ ไม่มีฝา

3.2 หลอดแก้วขนาด 13x100 มล. บรรจุในห่ออะลูมิเนียมฟอยล์ และหุ้มด้วยถุงพลาสติกใสอีกชั้น

3.3 ผลิตภัณฑ์ระบุปริมาณเอ็นโดท็อกซินน้อยกว่า 0.005 EU/tube

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4.1 มีเอกสาร Certificate of analysis จากบริษัทผู้ผลิตกำกับในแต่ละ Lot การผลิต

4.2 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

4.3 ชุดส่งมอบต้องเป็นของใหม่และเป็นชุดการผลิต (Batch หรือ Lot) เดียวกันทั้งหมด

4.4 กำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

4.5 ขนาดบรรจุ 30 หลอด/ถุง

4.6 ส่งมอบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ) (นายนพคุณ มูลสิน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอารีรัตน์ แพงเพ็ง) (นางสาวพรนภา ทูลกลาง)

ลงชื่อ ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ)