




โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดทดสอบ ESR

1. คุณสมบัติทั่วไป
เป็นหลอดที่ใช้สำหรับตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte Sedimentation rate)
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 สามารถตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงได้โดยตรงจากหลอดโดยไม่ต้องเทเลือดออกจากหลอด
 - 2.2 มีระบุ lot no. ที่ผลิต
 - 2.3 ผู้ขายต้องจัดหา Control material อย่างน้อย 2 ระดับ คือ ค่าปกติ และค่าสูงกว่าปกติ ให้ผู้ใช้งานให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 - 2.4 กรณีเป็นหลอดทดสอบที่โรงพยาบาลยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ขายจะต้องนำตัวอย่างหลอดทดสอบ มาให้โรงพยาบาลทดสอบประเมินคุณภาพก่อน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล
3. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า
 - 3.2 ผู้ขายต้องสมัครเข้าร่วมการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก(EQA) ตามที่ผู้ใช้งานระบุ


..... ประธานกรรมการ
(นายศักรนันท์ คารอริย์รัช)


..... กรรมการ
(นางสาวขวัญเรือน จงจอหอ)


..... กรรมการ
(นางสาวรัชฎาภรณ์ พรมคุณ)