

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ รายการถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ  
(Glove Disposable) เบอร์ SS, S , M , L ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ (Glove Disposable) เบอร์ SS (XS) , S , M , L

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ถุงมือตรวจโรคชนิดนี้ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex)

๓.๒ ถุงมือเป็นชนิดไม่ปราศจากเชื้อ (Non Sterile)

๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๓.๔ ถุงมือไม่มีแป้ง ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับผิวหนัง หรือระคายเคืองกับผิวหนัง

๓.๕ ถุงมือมีความหนา – บางสม่ำเสมอตลอดทุกชิ้น

๓.๖ ถุงมือมีผิวเรียบ หรือ ถุงมือผิวเรียบยกเว้นมีผิวหยาบที่ปลายนิ้ว เพื่อการสัมผัสที่มั่นคง

๓.๗ ถุงมือได้ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๓.๘ การรื้อขี้น ไม่มีการรื้อขี้น

๓.๙ มีความเหนียว ไม่ขาดง่ายเมื่อเวลาถึง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๐๕๖ – ๒๕๕๖)

๓.๑๐ ความหนาของถุงมือ (ชั้นเดียว)

- วัดที่ปลายนิ้วกลาง ไม่น้อยกว่า ๐.๑๑ มิลลิเมตร

- วัดที่กึ่งกลางฝ่ามือ ไม่น้อยกว่า ๐.๐๘ มิลลิเมตร

๓.๑๑ แรงดึงขาด

- ก่อนการบ่มแรง แรงดึงขาด ไม่น้อยกว่า ๗.๐ นิวตัน

ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่า ๖๕๐

- หลังการบ่มแรง แรงดึงขาด ไม่น้อยกว่า ๖.๐ นิวตัน

ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐

๓.๑๒ ถุงมือขนาด SS หรือ XS และ S มีความยาววัดจากปลายนิ้ว นิ้วกลางถึงข้อมือยาวไม่ต่ำกว่า ๒๒๐ mm.

และถุงมือขนาด M และ L มีความยาววัดจากปลายนิ้ว นิ้วกลางถึงข้อมือยาวไม่ต่ำกว่า ๒๓๐ mm.

๓.๑๓ บรรจุภัณฑ์ ระบุเลขที่ผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์ไว้บนกล่อง

๓.๑๔ ผลิตภัณฑ์มี ๔ ขนาด คือ ขนาด SS หรือ XS, S, M และ L

๓.๑๕ บรรจุจำนวน ๑๐๐ ชิ้น ต่อหนึ่งกล่อง


#### ๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๐๕๖ - ๒๕๕๖ และใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)


๔.๒ มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หากไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตโดยตรง

๔.๓ การแลกเปลี่ยนสินค้า ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่แจ้ง หากไม่รับแลกเปลี่ยนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา ทางรพ.ฯ ทำการยกเลิกสัญญาได้

๔.๔ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานทั่วไปไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายทวี ยิ่งสง่า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวดุจฤดี ไชยมงคล)