

## คุณลักษณะเฉพาะสายรัดข้อมือเพื่อห้ามเลือด

### วัตถุประสงค์

เป็นอุปกรณ์สายรัดข้อมือสำหรับกดห้ามเลือดเฉพาะที่ที่ตำแหน่งของ Radial artery เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกดห้ามเลือดที่ง่ายและตรงตำแหน่งลดภาวะแทรกซ้อนจากการกดห้ามเลือดไม่ตรงตำแหน่ง เพิ่มความสบายสำหรับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยให้ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย


### คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มี Balloon ๒ ลูก large, small compression balloon สำหรับการกดรัดให้ตรงกับตำแหน่ง puncture site
๒. มี Marker ซึ่งเป็นตัวบอกตำแหน่งของ Small Balloon ต้องกดทับบนตำแหน่ง Radial artery puncture site
๓. Support plate สำหรับช่วยพยุงและค้ำยัน Balloon ให้คงที่กับตำแหน่งที่กด และใส่ทำให้มองเห็นการหยุดไหลของเลือดได้ชัดเจน
๔. Air bag ซึ่งเป็นตัวยืนยัน pressure ในตัว balloon ว่ายังคงอยู่และไม่ได้รั่วไหลออกไป
๕. บรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที
๖. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย

### เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง
  - ๒.๑ หาก สายรัดข้อมือเพื่อห้ามเลือด ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจใช้ไม่หมดหรือหมดอายุสามารถแลกเปลี่ยนคืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  - ๒.๒ หาก สายรัดข้อมือเพื่อห้ามเลือด รุ่นใหม่ออกมา ทางศูนย์โรคหัวใจสามารถขอแลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและสามารถขอเปลี่ยนขนาดและความยาวได้ตามที่ศูนย์โรคหัวใจต้องการใช้งาน
  - ๒.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีการทดลองใช้และผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายดำริ เศรษฐจินดา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายกิตติพงศ์ ภิญโญโสโมสร)