

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ รายการ Walker ธรรมดา Adult ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

Walker ธรรมดา Adult

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา ประเภทยกเดิน แบบปรับระดับความสูงไม่ได้ และพับไม่ได้

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ทำจากอลูมิเนียมแบบท่อกลม มี ๔ ขา

๓.๒ บริเวณมือจับมีปลอกยาง PVC สวมกันลื่น

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ทำจากอลูมิเนียม มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๔.๒ เชื่อมต่อกันด้วยระบบน็อตและพุกเหล็ก รองรับด้วยแหวน ๘ จุด และมีข้อต่อรองรับระหว่างอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมเป็นพลาสติกแข็งเข้ารูปอย่างดีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและแน่นหนา

๔.๓ มีขนาดความสูงจากพื้นถึงมือจับไม่น้อยกว่า ๓๓ นิ้ว

๔.๔ มีความกว้างระหว่างขาบริเวณช่องเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว

๔.๕ มีความยาวจากด้านหน้าถึงด้านหลังไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว

๔.๖ มีลูกยางสวมไว้ที่ขาทั้ง ๔ ข้าง เพื่อป้องกันการลื่นไถล ลูกยางมีแหวนรองป้องกันการชำรุด

๔.๗ ขาทั้ง ๔ ขา อยู่ในระดับเดียวกัน เมื่อวางพื้นราบ ไม่เอียงหรือโยกขณะใช้งาน

๔.๘ ผลิตภัณฑ์ต้องหุ้มด้วยถุงพลาสติกทั้งอัน เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕.๒ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๕.๓ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

๕.๔ หากสินค้ามีตำหนิหรือชำรุดก่อนใช้งาน บริษัทต้องเปลี่ยนใหม่ให้โรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ


(นายศรุต จงกิจธนกุล)
ประธานกรรมการ


(นายคงธัช ชวงศ์โกมล)
กรรมการ


(นางสาวดุจฤดี ไชยมงคล)
กรรมการ