รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงตรวจโรคทั่วไป

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในงานนอนตรวจโรคทั่วไป เตียงตรวจคนไข้

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เตียงมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐๐ มิลลิเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร

๒.๒ เบาะหุ้มหนังเทียม มีความหนาไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

๒.๓ พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนา บุด้วยฟองน้ำ

๒.๔ เตียงรับน้ำหนักคนไข้ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๒.๕ ปลายขาเตียงหุ้มด้วยลูกยางทั้ง ๔ ขา

๓. เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

๓.๑ รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบสินค้า

๓.๒ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรือ บริษัทตัวแทนผู้ผลิตภายในประเทศ

๓.๓ ผู้จัดจำหน่ายและผู้เสนอราคาได้รับมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ เพื่อประสิทธิในการดูแลหลังการขาย

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในที่เสนอให้ชัดเจนทุกรายการพร้อมทำตารางลงรายละเอียดตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนดให้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งผู้เสนอราคาต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการทางเทคนิคและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ ย่อมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณา และคระกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจาณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ

ราคากลางเตียงละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายพชรกรณ์ นิยมเวช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสศิธร นามศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนุชจรี มณีดำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิรสุดา ศิริธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเขมมิกา จินดา)