รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้วัดความดันโลหิต ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากสามารถเคลื่อนย้ายได้

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท

๒.๒ ช่วงการวัดที่ความดัน ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๒.๓ ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด

๒.๔ ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบหรือเลื่อนได้

๒.๕ ขาตั้ง ๕ แฉก มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ ผ้าพันแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด	จำนวน ๑ ชุด
๓.๒ ลูกยาง บีบได้สะดวกง่ายต่อการควบคุมความดัน	จำนวน ๑ อัน
๓.๓ ท่อลมแบบเส้นเกลี้ยว	จำนวน ๑ เส้น
๓.๔ คู่มือภาษาไทย	จำนวน ๑ ฉบับ

๔. เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

๔.๑ รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบสินค้า

๔.๒ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรือ บริษัทตัวแทนผู้ผลิตภายในประเทศ

๔.๓ ผู้จัดจำหน่ายและผู้เสนอราคาได้รับมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ เพื่อประสิทธิในการดูแลหลังการขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในที่เสนอให้ชัดเจนทุกรายการพร้อมทำตารางลงรายละเอียดตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนดให้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งผู้เสนอราคาต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการทางเทคนิคและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ ย่อมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณา และคระกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจาณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ

ราคากลางเครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายพชรกรณ์ นิยมเวช)

ลงชื่อ.....กรรมก
(นางสศิธร นามศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนุชจรี มณีดำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิรสุดา ศิริธรรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเขมมิกา จินดา)