

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอครุภัณฑ์

## งานการพยาบาลห้องผ่าตัด1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อเครื่องมือ เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทั่วไป จำนวน 1 ชุด

## 1. ความเป็นมา

ด้วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัด1 มีการให้บริการผู้ป่วยให้บริการผ่าตัดและส่องตรวจ ทุกระบบ และให้บริการที่ย่างยาก ซับซ้อน 24 ชั่วโมง มีผู้มารับบริการผ่าตัดจำนวนมาก ปัจจุบันมีเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทั่วไปที่ชำรุด ไม่เพียงพอในการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาชุดเครื่องมือ ผ่าตัดพื้นฐานทั่วไป ไว้ประจำหน่วยงานเพื่อให้สามารถให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัย

## 2. วัตถุประสงค์

เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน ใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการผ่าตัดต่างๆ ทั้งการผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำการผ่าตัดรักษาโรคให้ผู้ป่วยผ่าตัดปลอดภัย

## 3. คุณสมบัติของผู้ยื่น

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดัง กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า

กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่าง

ผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

.....

(นางปภาดา แสนสง)

.....

(นางสุรัตดาวัลย์ ยอยโพธิ์สัย)

.....

(นางสาวลัดดาวัลย์ ธิพลชัย)

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

#### 4.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 1) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) และสามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้ (Autoclave)โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย
- 2) ผ่านมาตรฐานการผลิตจากประเทศผู้ผลิต

#### 4.2 คุณสมบัติเฉพาะ

- 1) อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ Adson มีเขี้ยว 1:2 ความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร จำนวน 40 ชิ้น
- 2) อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Adson ไม่มีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร จำนวน 40 ชิ้น
- 3) กรรไกรตัดไหมปลายแหลมโค้ง แบบด้ามทอง เสริมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ความยาวไม่น้อยกว่า 115-120 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 4) กรรไกรตัดไหมปลายแหลมตรง แบบด้ามทอง ความยาวไม่น้อยกว่า 115-120 มิลลิเมตร จำนวน 30 ชิ้น
- 5) อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Halsey ปากเสริมทั้งสแตนคาร์ไบด์ จำนวน 6 ชิ้น ลักษณะปากแบบ Mini Profile สำหรับจับเข็มขนาด 4-0 - 6-0 ความยาวไม่น้อยกว่า 130-135 มิลลิเมตร
- 6) อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Halsey ปากเสริมทั้งสแตนคาร์ไบด์ จำนวน 6 ชิ้น ลักษณะปากแบบ Smooth Jaw สำหรับจับเข็มขนาด 6-0 - 12-0 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 130-135 มิลลิเมตร
- 7) อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Crile-Wood ปากเสริมทั้งสแตนคาร์ไบด์ จำนวน 10 ชิ้น สำหรับจับเข็มขนาด 4-0 - 6-0 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150-155 มิลลิเมตร
- 8) ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3 จำนวน 40 ชิ้น
- 9) อุปกรณ์สำหรับเกี่ยว ถ่าง แบบ Gillies ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180-185 มิลลิเมตร จำนวน 40 ชิ้น
- 10) คีมหนีบจับลำไส้และเนื้อเยื่อแบบ Allis มีเขี้ยว 5:6 ความยาวไม่น้อยกว่า 155-160 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 11) คีมหนีบจับลำไส้และเนื้อเยื่อแบบ Babcock ความยาวไม่น้อยกว่า 155-160 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 12) คีมหนีบห้ามเลือดและเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Crile ปากตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 13) คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Kocher ชนิดปากตรง มีเขี้ยว 1:2 ความยาวไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น

.....

(นางปภาดา แสนสง)

.....

(นางสุรัตดาวัลย์ ยอยโพธิ์สัย)


.....

(นางสาวลัดดาวัลย์ ริพลชัย)

- 14) คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดแบบ Kocher ชนิดปากโค้ง มีเขี้ยว 1:2 ความยาวไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 15) คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดแบบ Halsted-Mosquito ปลายตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 16) คีมหนีบทิ่มห้ามเลือด แบบ Halsted-Mosquito ชนิดโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 17) อุปกรณ์หนีจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Mayo-Hegar ปากเสริมทั้งสแตนคาร์ไบด์ จำนวน 16 ชิ้น สำหรับจับเข็มขนาด 0-6-4-0 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร
- 18) อุปกรณ์หนีจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Mayo-Hegar ปากเสริมทั้งสแตนคาร์ไบด์ จำนวน 16 ชิ้น สำหรับจับเข็มขนาด 0-6-4-0 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 180-185 มิลลิเมตร
- 19) อุปกรณ์หนีจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Mayo-Hegar ปากเสริมทั้งสแตนคาร์ไบด์ จำนวน 10 ชิ้น สำหรับจับเข็มขนาด 0-6-4-0 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200-205 มิลลิเมตร
- 20) คีมหนีจับเข็ม De Bakey ชนิด Mini Profile ด้ามทอง เสริมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ จำนวน 6 ชิ้น สำหรับจับเข็มขนาด 4-0-6-0 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 180-185 มิลลิเมตร
- 21) คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดมุม 90 องศา แบบ Gemini ความยาวไม่น้อยกว่า 130-135 มิลลิเมตร จำนวน 12 ชิ้น
- 22) คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดมุม 90 องศา แบบ Gemini ความยาวไม่น้อยกว่า 180-185 มิลลิเมตร จำนวน 12 ชิ้น
- 23) คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดมุม 90 องศา แบบ Mini-Gemini ความยาวไม่น้อยกว่า 250-255 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 24) เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Senn-Mueller ชนิดถ่างสองด้าน ปลายแหลม จำนวน 20 ชิ้น ความยาวไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร
- 25) อุปกรณ์ถ่างขยายแผล Parker-Langenbeck ความยาวไม่น้อยกว่า 215-220 มิลลิเมตร จำนวน 10 คู่ ขนาดส่วนใบถ่างแผล Fig 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 21x15 มิลลิเมตร / 40x15 มิลลิเมตร Fig 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 25x15 มิลลิเมตร / 45x15 มิลลิเมตร
- 26) อุปกรณ์ขูดเนื้อเยื่อกระดูกแบบ Volkman ปาก 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 6.1 จำนวน 20 ชิ้น และไม่น้อยกว่า 7.2 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 125-130 มิลลิเมตร
- 27) คีมหนีจับสำลีและก๊อชแบบ Foerster Forceps ปลายตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 250-255 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 28) คีมจับสำลีและผ้าก๊อช Foerster Forceps ปลายโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 245-250 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 29) คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดแบบ Schnidt ชนิดโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 185-190 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 30) คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดแบบ Schnidt ชนิดโค้งมาก ความยาวไม่น้อยกว่า 185-190 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 31) คีมหนีผ้าคลุมผ่าตัด แบบ Backhaus ความยาวไม่น้อยกว่า 90-95 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 32) คีมหนีผ้าคลุมผ่าตัด แบบ Backhaus ความยาวไม่น้อยกว่า 110-115 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 33) คีมหนีผ้าคลุมผ่าตัด แบบ Backhaus ความยาวไม่น้อยกว่า 130-135 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 34) กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบ Mayo ปากตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 35) กรรไกรสำหรับเลาะเนื้อเยื่อแบบ Mayo-Stille ปากโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น



(นางปภาดา แสนสง)



(นางสุรตดาวัลย์ ยอยโพธิ์สัย)



(นางสาวลัดดาวัลย์ ริพลชัย)

- 36) กรรไกรตัดไหมแบบ Deaver ปลายแหลม/ป้าน ความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 37) กรรไกรแบบ Mayo ปลายตรง แบบปลายป้าน/ปลายป้าน ความยาวไม่น้อยกว่า 170-175 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 38) กรรไกรสำหรับใช้ตัดเนื้อเยื่อและชิ้นเนื้อแบบ Mayo ปลายโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า จำนวน 10 ชิ้น 170-175 มิลลิเมตร
- 39) กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อ Metzenbaum ด้ามทอง ปลายปากแบบป้าน/ป้าน ปากโค้งเสริม จำนวน 20 ชิ้น ความคมด้วยทั้งสแตนเลสไบต์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร
- 40) กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อ Metzenbaum ปากโค้ง ใบตัดแบบฟันปลาเคลือบทั้งสแตนเลสไบต์ จำนวน 20 ชิ้น ชนิดด้ามทอง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180-185 มิลลิเมตร
- 41) กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อแบบ Metzenbaum ด้ามทอง ปากโค้งแบบป้าน/ป้าน ส่วนปลายปาก จำนวน 20 ชิ้น เสริมด้วยทั้งสแตนเลสไบต์ ความยาวไม่น้อยกว่า 205-210 มิลลิเมตร
- 42) ปากคีบสำหรับจับเลาะเนื้อเยื่อแบบ Cushing ปากตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 175-180 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 43) อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Potts-Smith มีเขี้ยว 1:2 ความยาว จำนวน 10 ชิ้น ไม่น้อยกว่า 180-185 มิลลิเมตร
- 44) อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ Gillies มีเขี้ยว 1:2 ความยาวไม่น้อยกว่า 155-160 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น
- 45) ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า 115-120 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 46) ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว 1:2 ความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 47) ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 48) ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว 1:2 ความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 49) ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 50) ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า 250-255 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 51) ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว 1:2 ความยาวไม่น้อยกว่า 250-255 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น
- 52) ท่อดูดของเหลวแบบ Poole จำนวน 20 ชิ้น
- 53) อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลว Frazier ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.7-3.0 มิลลิเมตร จำนวน 5 ชิ้น ความยาวไม่น้อยกว่า 195-200 มิลลิเมตร
- 54) ท่อดูดเลือดและของเหลวแบบ Frazier ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4-4.5 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชิ้น ความยาวไม่น้อยกว่า 195-200 มิลลิเมตร
- 55) อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลว แบบ Frazier ขนาดไม่น้อยกว่า 5-5.5 มิลลิเมตร ความยาว จำนวน 20 ชิ้น ไม่น้อยกว่า 195-200 มิลลิเมตร
- 56) กล่องบรรจุเครื่องมือทำจากอลูมิเนียม อัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่าความยาว x กว้าง x สูง จำนวน 5 ชิ้น 585x270x116 มิลลิเมตร พร้อมฝากล่องบรรจุเครื่องมือ
- 57) ตะแกรงบรรจุเครื่องมือขนาดพอดีกับตัวกล่อง จำนวน 5 ชิ้น
- 58) กล่องบรรจุเครื่องมือทำจากอลูมิเนียม อัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ความยาว x กว้าง x สูง จำนวน 5 กล่อง 470 x 270 x 116 มิลลิเมตร พร้อมฝากล่องบรรจุเครื่องมือ

  
.....  
(นางปาดา แสนสง)

  
.....  
(นางสุรัตาวลย์ ยอยโพธิ์สัย)

  
.....  
(นางสาวลัดดาวลย์ ริพลชัย)

- 59). ตะแกรงบรรจุเครื่องมือขนาดพอดีกับตัวกล่อง จำนวน 5 ชิ้น
- 60). อุปกรณ์สำหรับจัดเรียงใหม่เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการผ่าตัดมีร่องสำหรับ จำนวน 2 แพ็ค จัดเรียงใหม่ 8 คู่ โดยสามารถจัดเรียงใหม่ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 - 5.0 ขนาดอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 17 x 2.5 มิลลิเมตร บรรจุภัณฑ์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว พร้อมใช้งาน 3 ชิ้น/แพ็ค
- 61). อุปกรณ์สำหรับจัดเรียงใหม่เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการผ่าตัดมีร่องสำหรับ จำนวน 2 แพ็ค จัดเรียงใหม่ 8 คู่ โดยสามารถจัดเรียงใหม่ขนาด 2.0 - 3.0 ขนาดอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 23 x 3.5 มิลลิเมตร บรรจุภัณฑ์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว พร้อมใช้งาน 3 ชิ้น/แพ็ค
- 5.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบ 120 วัน

- 6.เกณฑ์พิจารณา เกณฑ์ราคา
- 7.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท
- 8.งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวนงาน 1 งวด และเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 งวด

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดใน อัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

เงื่อนไขอื่นๆ

- 1.กรณีเป็นพัสดุที่สามารถแยกตรวจรับในแต่ละรายการได้

ในการส่งมอบและตรวจรับพัสดุตามที่จัดซื้อ คณะแพทยศาสตร์สามารถแยกตรวจรับพัสดุในแต่ละรายการเฉพาะในส่วนที่ส่งมอบถูกต้องได้

- 2.กรณีเป็นพัสดุที่ไม่สามารถแยกตรวจรับได้

ในการส่งมอบและตรวจรับพัสดุตามที่จัดซื้อ จะต้องทำการส่งมอบและตรวจรับทุกรายการพร้อมกัน

(นางปภาดา แสนสง)

(นางสุรัตดาวัลย์ ยอยโพธิ์สัย)

(นางสาวลัดดาวัลย์ ริพลชัย)