

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์

1. ความต้องการและจำนวน

Synthetic absorbable No.2-0 ยาวไม่น้อยกว่า 65 cm. เข็ม 1/2 R/B size 25-26 mm. จำนวน 2,160 โหล

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเย็บปิดบาดแผลและใช้สำหรับเย็บเนื้อเยื่ออ่อนและการผูกห้ามเลือด

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 เป็นไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ แบบเส้นถัก

3.2 เส้นไหมผลิตจาก โพลีเมอร์สังเคราะห์ ประเภท Polyglycolic acid (PGA) หรือ Copolymer ของ Glycolide และ Lactide

3.3 เส้นด้ายไหมเคลือบด้วยสาร ที่ช่วยลดแรงเสียดทาน ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ และผูกปมได้ง่าย โดยที่สารเคลือบจะละลายและดูดซึมได้หมด

3.4 มีปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในระดับต่ำ

3.5 สีของเส้นไหมเย็บ มีสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

3.6 ไหมเย็บมีขนาด 2 – 0 (3 Metric) ตามมาตรฐาน USP โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 65 cm.

3.7 เส้นด้ายไหมเป็นชนิดติดเข็ม Round body เข็มยาว 25 -26 mm. Taper point ความโค้งเข็ม 1/2

3.8 เข็มทำจาก Stainless Steel มีความคม แข็งแรง ไม่หักงอง่าย

3.9 ค่า Tensile strength โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

- 14 วัน แรงดึงของ suture คงเหลือไม่น้อยกว่า 75 %

- 21 วัน แรงดึงของ suture คงเหลือไม่น้อยกว่า 40 %

- ระยะเวลาในการดูดซึมหมดสมบูรณ์ ประมาณ 56 - 90 วัน

3.10 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีอบแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide)

3.11 บรรจุในห่อหรือซองที่ปราศจากเชื้อ มีลักษณะเป็นซอง 2 ชั้น ป้องกันความชื้นและการปนเปื้อนจากภายนอกได้

3.12 ห่อหรือซองบรรจุ ระบุชื่อผลิตภัณฑ์, ขนาดเส้นไหม, ชนิดและขนาดของเข็ม ,วันที่ผลิต , Lot number , และวันหมดอายุ ไว้ทุกของ

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญทิพย์ ชื่นใจ)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางมัสวีร์ แดงกวา)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกุลลาภ ราชวงษา)

เป็นกรรมการ

3.13 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบ และหากสินค้ามีอายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน ผู้ขายต้องดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

4. เงื่อนไขการเสนอราคา

4.1 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.2 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.4 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้ทดลองใช้งาน และผ่านการประเมินซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีขึ้นจากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ (ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างสำหรับประเมินผลการใช้งาน จำนวน 3 โหล ก่อนเข้ายื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)

4.5 ผู้เสนอราคาต้องนำวัสดุตัวอย่างมาประกอบการพิจารณา จำนวน 3 โหล นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

4.6 กำหนดยื่นราคา 120 วัน

4.7 กำหนดส่งมอบ 365 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

4.7.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

4.7.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

4.7.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

5. เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก เกณฑ์ราคา

6. วิธีการจัดซื้อ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญทิพย์ ชื่นใจ)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางมัสวีร์ แดงกวา)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกุลลาภ ราชวงษา)

เป็นกรรมการ