

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการ Set Infusion for pump
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง (Set Infusion for pump)

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ให้น้ำเกลือหรือสารน้ำผู้ป่วยโดยใช้ผ่านเครื่องควบคุมการให้สารน้ำหรือสารละลาย (infusion pump)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๑. หัวแทงจุดขุดน้ำเกลือเป็นเดือยพลาสติก (plastic spike) แหลมและแข็งมีปลอกพลาสติกแข็งสวมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน

๒. ท่อสาย (tubing) ทำด้วยสารสังเคราะห์ PVC มีลักษณะนิ่ม ปิดงอได้โดยไม่เสียรูปร่าง มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร

๓. ตัวกระเปาะสำหรับให้น้ำเกลือหยด (drip chamber) ทำด้วยสาร polypropylene มีลักษณะใส สามารถมองเห็นหยดน้ำเกลือได้ง่าย

๔. มี drip port ควบคุมการไหลของน้ำเกลือขนาด ๒๐ หยดต่อ ๑ มล.

๕. ปลายสายมี injection site และ adaptor ระหว่าง injection site และ adaptor มี filter ขนาด ๕๐ ไมครอน ซึ่งจะทำหน้าที่กรองสารน้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าร่างกายผู้ป่วย

๖. สามารถใช้กับเครื่อง infusion pump รุ่น TE-๑๑๒, TE-๑๓๕, TE-๑๗๑, TE-LF๖๐๐ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการควบคุมปริมาตรสารน้ำได้อย่างดี

๗. ทางบริษัทต้องมีเอกสารรับรองที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตว่าสามารถใช้ได้กับเครื่อง infusion pump รุ่น TE-๑๑๒, TE-๑๓๕, TE-๑๗๑, TE-LF๖๐๐

๘. บรรจุในซองพลาสติกชนิดรีบบอนแพคทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอทิลีนออกไซด์แก๊ส พร้อม air way needle

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ระบุวันผลิตและวันหมดอายุ และผลิตภัณฑ์ไม่หมดอายุภายใน ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

๒. มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกัลยา เป๊ะหมื่นไวย)